Souhrnná statistika - kvalitativní výsledky

Cyklus EHK: AIM22/26 - Autoimunita 2

Stop termín: 23.10.2026

Nastavení: všechna data

AV = vztažná hodnota
CVP = konsenzus všech účastníků
>>> ... očekávaný výsledek
> ... akceptovatelný výsledek
± ... nehodnocený výsledek

N_{tot} = celkový počet výsledků
N_{rel} = relativní počet výsledků

N_{eva} = počet hodnocených výsledků
N_{suc} = počet úspěšných výsledků
S_{rel} = relativní úspěšnost

Zkouška / Vzorek / Skupina	AV	N_{tot}	N_{rel} [%]	Četnosti výsledků: Výsledek	Úspěšnost: N_{eva}	N_{suc}	S_{rel} [%]
Sada 1							
(565) **ANCA imunofluorescence - průkaz**		63			63	63	100
Vzorek A1		63			63	63	100
Všechny výsledky	CVP >>>	63	100	Pozitivní			
Vzorek B1		63			63	63	100
Všechny výsledky	CVP >>>	63	100	Pozitivní			
(574) **ANCA IF (etanol) - semikvantita**		54			0		
Vzorek A1		54			0		
Všechny výsledky	±	1	1,9	Neuvedeno			
	±	2	3,7	titr 10			
	±	2	3,7	titr 20			
	±	3	5,6	titr 40			
	±	8	15	titr 80			
	±	15	28	titr 160			
	±	15	28	titr 320			
	±	4	7,4	titr 640			
	±	2	3,7	titr 1280			
	±	2	3,7	titr 2560			
Vzorek B1		54			0		
Všechny výsledky	±	2	3,7	titr 10			
	±	3	5,6	titr 20			
	±	5	9,3	titr 40			
	±	16	30	titr 80			
	±	17	31	titr 160			
	±	9	17	titr 320			
	±	2	3,7	titr 640			
(578) **ANCA IF (formalín) - semikvantita**		51			0		
Vzorek A1		51			0		
Všechny výsledky	±	1	2	titr 0 (neměřitelný)			
	±	2	3,9	titr 10			
	±	1	2	titr 20			
	±	10	20	titr 40			
	±	11	22	titr 80			
	±	13	25	titr 160			
	±	5	9,8	titr 320			
	±	4	7,8	titr 640			
	±	2	3,9	titr 1280			
	±	2	3,9	titr 2560			
Vzorek B1		51			0		
Všechny výsledky	±	2	3,9	titr 10			
	±	1	2	titr 20			
	±	5	9,8	titr 40			
	±	11	22	titr 80			
	±	17	33	titr 160			
	±	12	24	titr 320			
	±	3	5,9	titr 640			
(566) **ANCA - typ fluorescence**		62			62	61	98
Vzorek A1		62			62	61	98
Všechny výsledky	CVP >>>	61	98	pANCA (perinukleární)			
		1	1,6	NSA (atypická ANCA)			
Vzorek B1		62			62	62	100
Všechny výsledky	CVP >>>	62	100	cANCA (cytoplazmatická)			
(569) **anti-myeloperoxidáza**		70			70	69	99
Vzorek A1		70			70	69	99
Všechny výsledky		1	1,4	Negativní			
	CVP >>>	69	99	Pozitivní			
Vzorek B1		70			70	70	100
Všechny výsledky	CVP >>>	70	100	Negativní			
(570) **anti-proteináza III**		70			70	70	100
Vzorek A1		70			70	70	100
Všechny výsledky	CVP >>>	70	100	Negativní			
Vzorek B1		70			70	70	100
Všechny výsledky	CVP >>>	70	100	Pozitivní			

Souhrnná statistika - kvalitativní výsledky

Cyklus EHK: AIM22/26 - Autoimunita 2

Stop termín: 23.10.2026

Nastavení: všechna data

Zkouška / Vzorek / Skupina	AV	N_{tot}	N_{rel} [%]	Četnosti výsledků: Výsledek	Úspěšnost: N_{eva}	N_{suc}	S_{rel} [%]
Sada 2							
(562) **anti-GBM imunofluorescence - průkaz**		18			18	18	100
Vzorek A2		18			18	18	100
Všechny výsledky	CVP >>>	18	100	Pozitivní			
Vzorek B2		18			18	18	100
Všechny výsledky	CVP >>>	18	100	Negativní			
(567) **anti-GBM imunofluorescence - semikvantita**		14			0		
Vzorek A2		14			0		
Všechny výsledky	±	1	7,1	titr 10			
	±	1	7,1	titr 20			
	±	2	14	titr 40			
	±	3	21	titr 80			
	±	2	14	titr 160			
	±	3	21	titr 320			
	±	1	7,1	titr 640			
	±	1	7,1	titr 1280			
Vzorek B2		14			0		
Všechny výsledky	±	13	93	titr 0 (neměřitelný)			
	±	1	7,1	titr 10			
(568) **anti-GBM jiné metody - průkaz**		42			42	42	100
Vzorek A2		42			42	42	100
Všechny výsledky	CVP >>>	42	100	Pozitivní			
Vzorek B2		42			42	42	100
Všechny výsledky	CVP >>>	42	100	Negativní			