Souhrnná statistika - kvantitativní výsledky

Cyklus EHK: ALB2/26 - Stanovení albuminu v moči

Stop termín: 2.10.2026

Nastavení: skupiny - R (výrobce reagencií); minimální četnost skupin n = 5

RoM = robustní průměr
SD = směrodatná odchylka
CV = variační koeficient
N_{tot} = celkový počet výsledků
N_{out} = počet výsledků vyloučených před výpočtem
AV = vztažná hodnota
CVP = konsenzus všech účastníků
U_{AV} = rozšířená nejistota vztažné hodnoty (k = 2)
D_{max} = přijatelný rozdíl
LL = dolní mez
UL = horní mez
N_{eva} = počet hodnocených výsledků
N_{suc} = počet úspěšných výsledků
S_{rel} = relativní úspěšnost

Zkouška / Vzorek / Skupina	[jednotka]	RoM	SD	CV [%]	N_{tot}	N_{out}	Srovnatelnost	AV	U_{AV}	D_{max}	LL	UL	N_{eva}	N_{suc}	S_{rel} [%]
(470) **ACR**	[g/mol]				257								257	208	81
Vzorek A													257	213	83
(0) neuvedeno		2,47	0,33	13	257	0	CVP	2,47	0,05	24%	1,87	3,07	257		
Vzorek B													257	249	97
(0) neuvedeno		4,32	0,37	8,5	257	0	CVP	4,32	0,056	24%	3,28	5,36	257		
(369) **Albumin**	[mg/L]				268								268	240	90
Vzorek A		13,7	1,5	11	268		CVP	13,7	0,23	30%	9,59	17,9	268	243	91
(1) Abbott		14,7	0,85	5,8	63	0							63		
(58) Beckman Coulter (AU)		13,3	0,74	5,5	40	0							40		
(60) Roche		14	0,77	5,5	103	0							103		
(162) Siemens (Atellica)		9,75	1,2	12	38	0							38		
(177) Mindray		16,3	1,1	6,8	7	0							7		
Ostatní					17	0							17		
							2x 0, 1x 5, 3x 12, 1x 29, 1x 36, 2x 73, 3x 149, 1x 152, 1x 178, 2x 179								
Vzorek B		55	3,5	6,3	268		CVP	55	0,52	21%	43,4	66,6	268	262	98
(1) Abbott		56,8	2,1	3,7	63	0							63		
(58) Beckman Coulter (AU)		55,9	2,2	3,9	40	0							40		
(60) Roche		53,9	1,7	3,2	103	0							103		
(162) Siemens (Atellica)		50,9	2,6	5,1	38	0							38		
(177) Mindray		63,2	4,2	6,7	7	0							7		
Ostatní					17	0							17		
							2x 0, 1x 5, 3x 12, 1x 29, 1x 36, 2x 73, 3x 149, 1x 152, 1x 178, 2x 179								
(408) **Kreatinin**	[mmol/L]				262								262	258	98
Vzorek A		5,56	0,24	4,4	262		CVP	5,56	0,037	16%	4,67	6,45	262	259	99
(1) Abbott		5,4	0,14	2,6	60	0							60		
(46) Erba Lachema		5,45	0,33	6	6	0							6		
(58) Beckman Coulter (AU)		5,49	0,46	8,4	41	0							41		
(60) Roche		5,64	0,23	4,1	102	0							102		
(162) Siemens (Atellica)		5,65	0,14	2,4	39	0							39		
(177) Mindray		5,27	0,1	2	6	0							6		
Ostatní					8	0							8		
							1x 5, 1x 12, 2x 73, 2x 149, 1x 178, 1x 179								
Vzorek B		12,7	0,49	3,9	262		CVP	12,7	0,074	16%	10,6	14,8	262	260	99
(1) Abbott		12,4	0,36	2,9	60	0							60		
(46) Erba Lachema		12,5	0,61	4,9	6	0							6		
(58) Beckman Coulter (AU)		12,9	0,59	4,6	41	0							41		
(60) Roche		12,9	0,48	3,7	102	0							102		
(162) Siemens (Atellica)		12,8	0,29	2,3	39	0							39		
(177) Mindray		12	0,12	1	6	0							6		
Ostatní					8	0							8		
							1x 5, 1x 12, 2x 73, 2x 149, 1x 178, 1x 179								