Souhrnná statistika - kvalitativní výsledky

Cyklus EHK: APLA2/26 - Antifosfolipidové protilátky

Stop termín: 25.9.2026

Nastavení: skupiny - M (princip měření)

AV = vztažná hodnota
CVP = konsenzus všech účastníků
CVPG = konsenzus skupin účastníků
>>> ... očekávaný výsledek
> ... akceptovatelný výsledek
± ... nehodnocený výsledek

N_{tot} = celkový počet výsledků
N_{rel} = relativní počet výsledků

N_{eva} = počet hodnocených výsledků
N_{suc} = počet úspěšných výsledků
S_{rel} = relativní úspěšnost

Zkouška / Vzorek / Skupina	AV	N_{tot}	N_{rel} [%]	Výsledek	Úspěšnost N_{eva}	N_{suc}	S_{rel} [%]
(465) **anti-β2-glykoprotein 1 screening**		10			0		
Vzorek A		10			10	10	100
(2) EIA (ELISA)	CVP >>>	9	90	Negativní			
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI)	CVP >>>	1	10	Negativní			
Vzorek B		10			0		
(2) EIA (ELISA)	±	2	20	Negativní			
	±	2	20	Neprůkazný výsledek (hraniční)			
	±	5	50	Pozitivní			
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI)	±	1	10	Pozitivní			
(467) **anti-β2-glykoprotein 1 IgG**		60			60	59	98
Vzorek A		60			60	60	100
(2) EIA (ELISA)	CVP >>>	33	55	Negativní			
(3) FIA (FEIA, TRACE)	CVP >>>	6	10	Negativní			
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI)	CVP >>>	21	35	Negativní			
Vzorek B		60			60	59	98
(2) EIA (ELISA)	CVP >>>	33	55	Negativní			
(3) FIA (FEIA, TRACE)	CVP >>>	6	10	Negativní			
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI)	CVP >>>	20	33	Negativní			
		1	1,7	Neprůkazný výsledek (hraniční)			
(468) **anti-β2-glykoprotein 1 IgM**		59			59	57	97
Vzorek A		59			59	59	100
(2) EIA (ELISA)	CVP >>>	32	54	Negativní			
(3) FIA (FEIA, TRACE)	CVP >>>	6	10	Negativní			
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI)	CVP >>>	21	36	Negativní			
Vzorek B		59			59	57	97
(2) EIA (ELISA)		1	1,7	Negativní			
	CVP >>>	31	53	Pozitivní			
(3) FIA (FEIA, TRACE)	CVP >>>	6	10	Pozitivní			
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI)		1	1,7	Negativní			
	CVP >>>	20	34	Pozitivní			
(461) **anti-kardiolipin screening**		12			12	12	100
Vzorek A		12			12	12	100
(2) EIA (ELISA)	CVP >>>	11	92	Negativní			
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI)	CVP >>>	1	8,3	Negativní			
Vzorek B		12			12	12	100
(2) EIA (ELISA)	CVP >>>	11	92	Pozitivní			
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI)	CVP >>>	1	8,3	Pozitivní			
(463) **anti-kardiolipin IgG**		63			63	63	100
Vzorek A		63			63	63	100
(2) EIA (ELISA)	CVP >>>	35	56	Negativní			
(3) FIA (FEIA, TRACE)	CVP >>>	6	9,5	Negativní			
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI)	CVP >>>	22	35	Negativní			
Vzorek B		63			63	63	100
(2) EIA (ELISA)	CVP >>>	35	56	Negativní			
(3) FIA (FEIA, TRACE)	CVP >>>	6	9,5	Negativní			
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI)	CVP >>>	22	35	Negativní			
(464) **anti-kardiolipin IgM**		63			55	52	95
Vzorek A		63			63	63	100
(2) EIA (ELISA)	CVP >>>	35	56	Negativní			
(3) FIA (FEIA, TRACE)	CVP >>>	6	9,5	Negativní			
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI)	CVP >>>	22	35	Negativní			
Vzorek B		63			55	52	95
(2) EIA (ELISA)		3	4,8	Negativní			
	CVP >>>	30	48	Pozitivní			
(2) EIA (ELISA); (166) Thermo Fisher	±	1	1,6	Neprůkazný výsledek (hraniční)			
	±	1	1,6	Pozitivní			
(3) FIA (FEIA, TRACE); (166) Thermo Fisher	±	4	6,3	Neprůkazný výsledek (hraniční)			
	±	2	3,2	Pozitivní			
(4) LIA (CLIA, CMIA, ECLIA, LOCI)	CVP >>>	22	35	Pozitivní			