Souhrnná statistika - kvalitativní výsledky

Cyklus EHK: APLA2/26 - Antifosfolipidové protilátky

Stop termín: 25.9.2026

Nastavení: skupiny - R (výrobce reagencií)

AV = vztažná hodnota
CVP = konsenzus všech účastníků
CVPG = konsenzus skupin účastníků
>>> ... očekávaný výsledek
> ... akceptovatelný výsledek
± ... nehodnocený výsledek

N_{tot} = celkový počet výsledků
N_{rel} = relativní počet výsledků

N_{eva} = počet hodnocených výsledků
N_{suc} = počet úspěšných výsledků
S_{rel} = relativní úspěšnost

Zkouška / Vzorek / Skupina	AV	N_{tot}	N_{rel} [%]	Výsledek	Úspěšnost N_{eva}	N_{suc}	S_{rel} [%]
(465) **anti-β2-glykoprotein 1 screening**		10			0		
Vzorek A		10			10	10	100
(38) Werfen (IL)	CVP >>>	1	10	Negativní			
(49) BioVendor	CVP >>>	1	10	Negativní			
(135) OrgenTec	CVP >>>	6	60	Negativní			
(148) Aesku.lab Diagnostika	CVP >>>	2	20	Negativní			
Vzorek B		10			0		
(38) Werfen (IL)	±	1	10	Pozitivní			
(49) BioVendor	±	1	10	Negativní			
(135) OrgenTec	±	1	10	Negativní			
	±	2	20	Neprůkazný výsledek (hraniční)			
	±	3	30	Pozitivní			
(148) Aesku.lab Diagnostika	±	2	20	Pozitivní			
(467) **anti-β2-glykoprotein 1 IgG**		60			60	59	98
Vzorek A		60			60	60	100
(34) Sebia	CVP >>>	5	8,3	Negativní			
(38) Werfen (IL)	CVP >>>	6	10	Negativní			
(49) BioVendor	CVP >>>	1	1,7	Negativní			
(87) Euroimmun	CVP >>>	7	12	Negativní			
(115) BioSystems	CVP >>>	1	1,7	Negativní			
(135) OrgenTec	CVP >>>	15	25	Negativní			
(140) TestLine	CVP >>>	1	1,7	Negativní			
(148) Aesku.lab Diagnostika	CVP >>>	2	3,3	Negativní			
(166) Thermo Fisher	CVP >>>	8	13	Negativní			
(183) Immunodiagnostic Systems	CVP >>>	1	1,7	Negativní			
(211) INOVA Diagnostics	CVP >>>	12	20	Negativní			
(999) jiný výrobce	CVP >>>	1	1,7	Negativní			
Vzorek B		60			60	59	98
(34) Sebia	CVP >>>	5	8,3	Negativní			
(38) Werfen (IL)	CVP >>>	5	8,3	Negativní			
		1	1,7	Neprůkazný výsledek (hraniční)			
(49) BioVendor	CVP >>>	1	1,7	Negativní			
(87) Euroimmun	CVP >>>	7	12	Negativní			
(115) BioSystems	CVP >>>	1	1,7	Negativní			
(135) OrgenTec	CVP >>>	15	25	Negativní			
(140) TestLine	CVP >>>	1	1,7	Negativní			
(148) Aesku.lab Diagnostika	CVP >>>	2	3,3	Negativní			
(166) Thermo Fisher	CVP >>>	8	13	Negativní			
(183) Immunodiagnostic Systems	CVP >>>	1	1,7	Negativní			
(211) INOVA Diagnostics	CVP >>>	12	20	Negativní			
(999) jiný výrobce	CVP >>>	1	1,7	Negativní			
(468) **anti-β2-glykoprotein 1 IgM**		59			59	57	97
Vzorek A		59			59	59	100
(34) Sebia	CVP >>>	5	8,5	Negativní			
(38) Werfen (IL)	CVP >>>	6	10	Negativní			
(49) BioVendor	CVP >>>	1	1,7	Negativní			
(87) Euroimmun	CVP >>>	6	10	Negativní			
(115) BioSystems	CVP >>>	1	1,7	Negativní			
(135) OrgenTec	CVP >>>	15	25	Negativní			
(140) TestLine	CVP >>>	1	1,7	Negativní			
(148) Aesku.lab Diagnostika	CVP >>>	2	3,4	Negativní			
(166) Thermo Fisher	CVP >>>	8	14	Negativní			
(183) Immunodiagnostic Systems	CVP >>>	1	1,7	Negativní			
(211) INOVA Diagnostics	CVP >>>	12	20	Negativní			
(999) jiný výrobce	CVP >>>	1	1,7	Negativní			
Vzorek B		59			59	57	97
(34) Sebia	CVP >>>	5	8,5	Pozitivní			
(38) Werfen (IL)	CVP >>>	6	10	Pozitivní			
(49) BioVendor	CVP >>>	1	1,7	Pozitivní			
(87) Euroimmun	CVP >>>	6	10	Pozitivní			
(115) BioSystems	CVP >>>	1	1,7	Pozitivní			
(135) OrgenTec		1	1,7	Negativní			
	CVP >>>	14	24	Pozitivní			

Souhrnná statistika - kvalitativní výsledky

Cyklus EHK: APLA2/26 - Antifosfolipidové protilátky

Stop termín: 25.9.2026

Nastavení: skupiny - R (výrobce reagencií)

Zkouška / Vzorek / Skupina	AV	N_{tot}	N_{rel} [%]	Výsledek	Úspěšnost N_{eva}	N_{suc}	S_{rel} [%]
(140) TestLine		1	1,7	Negativní			
(148) Aesku.lab Diagnostika	CVP >>>	2	3,4	Pozitivní			
(166) Thermo Fisher	CVP >>>	8	14	Pozitivní			
(183) Immunodiagnostic Systems	CVP >>>	1	1,7	Pozitivní			
(211) INOVA Diagnostics	CVP >>>	12	20	Pozitivní			
(999) jiný výrobce	CVP >>>	1	1,7	Pozitivní			
(461) **anti-kardiolipin screening**		12			12	12	100
Vzorek A		12			12	12	100
(34) Sebia	CVP >>>	2	17	Negativní			
(38) Werfen (IL)	CVP >>>	1	8,3	Negativní			
(135) OrgenTec	CVP >>>	6	50	Negativní			
(148) Aesku.lab Diagnostika	CVP >>>	3	25	Negativní			
Vzorek B		12			12	12	100
(34) Sebia	CVP >>>	2	17	Pozitivní			
(38) Werfen (IL)	CVP >>>	1	8,3	Pozitivní			
(135) OrgenTec	CVP >>>	6	50	Pozitivní			
(148) Aesku.lab Diagnostika	CVP >>>	3	25	Pozitivní			
(463) **anti-kardiolipin IgG**		63			63	63	100
Vzorek A		63			63	63	100
(34) Sebia	CVP >>>	5	7,9	Negativní			
(38) Werfen (IL)	CVP >>>	7	11	Negativní			
(49) BioVendor	CVP >>>	2	3,2	Negativní			
(87) Euroimmun	CVP >>>	7	11	Negativní			
(115) BioSystems	CVP >>>	1	1,6	Negativní			
(135) OrgenTec	CVP >>>	16	25	Negativní			
(140) TestLine	CVP >>>	1	1,6	Negativní			
(148) Aesku.lab Diagnostika	CVP >>>	3	4,8	Negativní			
(166) Thermo Fisher	CVP >>>	8	13	Negativní			
(183) Immunodiagnostic Systems	CVP >>>	1	1,6	Negativní			
(211) INOVA Diagnostics	CVP >>>	11	17	Negativní			
(999) jiný výrobce	CVP >>>	1	1,6	Negativní			
Vzorek B		63			63	63	100
(34) Sebia	CVP >>>	5	7,9	Negativní			
(38) Werfen (IL)	CVP >>>	7	11	Negativní			
(49) BioVendor	CVP >>>	2	3,2	Negativní			
(87) Euroimmun	CVP >>>	7	11	Negativní			
(115) BioSystems	CVP >>>	1	1,6	Negativní			
(135) OrgenTec	CVP >>>	16	25	Negativní			
(140) TestLine	CVP >>>	1	1,6	Negativní			
(148) Aesku.lab Diagnostika	CVP >>>	3	4,8	Negativní			
(166) Thermo Fisher	CVP >>>	8	13	Negativní			
(183) Immunodiagnostic Systems	CVP >>>	1	1,6	Negativní			
(211) INOVA Diagnostics	CVP >>>	11	17	Negativní			
(999) jiný výrobce	CVP >>>	1	1,6	Negativní			
(464) **anti-kardiolipin IgM**		63			55	52	95
Vzorek A		63			63	63	100
(34) Sebia	CVP >>>	4	6,3	Negativní			
(38) Werfen (IL)	CVP >>>	7	11	Negativní			
(49) BioVendor	CVP >>>	2	3,2	Negativní			
(87) Euroimmun	CVP >>>	7	11	Negativní			
(115) BioSystems	CVP >>>	1	1,6	Negativní			
(135) OrgenTec	CVP >>>	17	27	Negativní			
(140) TestLine	CVP >>>	1	1,6	Negativní			
(148) Aesku.lab Diagnostika	CVP >>>	3	4,8	Negativní			
(166) Thermo Fisher	CVP >>>	8	13	Negativní			
(183) Immunodiagnostic Systems	CVP >>>	1	1,6	Negativní			
(211) INOVA Diagnostics	CVP >>>	11	17	Negativní			
(999) jiný výrobce	CVP >>>	1	1,6	Negativní			
Vzorek B		63			55	52	95
(34) Sebia	CVP >>>	4	6,3	Pozitivní			
(38) Werfen (IL)	CVP >>>	7	11	Pozitivní			
(49) BioVendor		1	1,6	Negativní			
	CVP >>>	1	1,6	Pozitivní			
(87) Euroimmun		2	3,2	Negativní			
	CVP >>>	5	7,9	Pozitivní			
(115) BioSystems	CVP >>>	1	1,6	Pozitivní			
(135) OrgenTec	CVP >>>	17	27	Pozitivní			
(140) TestLine	CVP >>>	1	1,6	Pozitivní			
(148) Aesku.lab Diagnostika	CVP >>>	3	4,8	Pozitivní			

Souhrnná statistika - kvalitativní výsledky

Cyklus EHK: APLA2/26 - Antifosfolipidové protilátky

Stop termín: 25.9.2026

Nastavení: skupiny - R (výrobce reagencií)

Zkouška / Vzorek / Skupina		AV	N_{tot}	N_{rel} [%]	Četnosti výsledků: Výsledek	Úspěšnost: N_{eva}	N_{suc}	S_{rel} [%]
(166) Thermo Fisher		±	5	7,9	Neprůkazný výsledek (hraniční)			
		±	3	4,8	Pozitivní			
(183) Immunodiagnostic Systems	CVP	>>>	1	1,6	Pozitivní			
(211) INOVA Diagnostics	CVP	>>>	11	17	Pozitivní			
(999) jiný výrobce	CVP	>>>	1	1,6	Pozitivní			