Souhrnná statistika - kvalitativní výsledky

Cyklus EHK: AT2/26 - Autoprotilátky u tyreopatií

Stop termín: 23.10.2026

Nastavení: skupiny - M (princip měření)

AV = vztažná hodnota
CVP = konsenzus všech účastníků
>>> ... očekávaný výsledek
> ... akceptovatelný výsledek
± ... nehodnocený výsledek

N_{tot} = celkový počet výsledků
N_{rel} = relativní počet výsledků

N_{eva} = počet hodnocených výsledků
N_{suc} = počet úspěšných výsledků
S_{rel} = relativní úspěšnost

Zkouška / Vzorek / Skupina	AV	N_{tot}	N_{rel} [%]	Výsledek	Úspěšnost N_{eva}	N_{suc}	S_{rel} [%]
Sada 1							
(576) **anti-mikrosomy (TPO)**		200			200	198	99
Vzorek A1		200			200	199	100
(1) Fluorescenční metody	CVP >>>	2	1	Pozitivní			
(2) EIA metody	CVP >>>	10	5	Pozitivní			
(5) LIA, ILMA		1	0,5	Negativní			
	CVP >>>	185	93	Pozitivní			
(99) Jiný princip měření	CVP >>>	2	1	Pozitivní			
Vzorek B1		200			200	198	99
(1) Fluorescenční metody	CVP >>>	2	1	Negativní			
(2) EIA metody	CVP >>>	10	5	Negativní			
(5) LIA, ILMA	CVP >>>	184	92	Negativní			
		2	1	Pozitivní			
(99) Jiný princip měření	CVP >>>	2	1	Negativní			
(575) **anti-tyreoglobulin**		195			195	186	95
Vzorek A1		195			195	193	99
(1) Fluorescenční metody	CVP >>>	2	1	Pozitivní			
(2) EIA metody	CVP >>>	9	4,6	Pozitivní			
(4) RIA, IRMA, RRA	CVP >>>	2	1	Pozitivní			
(5) LIA, ILMA		2	1	Negativní			
	CVP >>>	178	91	Pozitivní			
(99) Jiný princip měření	CVP >>>	2	1	Pozitivní			
Vzorek B1		195			195	187	96
(1) Fluorescenční metody	CVP >>>	2	1	Negativní			
(2) EIA metody	CVP >>>	9	4,6	Negativní			
(4) RIA, IRMA, RRA	CVP >>>	2	1	Negativní			
(5) LIA, ILMA	CVP >>>	172	88	Negativní			
		2	1	Neprůkazný výsledek (hraniční)			
		6	3,1	Pozitivní			
(99) Jiný princip měření	CVP >>>	2	1	Negativní			
Sada 2							
(590) **anti-TSH receptor**		111			111	110	99
Vzorek A2		111			111	110	99
(0) Neuvedeno	CVP >>>	1	0,9	Negativní			
(2) EIA metody	CVP >>>	5	4,5	Negativní			
		1	0,9	Pozitivní			
(4) RIA, IRMA, RRA	CVP >>>	1	0,9	Negativní			
(5) LIA, ILMA	CVP >>>	102	92	Negativní			
(99) Jiný princip měření	CVP >>>	1	0,9	Negativní			
Vzorek B2		111			111	111	100
(0) Neuvedeno	CVP >>>	1	0,9	Pozitivní			
(2) EIA metody	CVP >>>	6	5,4	Pozitivní			
(4) RIA, IRMA, RRA	CVP >>>	1	0,9	Pozitivní			
(5) LIA, ILMA	CVP >>>	102	92	Pozitivní			
(99) Jiný princip měření	CVP >>>	1	0,9	Pozitivní			