Souhrnná statistika - kvalitativní výsledky

Cyklus EHK: AT2/26 - Autoprotilátky u tyreopatií

Stop termín: 23.10.2026

Nastavení: skupiny - R (výrobce reagencií)

AV = vztažná hodnota
CVP = konsenzus všech účastníků
>>> ... očekávaný výsledek
> ... akceptovatelný výsledek
± ... nehodnocený výsledek

N_{tot} = celkový počet výsledků
N_{rel} = relativní počet výsledků

N_{eva} = počet hodnocených výsledků
N_{suc} = počet úspěšných výsledků
S_{rel} = relativní úspěšnost

Zkouška / Vzorek / Skupina	AV	N_{tot}	N_{rel} [%]	Výsledek	Úspěšnost N_{eva}	N_{suc}	S_{rel} [%]
Sada 1							
(576) **anti-mikrosomy (TPO)**		200			200	198	99
Vzorek A1		200			200	199	100
(1) Abbott	CVP >>>	57	29	Pozitivní			
(12) Beckman Coulter		1	0,5	Negativní			
	CVP >>>	23	12	Pozitivní			
(15) bioMérieux	CVP >>>	1	0,5	Pozitivní			
(25) TOSOH	CVP >>>	3	1,5	Pozitivní			
(29) Siemens (Immulite)	CVP >>>	3	1,5	Pozitivní			
(60) Roche	CVP >>>	74	37	Pozitivní			
(73) Snibe	CVP >>>	1	0,5	Pozitivní			
(162) Siemens (Atellica)	CVP >>>	31	16	Pozitivní			
(166) Thermo Fisher	CVP >>>	1	0,5	Pozitivní			
(177) Mindray	CVP >>>	1	0,5	Pozitivní			
(179) Siemens	CVP >>>	4	2	Pozitivní			
Vzorek B1		200			200	198	99
(1) Abbott	CVP >>>	56	28	Negativní			
		1	0,5	Pozitivní			
(12) Beckman Coulter	CVP >>>	23	12	Negativní			
		1	0,5	Pozitivní			
(15) bioMérieux	CVP >>>	1	0,5	Negativní			
(25) TOSOH	CVP >>>	3	1,5	Negativní			
(29) Siemens (Immulite)	CVP >>>	3	1,5	Negativní			
(60) Roche	CVP >>>	74	37	Negativní			
(73) Snibe	CVP >>>	1	0,5	Negativní			
(162) Siemens (Atellica)	CVP >>>	31	16	Negativní			
(166) Thermo Fisher	CVP >>>	1	0,5	Negativní			
(177) Mindray	CVP >>>	1	0,5	Negativní			
(179) Siemens	CVP >>>	4	2	Negativní			
(575) **anti-tyreoglobulin**		195			195	186	95
Vzorek A1		195			195	193	99
(1) Abbott		1	0,5	Negativní			
	CVP >>>	54	28	Pozitivní			
(12) Beckman Coulter		1	0,5	Negativní			
	CVP >>>	21	11	Pozitivní			
(15) bioMérieux	CVP >>>	1	0,5	Pozitivní			
(25) TOSOH	CVP >>>	2	1	Pozitivní			
(29) Siemens (Immulite)	CVP >>>	3	1,5	Pozitivní			
(36) Immunotech	CVP >>>	1	0,5	Pozitivní			
(60) Roche	CVP >>>	74	38	Pozitivní			
(73) Snibe	CVP >>>	1	0,5	Pozitivní			
(162) Siemens (Atellica)	CVP >>>	30	15	Pozitivní			
(166) Thermo Fisher	CVP >>>	1	0,5	Pozitivní			
(177) Mindray	CVP >>>	1	0,5	Pozitivní			
(179) Siemens	CVP >>>	4	2,1	Pozitivní			
Vzorek B1		195			195	187	96
(1) Abbott	CVP >>>	48	25	Negativní			
		2	1	Neprůkazný výsledek (hraniční)			
		5	2,6	Pozitivní			
(12) Beckman Coulter	CVP >>>	21	11	Negativní			
		1	0,5	Pozitivní			
(15) bioMérieux	CVP >>>	1	0,5	Negativní			
(25) TOSOH	CVP >>>	2	1	Negativní			
(29) Siemens (Immulite)	CVP >>>	3	1,5	Negativní			
(36) Immunotech	CVP >>>	1	0,5	Negativní			
(60) Roche	CVP >>>	74	38	Negativní			
(73) Snibe	CVP >>>	1	0,5	Negativní			
(162) Siemens (Atellica)	CVP >>>	30	15	Negativní			
(166) Thermo Fisher	CVP >>>	1	0,5	Negativní			
(177) Mindray	CVP >>>	1	0,5	Negativní			
(179) Siemens	CVP >>>	4	2,1	Negativní			

Souhrnná statistika - kvalitativní výsledky

Cyklus EHK: AT2/26 - Autoprotilátky u tyreopatií

Stop termín: 23.10.2026

Nastavení: skupiny - R (výrobce reagencií)

Zkouška / Vzorek / Skupina	AV	N_{tot}	N_{rel} [%]	Četnosti výsledků: Výsledek	Úspěšnost: N_{eva}	N_{suc}	S_{rel} [%]
Sada 2							
(590) **anti-TSH receptor**		111			111	110	99
Vzorek A2		111			111	110	99
(0) neuvedeno	CVP >>>	1	0,9	Negativní			
(1) Abbott	CVP >>>	29	26	Negativní			
(24) B.R.A.H.M.S.	CVP >>>	1	0,9	Negativní			
(29) Siemens (Immulite)	CVP >>>	9	8,1	Negativní			
(60) Roche	CVP >>>	63	57	Negativní			
		1	0,9	Pozitivní			
(73) Snibe	CVP >>>	4	3,6	Negativní			
(87) Euroimmun	CVP >>>	1	0,9	Negativní			
(164) DiaSorin	CVP >>>	2	1,8	Negativní			
Vzorek B2		111			111	111	100
(0) neuvedeno	CVP >>>	1	0,9	Pozitivní			
(1) Abbott	CVP >>>	29	26	Pozitivní			
(24) B.R.A.H.M.S.	CVP >>>	1	0,9	Pozitivní			
(29) Siemens (Immulite)	CVP >>>	9	8,1	Pozitivní			
(60) Roche	CVP >>>	64	58	Pozitivní			
(73) Snibe	CVP >>>	4	3,6	Pozitivní			
(87) Euroimmun	CVP >>>	1	0,9	Pozitivní			
(164) DiaSorin	CVP >>>	2	1,8	Pozitivní			