Souhrnná statistika - kvalitativní výsledky

Cyklus EHK: AT2/26 - Autoprotilátky u tyreopatií

Stop termín: 23.10.2026

Nastavení: Slovensko

AV = vztažná hodnota
CVP = konsenzus všech účastníků
>>> ... očekávaný výsledek
> ... akceptovatelný výsledek
± ... nehodnocený výsledek

N_{tot} = celkový počet výsledků
N_{rel} = relativní počet výsledků

N_{eva} = počet hodnocených výsledků
N_{suc} = počet úspěšných výsledků
S_{rel} = relativní úspěšnost

Zkouška / Vzorek / Skupina	AV	N_{tot}	N_{rel} [%]	Výsledek	Úspěšnost N_{eva}	N_{suc}	S_{rel} [%]
Sada 1							
(576) **anti-mikrosomy (TPO)**		20			20	19	95
Vzorek A1		20			20	19	95
Všechny výsledky		1	5	Negativní			
	CVP >>>	19	95	Pozitivní			
Vzorek B1		20			20	19	95
Všechny výsledky	CVP >>>	19	95	Negativní			
		1	5	Pozitivní			
(575) **anti-tyreoglobulin**		20			20	17	85
Vzorek A1		20			20	19	95
Všechny výsledky		1	5	Negativní			
	CVP >>>	19	95	Pozitivní			
Vzorek B1		20			20	17	85
Všechny výsledky	CVP >>>	17	85	Negativní			
		3	15	Pozitivní			
Sada 2							
(590) **anti-TSH receptor**		14			14	13	93
Vzorek A2		14			14	13	93
Všechny výsledky	CVP >>>	13	93	Negativní			
		1	7,1	Pozitivní			
Vzorek B2		14			14	14	100
Všechny výsledky	CVP >>>	14	100	Pozitivní			