Souhrnná statistika - kvantitativní výsledky

Cyklus EHK: CRPP3/26 - Stanovení CRP systémy POCT

Stop termín: 5.6.2026

Nastavení: skupiny - S (měřicí systém); minimální četnost skupin n = 5

RoM = robustní průměr
SD = směrodatná odchylka
CV = variační koeficient
N_{tot} = celkový počet výsledků
N_{out} = počet výsledků vyloučených před výpočtem
AV = vztažná hodnota
CVP = konsenzus všech účastníků
U_{AV} = rozšířená nejistota vztažné hodnoty (k = 2)
D_{max} = přijatelný rozdíl
LL = dolní mez
UL = horní mez
N_{eva} = počet hodnocených výsledků
N_{suc} = počet úspěšných výsledků
S_{rel} = relativní úspěšnost

Zkouška / Vzorek / Skupina	[jednotka]	RoM	SD	CV [%]	N_{tot}	N_{out}	Srovnatelnost	AV	U_{AV}	D_{max}	LL	UL	N_{eva}	N_{suc}	S_{rel} [%]
(104) **C-reaktivní protein**	[mg/L]				227								227	191	84
Vzorek A		92,3	11	12	227		CVP	92,3	1,7	24%	70,1	115	227	206	91
(130) Aidian QuikRead 101		116	38	33	8	0							8		
(133) BodiTech i-Chroma, AFIAS		92,3	18	20	8	0							8		
(134) Aidian QuikRead go		92,6	10	11	183	0							183		
(135) Abbott Alere Afinion		90,5	2,2	2,5	5	0							5		
Ostatní					23	0							23		
							4x 0, 4x 131, 2x 132, 3x 136, 2x 138, 4x 139, 4x 999								
Vzorek B		53,7	7,5	14	227		CVP	53,7	1,2	24%	40,8	66,6	227	198	87
(130) Aidian QuikRead 101		68	25	37	8	0							8		
(133) BodiTech i-Chroma, AFIAS		55,9	8,7	16	8	1							8		
(134) Aidian QuikRead go		53,7	6,6	12	183	0							183		
(135) Abbott Alere Afinion		49	5,9	12	5	0							5		
Ostatní					23	0							23		
							4x 0, 4x 131, 2x 132, 3x 136, 2x 138, 4x 139, 4x 999								