Souhrnná statistika - kvalitativní výsledky

Cyklus EHK: HS1/26 - Hemokoagulace speciální

Stop termín: 12.6.2026

Nastavení: skupiny - R (výrobce reagencií)

AV = vztažná hodnota
CVP = konsenzus všech účastníků
>>> ... očekávaný výsledek
> ... akceptovatelný výsledek
± ... nehodnocený výsledek

N_{tot} = celkový počet výsledků
N_{rel} = relativní počet výsledků

N_{eva} = počet hodnocených výsledků
N_{suc} = počet úspěšných výsledků
S_{rel} = relativní úspěšnost

Zkouška / Vzorek / Skupina	AV	N_{tot}	N_{rel} [%]	Výsledek	Úspěšnost N_{eva}	N_{suc}	S_{rel} [%]
(488) **APC - rezistence**		55			55	55	100
Vzorek A3		55			55	55	100
(38) Werfen (IL)	CVP >>>	15	27	Pozitivní			
(51) Technoclone	CVP >>>	1	1,8	Pozitivní			
(94) Stago	CVP >>>	4	7,3	Pozitivní			
(149) Siemens (Dade, BN, Dimension)	CVP >>>	7	13	Pozitivní			
(179) Siemens	CVP >>>	1	1,8	Pozitivní			
(192) Pentapharm	CVP >>>	26	47	Pozitivní			
(193) HYPHEN BioMed	CVP >>>	1	1,8	Pozitivní			