Souhrnná statistika - kvantitativní výsledky

Cyklus EHK: HS1/26 - Hemokoagulace speciální

Stop termín: 12.6.2026

Nastavení: skupiny - M (princip měření); Slovensko; minimální četnost skupin n = 5

RoM = robustní průměr
SD = směrodatná odchylka
CV = variační koeficient
N_{tot} = celkový počet výsledků
N_{out} = počet výsledků vyloučených před výpočtem
AV = vztažná hodnota
CVP = konsenzus všech účastníků
U_{AV} = rozšířená nejistota vztažné hodnoty (k = 2)
D_{max} = přijatelný rozdíl
LL = dolní mez
UL = horní mez
N_{eva} = počet hodnocených výsledků
N_{suc} = počet úspěšných výsledků
S_{rel} = relativní úspěšnost

Zkouška / Vzorek / Skupina	[jednotka]	RoM	SD	CV [%]	N_{tot}	N_{out}	Srovnatelnost	AV	U_{AV}	D_{max}	LL	UL	N_{eva}	N_{suc}	S_{rel} [%]
Sada 1															
(479) **Faktor VIII**	[%]				28								28	27	96
Vzorek A1		26,8	3,7	14	28		CVP	26,2	0,93	25%	19,6	32,8	28	27	96
(1) Koagulační stanovení		26,7	3,7	14	26	0							26		
Ostatní					2	0							2		
							2x 4								
(480) **von Willebrandův f. (aktivita)**	[%]				6								6	6	100
Vzorek A1													6	6	100
(0) Neuvedeno		17	1,6	9,6	6	0	CVP	17,7	0,75	25%	13,2	22,2	6		
(481) **von Willebrandův f. (antigen)**	[%]				8								8	8	100
Vzorek A1													8	8	100
(0) Neuvedeno		23,8	3,3	14	8	0	CVP	24,8	1,2	20%	19,8	29,8	8		
Sada 2															
(482) **Faktor IX**	[%]				13								13	13	100
Vzorek A2													13	13	100
(1) Koagulační stanovení		119	5,7	4,8	13	0	CVP	118	3,1	25%	88,5	148	13		
(483) **Faktor XI**	[%]				11								11	10	91
Vzorek A2													11	10	91
(1) Koagulační stanovení		119	8,4	7,1	11	0	CVP	122	6,8	25%	91,5	153	11		
(484) **Faktor XII**	[%]				12								12	12	100
Vzorek A2													12	12	100
(1) Koagulační stanovení		97,6	8,3	8,5	12	0	CVP	97,6	2,7	25%	73,2	122	12		
Sada 3															
(485) **Protein C**	[%]				14								14	14	100
Vzorek A3		102	5,9	5,8	14		CVP	104	1	20%	83,2	125	14	14	100
(2) Funkční stanovení pomocí chromogenních substrátů		102	6,2	6,1	13	0							13		
Ostatní					1	0							1		
							1x 1								
(486) **Protein S**	[%]				14								14	12	86
Vzorek A3		82,5	13	15	14		CVP	80,5	2,6	30%	56,3	105	14	12	86
(1) Koagulační stanovení		81	12	14	9	0							9		
(3) ELISA, LIA		89,8	1,9	2,1	5	0							5		
(487) **ProC Global (norm. poměr)**	[-]				8								8	8	100
Vzorek A3													8	8	100
(1) Koagulační stanovení		0,48	0,03	6,2	8	0	CVP	0,468	0,017	25%	0,351	0,585	8		
Sada 4															
(491) **Faktor II**	[%]				15								15	11	73
Vzorek A4													15	11	73
(1) Koagulační stanovení		21,9	3,9	18	15	1	CVP	21,7	1,2	25%	16,2	27,2	15		
(492) **Faktor V**	[%]				15								15	15	100
Vzorek A4													15	15	100
(1) Koagulační stanovení		89,8	6,1	6,8	15	0	CVP	88,1	2	25%	66	111	15		
(493) **Faktor VII**	[%]				15								15	13	87
Vzorek A4													15	13	87
(1) Koagulační stanovení		36,5	8,3	23	15	0	CVP	38,5	2,7	34%	25,4	51,6	15		
(494) **Faktor X**	[%]				13								13	11	85
Vzorek A4													13	11	85
(1) Koagulační stanovení		13	1,5	11	13	0	CVP	12,7	0,59	25%	9,52	15,9	13		