# Souhrnná statistika - kvalitativní výsledky

## Cyklus EHK: IDDM2/26 - Autoimunitní diabetes 1. typu

Stop termín: 16.10.2026

Nastavení: skupiny - M (princip měření)

AV = vztažná hodnota
CVP = konsenzus všech účastníků
>>> ... očekávaný výsledek
> ... akceptovatelný výsledek
± ... nehodnocený výsledek

$N_{tot}$ = celkový počet výsledků
$N_{rel}$ = relativní počet výsledků

$N_{eva}$ = počet hodnocených výsledků
$N_{suc}$ = počet úspěšných výsledků
$S_{rel}$ = relativní úspěšnost

| Zkouška / Vzorek / Skupina | AV | $N_{tot}$ | $N_{rel}$ [%] | Četnosti výsledků: Výsledek | Úspěšnost: $N_{eva}$ | $N_{suc}$ | $S_{rel}$ [%] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (472) **anti-GAD** | | 36 | | | 36 | 35 | 97 |
| **Vzorek A** | | 36 | | | 36 | 36 | 100 |
| (2) EIA metody | CVP >>> | 24 | 67 | Pozitivní | | | |
| (3) RIA, IRMA | CVP >>> | 2 | 5,6 | Pozitivní | | | |
| (4) Luminiscence | CVP >>> | 7 | 19 | Pozitivní | | | |
| (99) Jiný princip měření | CVP >>> | 3 | 8,3 | Pozitivní | | | |
| **Vzorek B** | | 36 | | | 36 | 35 | 97 |
| (2) EIA metody | CVP >>> | 23 | 64 | Negativní | | | |
| | | 1 | 2,8 | Pozitivní | | | |
| (3) RIA, IRMA | CVP >>> | 2 | 5,6 | Negativní | | | |
| (4) Luminiscence | CVP >>> | 7 | 19 | Negativní | | | |
| (99) Jiný princip měření | CVP >>> | 3 | 8,3 | Negativní | | | |
| (474) **anti-IA-2** | | 34 | | | 34 | 31 | 91 |
| **Vzorek A** | | 34 | | | 34 | 33 | 97 |
| (2) EIA metody | CVP >>> | 22 | 65 | Negativní | | | |
| | | 1 | 2,9 | Pozitivní | | | |
| (3) RIA, IRMA | CVP >>> | 1 | 2,9 | Negativní | | | |
| (4) Luminiscence | CVP >>> | 7 | 21 | Negativní | | | |
| (99) Jiný princip měření | CVP >>> | 3 | 8,8 | Negativní | | | |
| **Vzorek B** | | 34 | | | 34 | 31 | 91 |
| (2) EIA metody | CVP >>> | 21 | 62 | Negativní | | | |
| | | 2 | 5,9 | Pozitivní | | | |
| (3) RIA, IRMA | CVP >>> | 1 | 2,9 | Negativní | | | |
| (4) Luminiscence | | 1 | 2,9 | Neuvedeno | | | |
| | CVP >>> | 6 | 18 | Negativní | | | |
| (99) Jiný princip měření | CVP >>> | 3 | 8,8 | Negativní | | | |