# Souhrnná statistika - kvalitativní výsledky

## Cyklus EHK: IFT2/26 - Imunofenotypizace

Stop termín: 19.10.2026

Nastavení: skupiny - R (výrobce reagencií)

AV = vztažná hodnota
CVP = konsenzus všech účastníků
>>> ... očekávaný výsledek
> ... akceptovatelný výsledek
± ... nehodnocený výsledek

$N_{tot}$ = celkový počet výsledků
$N_{rel}$ = relativní počet výsledků

$N_{eva}$ = počet hodnocených výsledků
$N_{suc}$ = počet úspěšných výsledků
$S_{rel}$ = relativní úspěšnost

| Zkouška / Vzorek / Skupina | AV | $N_{tot}$ | $N_{rel}$ [%] | Výsledek | Úspěšnost $N_{eva}$ | $N_{suc}$ | $S_{rel}$ [%] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (259) **HLA-B27** | | 60 | | | 60 | 60 | 100 |
| **Vzorek A** | | 60 | | | 60 | 60 | 100 |
| (12) Beckman Coulter | CVP >>> | 47 | 78 | Negativní | | | |
| (36) Immunotech | CVP >>> | 2 | 3,3 | Negativní | | | |
| (88) Becton Dickinson | CVP >>> | 8 | 13 | Negativní | | | |
| (177) Mindray | CVP >>> | 3 | 5 | Negativní | | | |
| **Vzorek B** | | 60 | | | 60 | 60 | 100 |
| (12) Beckman Coulter | CVP >>> | 47 | 78 | Pozitivní | | | |
| (36) Immunotech | CVP >>> | 2 | 3,3 | Pozitivní | | | |
| (88) Becton Dickinson | CVP >>> | 8 | 13 | Pozitivní | | | |
| (177) Mindray | CVP >>> | 3 | 5 | Pozitivní | | | |