Souhrnná statistika - kvalitativní výsledky

Cyklus EHK: IH2/26 - Imunohematologie

Stop termín: 29.5.2026

Nastavení: skupiny - M (princip měření)

AV = vztažná hodnota
RV = referenční hodnota
>>> ... očekávaný výsledek
> ... akceptovatelný výsledek
± ... nehodnocený výsledek

N_{tot} = celkový počet výsledků
N_{rel} = relativní počet výsledků

N_{eva} = počet hodnocených výsledků
N_{suc} = počet úspěšných výsledků
S_{rel} = relativní úspěšnost

Zkouška / Vzorek / Skupina	AV		N_{tot}	N_{rel} [%]	Četnosti výsledků: Výsledek	Úspěšnost: N_{eva}	N_{suc}	S_{rel} [%]
Sada 1 a 2								
(700) **AB0 skupina**			157			157	157	100
Vzorky E1 a S1			157			157	157	100
(1) Zkumavkový test	RV	>>>	40	25	Krevní skupina: A			
(2) Mikrotit. des. - aut.	RV	>>>	13	8,3	Krevní skupina: A			
(3) Mikrotit. des. - man.	RV	>>>	3	1,9	Krevní skupina: A			
(7) Sloup. aglut. - automat	RV	>>>	59	38	Krevní skupina: A			
(9) Sloup. aglut. - manuálně	RV	>>>	39	25	Krevní skupina: A			
(10) Pevná fáze	RV	>>>	3	1,9	Krevní skupina: A			
Vzorky E2 a S2			157			157	157	100
(1) Zkumavkový test	RV	>>>	40	25	Krevní skupina: A			
(2) Mikrotit. des. - aut.	RV	>>>	13	8,3	Krevní skupina: A			
(3) Mikrotit. des. - man.	RV	>>>	3	1,9	Krevní skupina: A			
(7) Sloup. aglut. - automat	RV	>>>	59	38	Krevní skupina: A			
(9) Sloup. aglut. - manuálně	RV	>>>	39	25	Krevní skupina: A			
(10) Pevná fáze	RV	>>>	3	1,9	Krevní skupina: A			
(703) **A podskupina**			41			41	41	100
Vzorky E1 a S1			41			41	41	100
(0) Neuvedeno	RV	>>>	41	100	A podskupina A2			
Vzorky E2 a S2			41			41	41	100
(0) Neuvedeno	RV	>>>	41	100	A podskupina A1			
(705) **RhD antigen (dárce)**			81			81	80	99
Vzorky E1 a S1			81			81	80	99
(0) Neuvedeno			1	1,2	Neuvedeno			
(1) Zkumavkový test	RV	>>>	21	26	Pozitivní (RhD+)			
(2) Mikrotit. des. - aut.	RV	>>>	14	17	Pozitivní (RhD+)			
(3) Mikrotit. des. - man.	RV	>>>	2	2,5	Pozitivní (RhD+)			
(7) Sloup. aglut. - automat	RV	>>>	26	32	Pozitivní (RhD+)			
(9) Sloup. aglut. - manuálně	RV	>>>	16	20	Pozitivní (RhD+)			
(10) Pevná fáze	RV	>>>	1	1,2	Pozitivní (RhD+)			
Vzorky E2 a S2			81			81	81	100
(0) Neuvedeno	RV	>>>	1	1,2	Negativní (RhD-)			
(1) Zkumavkový test	RV	>>>	21	26	Negativní (RhD-)			
(2) Mikrotit. des. - aut.	RV	>>>	14	17	Negativní (RhD-)			
(3) Mikrotit. des. - man.	RV	>>>	2	2,5	Negativní (RhD-)			
(7) Sloup. aglut. - automat	RV	>>>	26	32	Negativní (RhD-)			
(9) Sloup. aglut. - manuálně	RV	>>>	16	20	Negativní (RhD-)			
(10) Pevná fáze	RV	>>>	1	1,2	Negativní (RhD-)			
(709) **RhD antigen (příjemce/ těhotná/ novorozenec)**			149			149	148	99
Vzorky E1 a S1			149			149	149	100
(1) Zkumavkový test	RV	>>>	42	28	Pozitivní (RhD+)			
(2) Mikrotit. des. - aut.	RV	>>>	10	6,7	Pozitivní (RhD+)			
(3) Mikrotit. des. - man.	RV	>>>	1	0,7	Pozitivní (RhD+)			
(7) Sloup. aglut. - automat	RV	>>>	55	37	Pozitivní (RhD+)			
(9) Sloup. aglut. - manuálně	RV	>>>	38	26	Pozitivní (RhD+)			
(10) Pevná fáze	RV	>>>	3	2	Pozitivní (RhD+)			
Vzorky E2 a S2			149			149	148	99
(1) Zkumavkový test	RV	>>>	42	28	Negativní (RhD-)			
(2) Mikrotit. des. - aut.	RV	>>>	10	6,7	Negativní (RhD-)			
(3) Mikrotit. des. - man.	RV	>>>	1	0,7	Negativní (RhD-)			
(7) Sloup. aglut. - automat			1	0,7	Neuvedeno			
	RV	>>>	54	36	Negativní (RhD-)			
(9) Sloup. aglut. - manuálně	RV	>>>	38	26	Negativní (RhD-)			
(10) Pevná fáze	RV	>>>	3	2	Negativní (RhD-)			
(715) **Antigen C**			84			84	84	100
Vzorky E1 a S1			84			84	84	100
(1) Zkumavkový test	RV	>>>	8	9,5	Pozitivní			
(2) Mikrotit. des. - aut.	RV	>>>	9	11	Pozitivní			
(7) Sloup. aglut. - automat	RV	>>>	30	36	Pozitivní			
(9) Sloup. aglut. - manuálně	RV	>>>	34	40	Pozitivní			
(10) Pevná fáze	RV	>>>	3	3,6	Pozitivní			
Vzorky E2 a S2			84			84	84	100
(1) Zkumavkový test	RV	>>>	8	9,5	Negativní			

Souhrnná statistika - kvalitativní výsledky

Cyklus EHK: IH2/26 - Imunohematologie

Stop termín: 29.5.2026

Nastavení: skupiny - M (princip měření)

Zkouška / Vzorek / Skupina		AV	N_{tot}	N_{rel} [%]	Četnosti výsledků: Výsledek	Úspěšnost: N_{eva}	N_{suc}	S_{rel} [%]
(2) Mikrotit. des. - aut.	RV	>>>	9	11	Negativní			
(7) Sloup. aglut. - automat	RV	>>>	30	36	Negativní			
(9) Sloup. aglut. - manuálně	RV	>>>	34	40	Negativní			
(10) Pevná fáze	RV	>>>	3	3,6	Negativní			
(716) **Antigen c**			84			84	83	99
Vzorky E1 a S1			84			84	83	99
(1) Zkumavkový test	RV	>>>	8	9,5	Pozitivní			
(2) Mikrotit. des. - aut.	RV	>>>	9	11	Pozitivní			
(7) Sloup. aglut. - automat			1	1,2	Negativní			
	RV	>>>	29	35	Pozitivní			
(9) Sloup. aglut. - manuálně	RV	>>>	34	40	Pozitivní			
(10) Pevná fáze	RV	>>>	3	3,6	Pozitivní			
Vzorky E2 a S2			84			84	84	100
(1) Zkumavkový test	RV	>>>	8	9,5	Pozitivní			
(2) Mikrotit. des. - aut.	RV	>>>	9	11	Pozitivní			
(7) Sloup. aglut. - automat	RV	>>>	30	36	Pozitivní			
(9) Sloup. aglut. - manuálně	RV	>>>	34	40	Pozitivní			
(10) Pevná fáze	RV	>>>	3	3,6	Pozitivní			
(718) **Antigen E**			85			85	84	99
Vzorky E1 a S1			85			85	84	99
(1) Zkumavkový test	RV	>>>	9	11	Negativní			
(2) Mikrotit. des. - aut.	RV	>>>	9	11	Negativní			
(7) Sloup. aglut. - automat	RV	>>>	29	34	Negativní			
			1	1,2	Pozitivní			
(9) Sloup. aglut. - manuálně	RV	>>>	34	40	Negativní			
(10) Pevná fáze	RV	>>>	3	3,5	Negativní			
Vzorky E2 a S2			85			85	85	100
(1) Zkumavkový test	RV	>>>	9	11	Negativní			
(2) Mikrotit. des. - aut.	RV	>>>	9	11	Negativní			
(7) Sloup. aglut. - automat	RV	>>>	30	35	Negativní			
(9) Sloup. aglut. - manuálně	RV	>>>	34	40	Negativní			
(10) Pevná fáze	RV	>>>	3	3,5	Negativní			
(719) **Antigen e**			84			84	84	100
Vzorky E1 a S1			84			84	84	100
(1) Zkumavkový test	RV	>>>	8	9,5	Pozitivní			
(2) Mikrotit. des. - aut.	RV	>>>	9	11	Pozitivní			
(7) Sloup. aglut. - automat	RV	>>>	30	36	Pozitivní			
(9) Sloup. aglut. - manuálně	RV	>>>	34	40	Pozitivní			
(10) Pevná fáze	RV	>>>	3	3,6	Pozitivní			
Vzorky E2 a S2			84			84	84	100
(1) Zkumavkový test	RV	>>>	8	9,5	Pozitivní			
(2) Mikrotit. des. - aut.	RV	>>>	9	11	Pozitivní			
(7) Sloup. aglut. - automat	RV	>>>	30	36	Pozitivní			
(9) Sloup. aglut. - manuálně	RV	>>>	34	40	Pozitivní			
(10) Pevná fáze	RV	>>>	3	3,6	Pozitivní			
(717) **Antigen C^w**			71			71	71	100
Vzorky E1 a S1			71			71	71	100
(1) Zkumavkový test	RV	>>>	11	15	Negativní			
(2) Mikrotit. des. - aut.	RV	>>>	8	11	Negativní			
(7) Sloup. aglut. - automat	RV	>>>	24	34	Negativní			
(9) Sloup. aglut. - manuálně	RV	>>>	25	35	Negativní			
(10) Pevná fáze	RV	>>>	3	4,2	Negativní			
Vzorky E2 a S2			71			71	71	100
(1) Zkumavkový test	RV	>>>	11	15	Negativní			
(2) Mikrotit. des. - aut.	RV	>>>	8	11	Negativní			
(7) Sloup. aglut. - automat	RV	>>>	24	34	Negativní			
(9) Sloup. aglut. - manuálně	RV	>>>	25	35	Negativní			
(10) Pevná fáze	RV	>>>	3	4,2	Negativní			
(720) **Antigen K**			92			92	92	100
Vzorky E1 a S1			92			92	92	100
(1) Zkumavkový test	RV	>>>	8	8,7	Negativní			
(2) Mikrotit. des. - aut.	RV	>>>	9	9,8	Negativní			
(7) Sloup. aglut. - automat	RV	>>>	34	37	Negativní			
(9) Sloup. aglut. - manuálně	RV	>>>	38	41	Negativní			
(10) Pevná fáze	RV	>>>	3	3,3	Negativní			
Vzorky E2 a S2			92			92	92	100
(1) Zkumavkový test	RV	>>>	8	8,7	Negativní			
(2) Mikrotit. des. - aut.	RV	>>>	9	9,8	Negativní			
(7) Sloup. aglut. - automat	RV	>>>	34	37	Negativní			

Souhrnná statistika - kvalitativní výsledky

Cyklus EHK: IH2/26 - Imunohematologie

Stop termín: 29.5.2026

Nastavení: skupiny - M (princip měření)

Zkouška / Vzorek / Skupina			Četnosti výsledků AV	N_{tot}	N_{rel} [%]	Výsledek	Úspěšnost N_{eva}	N_{suc}	S_{rel} [%]
(9) Sloup. aglut. - manuálně	RV	>>>		38	41	Negativní			
(10) Pevná fáze	RV	>>>		3	3,3	Negativní			
(721) **Antigen k**				47			47	47	100
Vzorky E1 a S1				47			47	47	100
(1) Zkumavkový test	RV	>>>		23	49	Pozitivní			
(7) Sloup. aglut. - automat	RV	>>>		5	11	Pozitivní			
(9) Sloup. aglut. - manuálně	RV	>>>		16	34	Pozitivní			
(10) Pevná fáze	RV	>>>		3	6,4	Pozitivní			
Vzorky E2 a S2				47			47	47	100
(1) Zkumavkový test	RV	>>>		23	49	Pozitivní			
(7) Sloup. aglut. - automat	RV	>>>		5	11	Pozitivní			
(9) Sloup. aglut. - manuálně	RV	>>>		16	34	Pozitivní			
(10) Pevná fáze	RV	>>>		3	6,4	Pozitivní			
(738) **Antigen Kp[a]**				23			23	23	100
Vzorky E1 a S1				23			23	23	100
(1) Zkumavkový test	RV	>>>		6	26	Negativní			
(2) Mikrotit. des. - aut.	RV	>>>		1	4,3	Negativní			
(3) Mikrotit. des. - man.	RV	>>>		1	4,3	Negativní			
(7) Sloup. aglut. - automat	RV	>>>		2	8,7	Negativní			
(9) Sloup. aglut. - manuálně	RV	>>>		12	52	Negativní			
(10) Pevná fáze	RV	>>>		1	4,3	Negativní			
Vzorky E2 a S2				23			23	23	100
(1) Zkumavkový test	RV	>>>		6	26	Negativní			
(2) Mikrotit. des. - aut.	RV	>>>		1	4,3	Negativní			
(3) Mikrotit. des. - man.	RV	>>>		1	4,3	Negativní			
(7) Sloup. aglut. - automat	RV	>>>		2	8,7	Negativní			
(9) Sloup. aglut. - manuálně	RV	>>>		12	52	Negativní			
(10) Pevná fáze	RV	>>>		1	4,3	Negativní			
(739) **Antigen Kp[b]**				12			12	12	100
Vzorky E1 a S1				12			12	12	100
(1) Zkumavkový test	RV	>>>		2	17	Pozitivní			
(2) Mikrotit. des. - aut.	RV	>>>		1	8,3	Pozitivní			
(7) Sloup. aglut. - automat	RV	>>>		1	8,3	Pozitivní			
(9) Sloup. aglut. - manuálně	RV	>>>		7	58	Pozitivní			
(10) Pevná fáze	RV	>>>		1	8,3	Pozitivní			
Vzorky E2 a S2				12			12	12	100
(1) Zkumavkový test	RV	>>>		2	17	Pozitivní			
(2) Mikrotit. des. - aut.	RV	>>>		1	8,3	Pozitivní			
(7) Sloup. aglut. - automat	RV	>>>		1	8,3	Pozitivní			
(9) Sloup. aglut. - manuálně	RV	>>>		7	58	Pozitivní			
(10) Pevná fáze	RV	>>>		1	8,3	Pozitivní			
(729) **Antigen Jk[a]**				44			44	44	100
Vzorky E1 a S1				44			44	44	100
(1) Zkumavkový test	RV	>>>		17	39	Negativní			
(2) Mikrotit. des. - aut.	RV	>>>		4	9,1	Negativní			
(7) Sloup. aglut. - automat	RV	>>>		4	9,1	Negativní			
(9) Sloup. aglut. - manuálně	RV	>>>		19	43	Negativní			
Vzorky E2 a S2				44			44	44	100
(1) Zkumavkový test	RV	>>>		17	39	Negativní			
(2) Mikrotit. des. - aut.	RV	>>>		4	9,1	Negativní			
(7) Sloup. aglut. - automat	RV	>>>		4	9,1	Negativní			
(9) Sloup. aglut. - manuálně	RV	>>>		19	43	Negativní			
(730) **Antigen Jk[b]**				44			44	44	100
Vzorky E1 a S1				44			44	44	100
(1) Zkumavkový test	RV	>>>		17	39	Pozitivní			
(2) Mikrotit. des. - aut.	RV	>>>		4	9,1	Pozitivní			
(7) Sloup. aglut. - automat	RV	>>>		4	9,1	Pozitivní			
(9) Sloup. aglut. - manuálně	RV	>>>		19	43	Pozitivní			
Vzorky E2 a S2				44			44	44	100
(1) Zkumavkový test	RV	>>>		17	39	Pozitivní			
(2) Mikrotit. des. - aut.	RV	>>>		4	9,1	Pozitivní			
(7) Sloup. aglut. - automat	RV	>>>		4	9,1	Pozitivní			
(9) Sloup. aglut. - manuálně	RV	>>>		19	43	Pozitivní			
(727) **Antigen Fy[a]**				43			43	43	100
Vzorky E1 a S1				43			43	43	100
(1) Zkumavkový test	RV	>>>		13	30	Pozitivní			
(2) Mikrotit. des. - aut.	RV	>>>		1	2,3	Pozitivní			
(7) Sloup. aglut. - automat	RV	>>>		4	9,3	Pozitivní			
(9) Sloup. aglut. - manuálně	RV	>>>		23	53	Pozitivní			

Souhrnná statistika - kvalitativní výsledky

Cyklus EHK: IH2/26 - Imunohematologie

Stop termín: 29.5.2026

Nastavení: skupiny - M (princip měření)

Zkouška / Vzorek / Skupina			Četnosti výsledků AV	N_{tot}	N_{rel} [%]	Výsledek	Úspěšnost N_{eva}	N_{suc}	S_{rel} [%]
(10) Pevná fáze	RV	>>>	2	4,7	Pozitivní			
Vzorky E2 a S2			43				43	43	100
(1) Zkumavkový test	RV	>>>	13	30	Negativní			
(2) Mikrotit. des. - aut.	RV	>>>	1	2,3	Negativní			
(7) Sloup. aglut. - automat	RV	>>>	4	9,3	Negativní			
(9) Sloup. aglut. - manuálně	RV	>>>	23	53	Negativní			
(10) Pevná fáze	RV	>>>	2	4,7	Negativní			
(728) **Antigen Fy^b**			43				43	43	100
Vzorky E1 a S1			43				43	43	100
(1) Zkumavkový test	RV	>>>	13	30	Pozitivní			
(2) Mikrotit. des. - aut.	RV	>>>	4	9,3	Pozitivní			
(7) Sloup. aglut. - automat	RV	>>>	3	7	Pozitivní			
(9) Sloup. aglut. - manuálně	RV	>>>	23	53	Pozitivní			
Vzorky E2 a S2			43				43	43	100
(1) Zkumavkový test	RV	>>>	13	30	Pozitivní			
(2) Mikrotit. des. - aut.	RV	>>>	4	9,3	Pozitivní			
(7) Sloup. aglut. - automat	RV	>>>	3	7	Pozitivní			
(9) Sloup. aglut. - manuálně	RV	>>>	23	53	Pozitivní			
(722) **Antigen M**			43				43	43	100
Vzorky E1 a S1			43				43	43	100
(1) Zkumavkový test	RV	>>>	18	42	Pozitivní			
(2) Mikrotit. des. - aut.	RV	>>>	3	7	Pozitivní			
(7) Sloup. aglut. - automat	RV	>>>	4	9,3	Pozitivní			
(9) Sloup. aglut. - manuálně	RV	>>>	18	42	Pozitivní			
Vzorky E2 a S2			43				43	43	100
(1) Zkumavkový test	RV	>>>	18	42	Pozitivní			
(2) Mikrotit. des. - aut.	RV	>>>	3	7	Pozitivní			
(7) Sloup. aglut. - automat	RV	>>>	4	9,3	Pozitivní			
(9) Sloup. aglut. - manuálně	RV	>>>	18	42	Pozitivní			
(723) **Antigen N**			39				39	39	100
Vzorky E1 a S1			39				39	39	100
(1) Zkumavkový test	RV	>>>	14	36	Pozitivní			
(2) Mikrotit. des. - aut.	RV	>>>	2	5,1	Pozitivní			
(7) Sloup. aglut. - automat	RV	>>>	4	10	Pozitivní			
(9) Sloup. aglut. - manuálně	RV	>>>	19	49	Pozitivní			
Vzorky E2 a S2			39				39	39	100
(1) Zkumavkový test	RV	>>>	14	36	Pozitivní			
(2) Mikrotit. des. - aut.	RV	>>>	2	5,1	Pozitivní			
(7) Sloup. aglut. - automat	RV	>>>	4	10	Pozitivní			
(9) Sloup. aglut. - manuálně	RV	>>>	19	49	Pozitivní			
(724) **Antigen S**			44				44	44	100
Vzorky E1 a S1			44				44	44	100
(1) Zkumavkový test	RV	>>>	21	48	Pozitivní			
(2) Mikrotit. des. - aut.	RV	>>>	3	6,8	Pozitivní			
(7) Sloup. aglut. - automat	RV	>>>	4	9,1	Pozitivní			
(9) Sloup. aglut. - manuálně	RV	>>>	16	36	Pozitivní			
Vzorky E2 a S2			44				44	44	100
(1) Zkumavkový test	RV	>>>	21	48	Negativní			
(2) Mikrotit. des. - aut.	RV	>>>	3	6,8	Negativní			
(7) Sloup. aglut. - automat	RV	>>>	4	9,1	Negativní			
(9) Sloup. aglut. - manuálně	RV	>>>	16	36	Negativní			
(725) **Antigen s**			43				43	43	100
Vzorky E1 a S1			43				43	43	100
(1) Zkumavkový test	RV	>>>	20	47	Negativní			
(2) Mikrotit. des. - aut.	RV	>>>	3	7	Negativní			
(7) Sloup. aglut. - automat	RV	>>>	4	9,3	Negativní			
(9) Sloup. aglut. - manuálně	RV	>>>	16	37	Negativní			
Vzorky E2 a S2			43				43	43	100
(1) Zkumavkový test	RV	>>>	20	47	Pozitivní			
(2) Mikrotit. des. - aut.	RV	>>>	3	7	Pozitivní			
(7) Sloup. aglut. - automat	RV	>>>	4	9,3	Pozitivní			
(9) Sloup. aglut. - manuálně	RV	>>>	16	37	Pozitivní			
(733) **Antigen Le^a**			32				32	32	100
Vzorky E1 a S1			32				32	32	100
(1) Zkumavkový test	RV	>>>	12	38	Pozitivní			
(7) Sloup. aglut. - automat	RV	>>>	4	13	Pozitivní			
(9) Sloup. aglut. - manuálně	RV	>>>	16	50	Pozitivní			
Vzorky E2 a S2			32				32	32	100
(1) Zkumavkový test	RV	>>>	12	38	Negativní			

Souhrnná statistika - kvalitativní výsledky

Cyklus EHK: IH2/26 - Imunohematologie

Stop termín: 29.5.2026

Nastavení: skupiny - M (princip měření)

Zkouška / Vzorek / Skupina		AV	N_{tot}	N_{rel} [%]	Výsledek	Úspěšnost N_{eva}	N_{suc}	S_{rel} [%]
					Četnosti výsledků			
(7) Sloup. aglut. - automat	RV	>>>	4	13	Negativní			
(9) Sloup. aglut. - manuálně	RV	>>>	16	50	Negativní			
(734) **Antigen Le[b]**			31			31	29	94
Vzorky E1 a S1			31			31	31	100
(1) Zkumavkový test	RV	>>>	11	35	Negativní			
(7) Sloup. aglut. - automat	RV	>>>	4	13	Negativní			
(9) Sloup. aglut. - manuálně	RV	>>>	16	52	Negativní			
Vzorky E2 a S2			31			31	29	94
(1) Zkumavkový test			1	3,2	Negativní			
	RV	>>>	10	32	Pozitivní			
(7) Sloup. aglut. - automat	RV	>>>	4	13	Pozitivní			
(9) Sloup. aglut. - manuálně			1	3,2	Negativní			
	RV	>>>	15	48	Pozitivní			
(731) **Antigen Lu[a]**			26			26	26	100
Vzorky E1 a S1			26			26	26	100
(1) Zkumavkový test	RV	>>>	5	19	Negativní			
(7) Sloup. aglut. - automat	RV	>>>	3	12	Negativní			
(9) Sloup. aglut. - manuálně	RV	>>>	18	69	Negativní			
Vzorky E2 a S2			26			26	26	100
(1) Zkumavkový test	RV	>>>	5	19	Negativní			
(7) Sloup. aglut. - automat	RV	>>>	3	12	Negativní			
(9) Sloup. aglut. - manuálně	RV	>>>	18	69	Negativní			
(732) **Antigen Lu[b]**			22			22	22	100
Vzorky E1 a S1			22			22	22	100
(1) Zkumavkový test	RV	>>>	5	23	Pozitivní			
(7) Sloup. aglut. - automat	RV	>>>	2	9,1	Pozitivní			
(9) Sloup. aglut. - manuálně	RV	>>>	15	68	Pozitivní			
Vzorky E2 a S2			22			22	22	100
(1) Zkumavkový test	RV	>>>	5	23	Pozitivní			
(7) Sloup. aglut. - automat	RV	>>>	2	9,1	Pozitivní			
(9) Sloup. aglut. - manuálně	RV	>>>	15	68	Pozitivní			
(726) **Antigen P1**			27			27	27	100
Vzorky E1 a S1			27			27	27	100
(1) Zkumavkový test	RV	>>>	16	59	Pozitivní			
(2) Mikrotit. des. - aut.	RV	>>>	1	3,7	Pozitivní			
(7) Sloup. aglut. - automat	RV	>>>	2	7,4	Pozitivní			
(9) Sloup. aglut. - manuálně	RV	>>>	8	30	Pozitivní			
Vzorky E2 a S2			27			27	27	100
(1) Zkumavkový test	RV	>>>	16	59	Pozitivní			
(2) Mikrotit. des. - aut.	RV	>>>	1	3,7	Pozitivní			
(7) Sloup. aglut. - automat	RV	>>>	2	7,4	Pozitivní			
(9) Sloup. aglut. - manuálně	RV	>>>	8	30	Pozitivní			
(740) **Antigen Wr[a]**			6			6	6	100
Vzorky E1 a S1			6			6	6	100
(1) Zkumavkový test	RV	>>>	4	67	Negativní			
(9) Sloup. aglut. - manuálně	RV	>>>	2	33	Negativní			
Vzorky E2 a S2			6			6	6	100
(1) Zkumavkový test	RV	>>>	4	67	Negativní			
(9) Sloup. aglut. - manuálně	RV	>>>	2	33	Negativní			
(737) **Přímý antiglobulinový test**			129			129	129	100
Vzorky E1 a S1			129			129	129	100
(1) Zkumavkový test: NAT	RV	>>>	3	2,3	Negativní			
(3) Sloup. agl.: NAT - automat	RV	>>>	39	30	Negativní			
(5) Pevná fáze	RV	>>>	1	0,8	Negativní			
(6) Mikrotit. des.: NAT	RV	>>>	1	0,8	Negativní			
(8) Sloup. agl.: NAT - manuálně	RV	>>>	83	64	Negativní			
(9) Sloup. aglut.: enzym - manuál	RV	>>>	2	1,6	Negativní			
Vzorky E2 a S2			129			129	129	100
(1) Zkumavkový test: NAT	RV	>>>	3	2,3	Negativní			
(3) Sloup. agl.: NAT - automat	RV	>>>	39	30	Negativní			
(5) Pevná fáze	RV	>>>	1	0,8	Negativní			
(6) Mikrotit. des.: NAT	RV	>>>	1	0,8	Negativní			
(8) Sloup. agl.: NAT - manuálně	RV	>>>	83	64	Negativní			
(9) Sloup. aglut.: enzym - manuál	RV	>>>	2	1,6	Negativní			
(741) **Screening antierytrocytových protilátek (NAT, dárce)**			78			78	78	100
Vzorky E1 a S1			78			78	78	100
(1) Zkumavkový test: NAT	RV	>>>	1	1,3	Pozitivní			
(3) Sloup. agl.: NAT - automat	RV	>>>	25	32	Pozitivní			

Souhrnná statistika - kvalitativní výsledky

Cyklus EHK: IH2/26 - Imunohematologie

Stop termín: 29.5.2026

Nastavení: skupiny - M (princip měření)

Zkouška / Vzorek / Skupina	AV		N_{tot}	N_{rel} [%]	Výsledek	Úspěšnost N_{eva}	N_{suc}	S_{rel} [%]
(5) Pevná fáze	RV	>>>	15	19	Pozitivní			
(6) Mikrotit. des.: NAT	RV	>>>	1	1,3	Pozitivní			
(8) Sloup. agl.: NAT - manuálně	RV	>>>	36	46	Pozitivní			
Vzorky E2 a S2			78			78	78	100
(1) Zkumavkový test: NAT	RV	>>>	1	1,3	Pozitivní			
(3) Sloup. agl.: NAT - automat	RV	>>>	25	32	Pozitivní			
(5) Pevná fáze	RV	>>>	15	19	Pozitivní			
(6) Mikrotit. des.: NAT	RV	>>>	1	1,3	Pozitivní			
(8) Sloup. agl.: NAT - manuálně	RV	>>>	36	46	Pozitivní			
(743) **Screening antierytrocytových protilátek (NAT, příjemce)**			141			141	141	100
Vzorky E1 a S1			141			141	141	100
(1) Zkumavkový test: NAT	RV	>>>	1	0,7	Pozitivní			
(3) Sloup. agl.: NAT - automat	RV	>>>	50	35	Pozitivní			
(5) Pevná fáze	RV	>>>	7	5	Pozitivní			
(8) Sloup. agl.: NAT - manuálně	RV	>>>	83	59	Pozitivní			
Vzorky E2 a S2			141			141	141	100
(1) Zkumavkový test: NAT	RV	>>>	1	0,7	Pozitivní			
(3) Sloup. agl.: NAT - automat	RV	>>>	50	35	Pozitivní			
(5) Pevná fáze	RV	>>>	7	5	Pozitivní			
(8) Sloup. agl.: NAT - manuálně	RV	>>>	83	59	Pozitivní			
(745) **Screening antierytrocytových protilátek (NAT, těhotná)**			117			117	117	100
Vzorky E1 a S1			117			117	117	100
(1) Zkumavkový test: NAT	RV	>>>	2	1,7	Pozitivní			
(3) Sloup. agl.: NAT - automat	RV	>>>	45	38	Pozitivní			
(5) Pevná fáze	RV	>>>	7	6	Pozitivní			
(8) Sloup. agl.: NAT - manuálně	RV	>>>	63	54	Pozitivní			
Vzorky E2 a S2			117			117	117	100
(1) Zkumavkový test: NAT	RV	>>>	2	1,7	Pozitivní			
(3) Sloup. agl.: NAT - automat	RV	>>>	45	38	Pozitivní			
(5) Pevná fáze	RV	>>>	7	6	Pozitivní			
(8) Sloup. agl.: NAT - manuálně	RV	>>>	63	54	Pozitivní			
(747) **Screening antierytrocytových protilátek (enzymový test)**			99			99	99	100
Vzorky E1 a S1			99			99	99	100
(2) Zkumavkový test: enzym	RV	>>>	1	1	Pozitivní			
(3) Sloup. agl.: NAT - automat	RV	>>>	1	1	Pozitivní			
(4) Sloup. aglut.: enzym - automat		>	1	1	Negativní			
	RV	>>>	33	33	Pozitivní			
(8) Sloup. agl.: NAT - manuálně		>	2	2	Negativní			
	RV	>>>	1	1	Pozitivní			
(9) Sloup. aglut.: enzym - manuál		>	11	11	Negativní			
	RV	>>>	49	49	Pozitivní			
Vzorky E2 a S2			99			99	99	100
(2) Zkumavkový test: enzym	RV	>>>	1	1	Pozitivní			
(3) Sloup. agl.: NAT - automat	RV	>>>	1	1	Pozitivní			
(4) Sloup. aglut.: enzym - automat	RV	>>>	34	34	Pozitivní			
(8) Sloup. agl.: NAT - manuálně	RV	>>>	3	3	Pozitivní			
(9) Sloup. aglut.: enzym - manuál	RV	>>>	60	61	Pozitivní			
(750) **Identifikace antierytrocytových protilátek**			55			55	54	98
Vzorky E1 a S1			55			55	55	100
(0) Neuvedeno	RV	>>>	55	100	anti-K; anti-Kpa			
Vzorky E2 a S2			55			55	54	98
(0) Neuvedeno			1	1,8	anti-D; anti-Fya			
		>	51	93	anti-D; anti-S			
	RV	>>>	3	5,5	anti-D; anti-S; anti-Wra			
(752) **Titrace protilátek, Vzorek 1: 1. protilátka**			37			0		
Vzorky E1 a S1			37			0		
(1) Zkumavka + homozygotní kr.		±	2	5,4	titr 16			
(2) Zkumavka + heterozygotní kr.		±	1	2,7	titr 2			
		±	1	2,7	titr 8			
		±	2	5,4	titr 16			
(3) Sloupcová agl.+ homozyg. kr.		±	1	2,7	titr 16			
(4) Sloupcová agl.+ heterozyg. kr.		±	9	24	titr 8			
		±	14	38	titr 16			
		±	6	16	titr 32			
(99) Jiný princip měření		±	1	2,7	titr 8			

Souhrnná statistika - kvalitativní výsledky

Cyklus EHK: IH2/26 - Imunohematologie

Stop termín: 29.5.2026

Nastavení: skupiny - M (princip měření)

Zkouška / Vzorek / Skupina	AV	N_{tot}	N_{rel} [%]	Výsledek	Úspěšnost N_{eva}	N_{suc}	S_{rel} [%]
(753) **Titrace protilátek, Vzorek 1: 2. protilátka**		35			0		
Vzorky E1 a S1		35			0		
(1) Zkumavka + homozygotní kr.	±	1	2,9	titr 16			
(2) Zkumavka + heterozygotní kr.	±	1	2,9	titr 4			
	±	1	2,9	titr 8			
	±	1	2,9	titr 16			
	±	1	2,9	titr 32			
(3) Sloupcová agl.+ homozyg. kr.	±	1	2,9	titr 8			
	±	2	5,7	titr 16			
(4) Sloupcová agl.+ heterozyg. kr.	±	12	34	titr 8			
	±	10	29	titr 16			
	±	4	11	titr 32			
(99) Jiný princip měření	±	1	2,9	titr 16			
(756) **Titrace protilátek, Vzorek 2: 1. protilátka**		37			0		
Vzorky E2 a S2		37			0		
(1) Zkumavka + homozygotní kr.	±	2	5,4	titr 8			
(2) Zkumavka + heterozygotní kr.	±	3	8,1	titr 8			
(3) Sloupcová agl.+ homozyg. kr.	±	3	8,1	titr 2			
	±	1	2,7	titr 4			
	±	6	16	titr 8			
(4) Sloupcová agl.+ heterozyg. kr.	±	1	2,7	titr 2			
	±	10	27	titr 4			
	±	5	14	titr 8			
	±	3	8,1	titr 16			
	±	1	2,7	titr 32			
(99) Jiný princip měření	±	2	5,4	titr 4			
(757) **Titrace protilátek, Vzorek 2: 2. protilátka**		36			0		
Vzorky E2 a S2		36			0		
(1) Zkumavka + homozygotní kr.	±	2	5,6	titr 2			
(2) Zkumavka + heterozygotní kr.	±	1	2,8	titr 2			
	±	1	2,8	titr 4			
(3) Sloupcová agl.+ homozyg. kr.	±	1	2,8	titr 0 (neměřitelný)			
	±	1	2,8	titr 1			
	±	8	22	titr 2			
	±	4	11	titr 4			
	±	1	2,8	titr 8			
(4) Sloupcová agl.+ heterozyg. kr.	±	1	2,8	titr 0 (neměřitelný)			
	±	6	17	titr 1			
	±	5	14	titr 2			
	±	3	8,3	titr 4			
	±	1	2,8	titr 8			
(99) Jiný princip měření	±	1	2,8	titr 0 (neměřitelný)			
(758) **Titrace protilátek, Vzorek 2: 3. protilátka**		3			0		
Vzorky E2 a S2		3			0		
(2) Zkumavka + heterozygotní kr.	±	1	33	titr 8			
(4) Sloupcová agl.+ heterozyg. kr.	±	2	67	titr 4			

Sada 3

(761) **Test kompatibility (segment K1)**			128			128	128	100
Vzorek S1			128			128	128	100
(1) Zkumavkový test: NAT	RV	>>>	1	0,8	Negativní test			
(3) Sloup. agl.: NAT - automat	RV	>>>	38	30	Negativní test			
(5) Pevná fáze	RV	>>>	4	3,1	Negativní test			
(8) Sloup. agl.: NAT - manuálně	RV	>>>	83	65	Negativní test			
(9) Sloup. aglut.: enzym - manuál	RV	>>>	1	0,8	Negativní test			
(99) Jiný princip měření	RV	>>>	1	0,8	Negativní test			
Vzorek S2			128			128	128	100
(1) Zkumavkový test: NAT	RV	>>>	1	0,8	Pozitivní test			
(3) Sloup. agl.: NAT - automat		>	6	4,7	Negativní test			
	RV	>>>	32	25	Pozitivní test			
(5) Pevná fáze	RV	>>>	4	3,1	Pozitivní test			
(8) Sloup. agl.: NAT - manuálně		>	41	32	Negativní test			
	RV	>>>	42	33	Pozitivní test			
(9) Sloup. aglut.: enzym - manuál	RV	>>>	1	0,8	Pozitivní test			
(99) Jiný princip měření	RV	>>>	1	0,8	Pozitivní test			

Souhrnná statistika - kvalitativní výsledky

Cyklus EHK: IH2/26 - Imunohematologie

Stop termín: 29.5.2026

Nastavení: skupiny - M (princip měření)

Zkouška / Vzorek / Skupina		AV	N_{tot}	N_{rel} [%]	Četnosti výsledků: Výsledek	Úspěšnost: N_{eva}	N_{suc}	S_{rel} [%]
(762) **Podat transfuzní přípravek? (segment K1) (transfuze v neurgentním režimu)**			128			0		
Vzorek S1			128			0		
(0) Neuvedeno		±	71	55	Podmíněně výsledky dalších vyšetření, která naše laboratoř neprovádí			
		±	21	16	Pouze pokud nebudou k dispozici vhodnější přípravky			
		±	36	28	Lze podat			
Vzorek S2			128			0		
(0) Neuvedeno		±	92	72	Nelze podat, riziko hemolýzy			
		±	31	24	Podmíněně výsledky dalších vyšetření, která naše laboratoř neprovádí			
		±	2	1,6	Pouze pokud nebudou k dispozici vhodnější přípravky			
		±	3	2,3	Lze podat			
(764) **Test kompatibility (segment K2)**			128			128	128	100
Vzorek S1			128			128	128	100
(1) Zkumavkový test: NAT	RV	>>>	1	0,8	Pozitivní test			
(3) Sloup. agl.: NAT - automat	RV	>>>	38	30	Pozitivní test			
(5) Pevná fáze	RV	>>>	4	3,1	Pozitivní test			
(8) Sloup. agl.: NAT - manuálně	RV	>>>	83	65	Pozitivní test			
(9) Sloup. aglut.: enzym - manuál	RV	>>>	1	0,8	Pozitivní test			
(99) Jiný princip měření	RV	>>>	1	0,8	Pozitivní test			
Vzorek S2			128			128	128	100
(1) Zkumavkový test: NAT	RV	>>>	1	0,8	Pozitivní test			
(3) Sloup. agl.: NAT - automat	RV	>>>	38	30	Pozitivní test			
(5) Pevná fáze	RV	>>>	4	3,1	Pozitivní test			
(8) Sloup. agl.: NAT - manuálně	RV	>>>	83	65	Pozitivní test			
(9) Sloup. aglut.: enzym - manuál	RV	>>>	1	0,8	Pozitivní test			
(99) Jiný princip měření	RV	>>>	1	0,8	Pozitivní test			
(765) **Podat transfuzní přípravek? (segment K2) (transfuze v neurgentním režimu)**			128			0		
Vzorek S1			128			0		
(0) Neuvedeno		±	127	99	Nelze podat, riziko hemolýzy			
		±	1	0,8	Podmíněně výsledky dalších vyšetření, která naše laboratoř neprovádí			
Vzorek S2			128			0		
(0) Neuvedeno		±	128	100	Nelze podat, riziko hemolýzy			