# Souhrnná statistika - kvalitativní výsledky

## Cyklus EHK: IH3/26 - Imunohematologie

Stop termín: 2.10.2026

Nastavení: skupiny - R (výrobce reagencií)

AV = vztažná hodnota
RV = referenční hodnota
>>> ... očekávaný výsledek
> ... akceptovatelný výsledek
± ... nehodnocený výsledek

$N_{tot}$ = celkový počet výsledků
$N_{rel}$ = relativní počet výsledků

$N_{eva}$ = počet hodnocených výsledků
$N_{suc}$ = počet úspěšných výsledků
$S_{rel}$ = relativní úspěšnost

| Zkouška / Vzorek / Skupina | AV | | $N_{tot}$ | $N_{rel}$ [%] | Výsledek | Úspěšnost $N_{eva}$ | $N_{suc}$ | $S_{rel}$ [%] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sada 1 a 2** | | | | | | | | |
| (700) **AB0 skupina** | | | 168 | | | 168 | 168 | 100 |
| **Vzorky E1 a S1** | | | 168 | | | 168 | 168 | 100 |
| (14) Bio-Rad | RV | >>> | 65 | 39 | Krevní skupina: 0 | | | |
| (38) Werfen (IL) | RV | >>> | 1 | 0,6 | Krevní skupina: 0 | | | |
| (40) Ortho Clinical Diagnostics | RV | >>> | 1 | 0,6 | Krevní skupina: 0 | | | |
| (64) Exbio Olomouc | RV | >>> | 2 | 1,2 | Krevní skupina: 0 | | | |
| (80) DiaMed | RV | >>> | 8 | 4,8 | Krevní skupina: 0 | | | |
| (159) Grifols | RV | >>> | 67 | 40 | Krevní skupina: 0 | | | |
| (171) Diagast | RV | >>> | 2 | 1,2 | Krevní skupina: 0 | | | |
| (172) Immucor | RV | >>> | 15 | 8,9 | Krevní skupina: 0 | | | |
| (173) Sanguin | RV | >>> | 3 | 1,8 | Krevní skupina: 0 | | | |
| (174) IVT Imuno | RV | >>> | 2 | 1,2 | Krevní skupina: 0 | | | |
| (183) Immunodiagnostic Systems | RV | >>> | 1 | 0,6 | Krevní skupina: 0 | | | |
| (999) jiný výrobce | RV | >>> | 1 | 0,6 | Krevní skupina: 0 | | | |
| **Vzorky E2 a S2** | | | 168 | | | 168 | 168 | 100 |
| (14) Bio-Rad | RV | >>> | 65 | 39 | Krevní skupina: B | | | |
| (38) Werfen (IL) | RV | >>> | 1 | 0,6 | Krevní skupina: B | | | |
| (40) Ortho Clinical Diagnostics | RV | >>> | 1 | 0,6 | Krevní skupina: B | | | |
| (64) Exbio Olomouc | RV | >>> | 2 | 1,2 | Krevní skupina: B | | | |
| (80) DiaMed | RV | >>> | 8 | 4,8 | Krevní skupina: B | | | |
| (159) Grifols | RV | >>> | 67 | 40 | Krevní skupina: B | | | |
| (171) Diagast | RV | >>> | 2 | 1,2 | Krevní skupina: B | | | |
| (172) Immucor | RV | >>> | 15 | 8,9 | Krevní skupina: B | | | |
| (173) Sanguin | RV | >>> | 3 | 1,8 | Krevní skupina: B | | | |
| (174) IVT Imuno | RV | >>> | 2 | 1,2 | Krevní skupina: B | | | |
| (183) Immunodiagnostic Systems | RV | >>> | 1 | 0,6 | Krevní skupina: B | | | |
| (999) jiný výrobce | RV | >>> | 1 | 0,6 | Krevní skupina: B | | | |
| (705) **RhD antigen (dárce)** | | | 88 | | | 88 | 88 | 100 |
| **Vzorky E1 a S1** | | | 88 | | | 88 | 88 | 100 |
| (14) Bio-Rad | RV | >>> | 34 | 39 | Negativní (RhD-) | | | |
| (38) Werfen (IL) | RV | >>> | 1 | 1,1 | Negativní (RhD-) | | | |
| (80) DiaMed | RV | >>> | 3 | 3,4 | Negativní (RhD-) | | | |
| (159) Grifols | RV | >>> | 32 | 36 | Negativní (RhD-) | | | |
| (171) Diagast | RV | >>> | 1 | 1,1 | Negativní (RhD-) | | | |
| (172) Immucor | RV | >>> | 13 | 15 | Negativní (RhD-) | | | |
| (173) Sanguin | RV | >>> | 1 | 1,1 | Negativní (RhD-) | | | |
| (174) IVT Imuno | RV | >>> | 1 | 1,1 | Negativní (RhD-) | | | |
| (183) Immunodiagnostic Systems | RV | >>> | 1 | 1,1 | Negativní (RhD-) | | | |
| (999) jiný výrobce | RV | >>> | 1 | 1,1 | Negativní (RhD-) | | | |
| **Vzorky E2 a S2** | | | 88 | | | 88 | 88 | 100 |
| (14) Bio-Rad | RV | >>> | 34 | 39 | Negativní (RhD-) | | | |
| (38) Werfen (IL) | RV | >>> | 1 | 1,1 | Negativní (RhD-) | | | |
| (80) DiaMed | RV | >>> | 3 | 3,4 | Negativní (RhD-) | | | |
| (159) Grifols | RV | >>> | 32 | 36 | Negativní (RhD-) | | | |
| (171) Diagast | RV | >>> | 1 | 1,1 | Negativní (RhD-) | | | |
| (172) Immucor | RV | >>> | 13 | 15 | Negativní (RhD-) | | | |
| (173) Sanguin | RV | >>> | 1 | 1,1 | Negativní (RhD-) | | | |
| (174) IVT Imuno | RV | >>> | 1 | 1,1 | Negativní (RhD-) | | | |
| (183) Immunodiagnostic Systems | RV | >>> | 1 | 1,1 | Negativní (RhD-) | | | |
| (999) jiný výrobce | RV | >>> | 1 | 1,1 | Negativní (RhD-) | | | |
| (709) **RhD antigen (příjemce/ těhotná/ novorozenec)** | | | 156 | | | 156 | 155 | 99 |
| **Vzorky E1 a S1** | | | 156 | | | 156 | 156 | 100 |
| (0) neuvedeno | RV | >>> | 1 | 0,6 | Negativní (RhD-) | | | |
| (14) Bio-Rad | RV | >>> | 60 | 38 | Negativní (RhD-) | | | |
| (38) Werfen (IL) | RV | >>> | 1 | 0,6 | Negativní (RhD-) | | | |
| (40) Ortho Clinical Diagnostics | RV | >>> | 1 | 0,6 | Negativní (RhD-) | | | |
| (64) Exbio Olomouc | RV | >>> | 3 | 1,9 | Negativní (RhD-) | | | |
| (80) DiaMed | RV | >>> | 6 | 3,8 | Negativní (RhD-) | | | |
| (159) Grifols | RV | >>> | 62 | 40 | Negativní (RhD-) | | | |
| (170) Biotest | RV | >>> | 1 | 0,6 | Negativní (RhD-) | | | |
| (171) Diagast | RV | >>> | 1 | 0,6 | Negativní (RhD-) | | | |
| (172) Immucor | RV | >>> | 13 | 8,3 | Negativní (RhD-) | | | |

# Souhrnná statistika - kvalitativní výsledky

## Cyklus EHK: IH3/26 - Imunohematologie

Stop termín: 2.10.2026

Nastavení: skupiny - R (výrobce reagencií)

| Zkouška / Vzorek / Skupina | | AV | $N_{tot}$ | $N_{rel}$ [%] | Četnosti výsledků: Výsledek | Úspěšnost: $N_{eva}$ | $N_{suc}$ | $S_{rel}$ [%] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (173) Sanguin | RV | >>> | 3 | 1,9 | Negativní (RhD-) | | | |
| (174) IVT Imuno | RV | >>> | 1 | 0,6 | Negativní (RhD-) | | | |
| (183) Immunodiagnostic Systems | RV | >>> | 1 | 0,6 | Negativní (RhD-) | | | |
| (203) ANTITOXIN | RV | >>> | 1 | 0,6 | Negativní (RhD-) | | | |
| (999) jiný výrobce | RV | >>> | 1 | 0,6 | Negativní (RhD-) | | | |
| **Vzorky E2 a S2** | | | 156 | | | 156 | 155 | 99 |
| (0) neuvedeno | RV | >>> | 1 | 0,6 | Negativní (RhD-) | | | |
| (14) Bio-Rad | RV | >>> | 60 | 38 | Negativní (RhD-) | | | |
| (38) Werfen (IL) | RV | >>> | 1 | 0,6 | Negativní (RhD-) | | | |
| (40) Ortho Clinical Diagnostics | RV | >>> | 1 | 0,6 | Negativní (RhD-) | | | |
| (64) Exbio Olomouc | RV | >>> | 3 | 1,9 | Negativní (RhD-) | | | |
| (80) DiaMed | RV | >>> | 6 | 3,8 | Negativní (RhD-) | | | |
| (159) Grifols | RV | >>> | 61 | 39 | Negativní (RhD-) | | | |
| | | | 1 | 0,6 | w/v (RhD weak/variant) | | | |
| (170) Biotest | RV | >>> | 1 | 0,6 | Negativní (RhD-) | | | |
| (171) Diagast | RV | >>> | 1 | 0,6 | Negativní (RhD-) | | | |
| (172) Immucor | RV | >>> | 13 | 8,3 | Negativní (RhD-) | | | |
| (173) Sanguin | RV | >>> | 3 | 1,9 | Negativní (RhD-) | | | |
| (174) IVT Imuno | RV | >>> | 1 | 0,6 | Negativní (RhD-) | | | |
| (183) Immunodiagnostic Systems | RV | >>> | 1 | 0,6 | Negativní (RhD-) | | | |
| (203) ANTITOXIN | RV | >>> | 1 | 0,6 | Negativní (RhD-) | | | |
| (999) jiný výrobce | RV | >>> | 1 | 0,6 | Negativní (RhD-) | | | |
| (715) **Antigen C** | | | 94 | | | 94 | 94 | 100 |
| **Vzorky E1 a S1** | | | 94 | | | 94 | 94 | 100 |
| (14) Bio-Rad | RV | >>> | 40 | 43 | Negativní | | | |
| (80) DiaMed | RV | >>> | 5 | 5,3 | Negativní | | | |
| (159) Grifols | RV | >>> | 39 | 41 | Negativní | | | |
| (171) Diagast | RV | >>> | 1 | 1,1 | Negativní | | | |
| (172) Immucor | RV | >>> | 6 | 6,4 | Negativní | | | |
| (174) IVT Imuno | RV | >>> | 1 | 1,1 | Negativní | | | |
| (183) Immunodiagnostic Systems | RV | >>> | 1 | 1,1 | Negativní | | | |
| (203) ANTITOXIN | RV | >>> | 1 | 1,1 | Negativní | | | |
| **Vzorky E2 a S2** | | | 94 | | | 94 | 94 | 100 |
| (14) Bio-Rad | RV | >>> | 40 | 43 | Negativní | | | |
| (80) DiaMed | RV | >>> | 5 | 5,3 | Negativní | | | |
| (159) Grifols | RV | >>> | 39 | 41 | Negativní | | | |
| (171) Diagast | RV | >>> | 1 | 1,1 | Negativní | | | |
| (172) Immucor | RV | >>> | 6 | 6,4 | Negativní | | | |
| (174) IVT Imuno | RV | >>> | 1 | 1,1 | Negativní | | | |
| (183) Immunodiagnostic Systems | RV | >>> | 1 | 1,1 | Negativní | | | |
| (203) ANTITOXIN | RV | >>> | 1 | 1,1 | Negativní | | | |
| (716) **Antigen c** | | | 94 | | | 94 | 94 | 100 |
| **Vzorky E1 a S1** | | | 94 | | | 94 | 94 | 100 |
| (14) Bio-Rad | RV | >>> | 40 | 43 | Pozitivní | | | |
| (80) DiaMed | RV | >>> | 5 | 5,3 | Pozitivní | | | |
| (159) Grifols | RV | >>> | 39 | 41 | Pozitivní | | | |
| (171) Diagast | RV | >>> | 1 | 1,1 | Pozitivní | | | |
| (172) Immucor | RV | >>> | 6 | 6,4 | Pozitivní | | | |
| (174) IVT Imuno | RV | >>> | 1 | 1,1 | Pozitivní | | | |
| (183) Immunodiagnostic Systems | RV | >>> | 1 | 1,1 | Pozitivní | | | |
| (203) ANTITOXIN | RV | >>> | 1 | 1,1 | Pozitivní | | | |
| **Vzorky E2 a S2** | | | 94 | | | 94 | 94 | 100 |
| (14) Bio-Rad | RV | >>> | 40 | 43 | Pozitivní | | | |
| (80) DiaMed | RV | >>> | 5 | 5,3 | Pozitivní | | | |
| (159) Grifols | RV | >>> | 39 | 41 | Pozitivní | | | |
| (171) Diagast | RV | >>> | 1 | 1,1 | Pozitivní | | | |
| (172) Immucor | RV | >>> | 6 | 6,4 | Pozitivní | | | |
| (174) IVT Imuno | RV | >>> | 1 | 1,1 | Pozitivní | | | |
| (183) Immunodiagnostic Systems | RV | >>> | 1 | 1,1 | Pozitivní | | | |
| (203) ANTITOXIN | RV | >>> | 1 | 1,1 | Pozitivní | | | |
| (718) **Antigen E** | | | 95 | | | 95 | 95 | 100 |
| **Vzorky E1 a S1** | | | 95 | | | 95 | 95 | 100 |
| (14) Bio-Rad | RV | >>> | 40 | 42 | Negativní | | | |
| (80) DiaMed | RV | >>> | 5 | 5,3 | Negativní | | | |
| (159) Grifols | RV | >>> | 40 | 42 | Negativní | | | |
| (171) Diagast | RV | >>> | 1 | 1,1 | Negativní | | | |
| (172) Immucor | RV | >>> | 6 | 6,3 | Negativní | | | |
| (174) IVT Imuno | RV | >>> | 1 | 1,1 | Negativní | | | |
| (183) Immunodiagnostic Systems | RV | >>> | 1 | 1,1 | Negativní | | | |

# Souhrnná statistika - kvalitativní výsledky

## Cyklus EHK: IH3/26 - Imunohematologie

Stop termín: 2.10.2026

Nastavení: skupiny - R (výrobce reagencií)

| Zkouška / Vzorek / Skupina | | AV | $N_{tot}$ | $N_{rel}$ [%] | Výsledek | Úspěšnost $N_{eva}$ | $N_{suc}$ | $S_{rel}$ [%] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (203) ANTITOXIN | RV | >>> | 1 | 1,1 | Negativní | | | |
| **Vzorky E2 a S2** | | | 95 | | | 95 | 95 | 100 |
| (14) Bio-Rad | RV | >>> | 40 | 42 | Negativní | | | |
| (80) DiaMed | RV | >>> | 5 | 5,3 | Negativní | | | |
| (159) Grifols | RV | >>> | 40 | 42 | Negativní | | | |
| (171) Diagast | RV | >>> | 1 | 1,1 | Negativní | | | |
| (172) Immucor | RV | >>> | 6 | 6,3 | Negativní | | | |
| (174) IVT Imuno | RV | >>> | 1 | 1,1 | Negativní | | | |
| (183) Immunodiagnostic Systems | RV | >>> | 1 | 1,1 | Negativní | | | |
| (203) ANTITOXIN | RV | >>> | 1 | 1,1 | Negativní | | | |
| (719) **Antigen e** | | | 94 | | | 94 | 94 | 100 |
| **Vzorky E1 a S1** | | | 94 | | | 94 | 94 | 100 |
| (14) Bio-Rad | RV | >>> | 39 | 41 | Pozitivní | | | |
| (17) Biogema | RV | >>> | 1 | 1,1 | Pozitivní | | | |
| (80) DiaMed | RV | >>> | 5 | 5,3 | Pozitivní | | | |
| (159) Grifols | RV | >>> | 39 | 41 | Pozitivní | | | |
| (171) Diagast | RV | >>> | 1 | 1,1 | Pozitivní | | | |
| (172) Immucor | RV | >>> | 6 | 6,4 | Pozitivní | | | |
| (174) IVT Imuno | RV | >>> | 1 | 1,1 | Pozitivní | | | |
| (183) Immunodiagnostic Systems | RV | >>> | 1 | 1,1 | Pozitivní | | | |
| (203) ANTITOXIN | RV | >>> | 1 | 1,1 | Pozitivní | | | |
| **Vzorky E2 a S2** | | | 94 | | | 94 | 94 | 100 |
| (14) Bio-Rad | RV | >>> | 39 | 41 | Pozitivní | | | |
| (17) Biogema | RV | >>> | 1 | 1,1 | Pozitivní | | | |
| (80) DiaMed | RV | >>> | 5 | 5,3 | Pozitivní | | | |
| (159) Grifols | RV | >>> | 39 | 41 | Pozitivní | | | |
| (171) Diagast | RV | >>> | 1 | 1,1 | Pozitivní | | | |
| (172) Immucor | RV | >>> | 6 | 6,4 | Pozitivní | | | |
| (174) IVT Imuno | RV | >>> | 1 | 1,1 | Pozitivní | | | |
| (183) Immunodiagnostic Systems | RV | >>> | 1 | 1,1 | Pozitivní | | | |
| (203) ANTITOXIN | RV | >>> | 1 | 1,1 | Pozitivní | | | |
| (717) **Antigen $C^w$** | | | 83 | | | 83 | 83 | 100 |
| **Vzorky E1 a S1** | | | 83 | | | 83 | 83 | 100 |
| (0) neuvedeno | RV | >>> | 2 | 2,4 | Negativní | | | |
| (14) Bio-Rad | RV | >>> | 32 | 39 | Negativní | | | |
| (80) DiaMed | RV | >>> | 2 | 2,4 | Negativní | | | |
| (159) Grifols | RV | >>> | 39 | 47 | Negativní | | | |
| (172) Immucor | RV | >>> | 6 | 7,2 | Negativní | | | |
| (173) Sanguin | RV | >>> | 1 | 1,2 | Negativní | | | |
| (174) IVT Imuno | RV | >>> | 1 | 1,2 | Negativní | | | |
| **Vzorky E2 a S2** | | | 83 | | | 83 | 83 | 100 |
| (0) neuvedeno | RV | >>> | 2 | 2,4 | Negativní | | | |
| (14) Bio-Rad | RV | >>> | 32 | 39 | Negativní | | | |
| (80) DiaMed | RV | >>> | 2 | 2,4 | Negativní | | | |
| (159) Grifols | RV | >>> | 39 | 47 | Negativní | | | |
| (172) Immucor | RV | >>> | 6 | 7,2 | Negativní | | | |
| (173) Sanguin | RV | >>> | 1 | 1,2 | Negativní | | | |
| (174) IVT Imuno | RV | >>> | 1 | 1,2 | Negativní | | | |
| (720) **Antigen K** | | | 104 | | | 104 | 104 | 100 |
| **Vzorky E1 a S1** | | | 104 | | | 104 | 104 | 100 |
| (14) Bio-Rad | RV | >>> | 41 | 39 | Negativní | | | |
| (80) DiaMed | RV | >>> | 5 | 4,8 | Negativní | | | |
| (159) Grifols | RV | >>> | 48 | 46 | Negativní | | | |
| (171) Diagast | RV | >>> | 1 | 1 | Negativní | | | |
| (172) Immucor | RV | >>> | 6 | 5,8 | Negativní | | | |
| (174) IVT Imuno | RV | >>> | 1 | 1 | Negativní | | | |
| (183) Immunodiagnostic Systems | RV | >>> | 1 | 1 | Negativní | | | |
| (203) ANTITOXIN | RV | >>> | 1 | 1 | Negativní | | | |
| **Vzorky E2 a S2** | | | 104 | | | 104 | 104 | 100 |
| (14) Bio-Rad | RV | >>> | 41 | 39 | Negativní | | | |
| (80) DiaMed | RV | >>> | 5 | 4,8 | Negativní | | | |
| (159) Grifols | RV | >>> | 48 | 46 | Negativní | | | |
| (171) Diagast | RV | >>> | 1 | 1 | Negativní | | | |
| (172) Immucor | RV | >>> | 6 | 5,8 | Negativní | | | |
| (174) IVT Imuno | RV | >>> | 1 | 1 | Negativní | | | |
| (183) Immunodiagnostic Systems | RV | >>> | 1 | 1 | Negativní | | | |
| (203) ANTITOXIN | RV | >>> | 1 | 1 | Negativní | | | |

# Souhrnná statistika - kvalitativní výsledky

## Cyklus EHK: IH3/26 - Imunohematologie

Stop termín: 2.10.2026

Nastavení: skupiny - R (výrobce reagencií)

| Zkouška / Vzorek / Skupina | AV | | $N_{tot}$ | $N_{rel}$ [%] | Výsledek | Úspěšnost $N_{eva}$ | $N_{suc}$ | $S_{rel}$ [%] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (721) **Antigen k** | | | 44 | | | 44 | 43 | 98 |
| **Vzorky E1 a S1** | | | 44 | | | 44 | 43 | 98 |
| (14) Bio-Rad | RV | >>> | 13 | 30 | Pozitivní | | | |
| (64) Exbio Olomouc | RV | >>> | 2 | 4,5 | Pozitivní | | | |
| (80) DiaMed | RV | >>> | 1 | 2,3 | Pozitivní | | | |
| (159) Grifols | | | 1 | 2,3 | Neuvedeno | | | |
| | RV | >>> | 13 | 30 | Pozitivní | | | |
| (172) Immucor | RV | >>> | 6 | 14 | Pozitivní | | | |
| (173) Sanguin | RV | >>> | 4 | 9,1 | Pozitivní | | | |
| (174) IVT Imuno | RV | >>> | 1 | 2,3 | Pozitivní | | | |
| (999) jiný výrobce | RV | >>> | 3 | 6,8 | Pozitivní | | | |
| **Vzorky E2 a S2** | | | 44 | | | 44 | 44 | 100 |
| (14) Bio-Rad | RV | >>> | 13 | 30 | Pozitivní | | | |
| (64) Exbio Olomouc | RV | >>> | 2 | 4,5 | Pozitivní | | | |
| (80) DiaMed | RV | >>> | 1 | 2,3 | Pozitivní | | | |
| (159) Grifols | RV | >>> | 14 | 32 | Pozitivní | | | |
| (172) Immucor | RV | >>> | 6 | 14 | Pozitivní | | | |
| (173) Sanguin | RV | >>> | 4 | 9,1 | Pozitivní | | | |
| (174) IVT Imuno | RV | >>> | 1 | 2,3 | Pozitivní | | | |
| (999) jiný výrobce | RV | >>> | 3 | 6,8 | Pozitivní | | | |
| (738) **Antigen Kp[a]** | | | 24 | | | 24 | 23 | 96 |
| **Vzorky E1 a S1** | | | 24 | | | 24 | 23 | 96 |
| (0) neuvedeno | RV | >>> | 1 | 4,2 | Negativní | | | |
| (14) Bio-Rad | RV | >>> | 10 | 42 | Negativní | | | |
| (80) DiaMed | RV | >>> | 2 | 8,3 | Negativní | | | |
| (159) Grifols | | | 1 | 4,2 | Neuvedeno | | | |
| | RV | >>> | 8 | 33 | Negativní | | | |
| (172) Immucor | RV | >>> | 1 | 4,2 | Negativní | | | |
| (183) Immunodiagnostic Systems | RV | >>> | 1 | 4,2 | Negativní | | | |
| **Vzorky E2 a S2** | | | 24 | | | 24 | 24 | 100 |
| (0) neuvedeno | RV | >>> | 1 | 4,2 | Negativní | | | |
| (14) Bio-Rad | RV | >>> | 10 | 42 | Negativní | | | |
| (80) DiaMed | RV | >>> | 2 | 8,3 | Negativní | | | |
| (159) Grifols | RV | >>> | 9 | 38 | Negativní | | | |
| (172) Immucor | RV | >>> | 1 | 4,2 | Negativní | | | |
| (183) Immunodiagnostic Systems | RV | >>> | 1 | 4,2 | Negativní | | | |
| (739) **Antigen Kp[b]** | | | 17 | | | 17 | 16 | 94 |
| **Vzorky E1 a S1** | | | 17 | | | 17 | 16 | 94 |
| (0) neuvedeno | RV | >>> | 1 | 5,9 | Pozitivní | | | |
| (14) Bio-Rad | RV | >>> | 6 | 35 | Pozitivní | | | |
| (80) DiaMed | RV | >>> | 2 | 12 | Pozitivní | | | |
| (159) Grifols | | | 1 | 5,9 | Neuvedeno | | | |
| | RV | >>> | 5 | 29 | Pozitivní | | | |
| (172) Immucor | RV | >>> | 1 | 5,9 | Pozitivní | | | |
| (183) Immunodiagnostic Systems | RV | >>> | 1 | 5,9 | Pozitivní | | | |
| **Vzorky E2 a S2** | | | 17 | | | 17 | 17 | 100 |
| (0) neuvedeno | RV | >>> | 1 | 5,9 | Pozitivní | | | |
| (14) Bio-Rad | RV | >>> | 6 | 35 | Pozitivní | | | |
| (80) DiaMed | RV | >>> | 2 | 12 | Pozitivní | | | |
| (159) Grifols | RV | >>> | 6 | 35 | Pozitivní | | | |
| (172) Immucor | RV | >>> | 1 | 5,9 | Pozitivní | | | |
| (183) Immunodiagnostic Systems | RV | >>> | 1 | 5,9 | Pozitivní | | | |
| (729) **Antigen Jk[a]** | | | 47 | | | 47 | 46 | 98 |
| **Vzorky E1 a S1** | | | 47 | | | 47 | 47 | 100 |
| (14) Bio-Rad | RV | >>> | 14 | 30 | Pozitivní | | | |
| (64) Exbio Olomouc | RV | >>> | 2 | 4,3 | Pozitivní | | | |
| (80) DiaMed | RV | >>> | 3 | 6,4 | Pozitivní | | | |
| (159) Grifols | RV | >>> | 19 | 40 | Pozitivní | | | |
| (172) Immucor | RV | >>> | 5 | 11 | Pozitivní | | | |
| (173) Sanguin | RV | >>> | 3 | 6,4 | Pozitivní | | | |
| (203) ANTITOXIN | RV | >>> | 1 | 2,1 | Pozitivní | | | |
| **Vzorky E2 a S2** | | | 47 | | | 47 | 46 | 98 |
| (14) Bio-Rad | RV | >>> | 14 | 30 | Negativní | | | |
| (64) Exbio Olomouc | RV | >>> | 2 | 4,3 | Negativní | | | |
| (80) DiaMed | RV | >>> | 3 | 6,4 | Negativní | | | |
| (159) Grifols | RV | >>> | 18 | 38 | Negativní | | | |
| | | | 1 | 2,1 | Pozitivní | | | |
| (172) Immucor | RV | >>> | 5 | 11 | Negativní | | | |
| (173) Sanguin | RV | >>> | 3 | 6,4 | Negativní | | | |

# Souhrnná statistika - kvalitativní výsledky

## Cyklus EHK: IH3/26 - Imunohematologie

Stop termín: 2.10.2026

Nastavení: skupiny - R (výrobce reagencií)

| Zkouška / Vzorek / Skupina | | AV | $N_{tot}$ | $N_{rel}$ [%] | Četnosti výsledků: Výsledek | Úspěšnost: $N_{eva}$ | $N_{suc}$ | $S_{rel}$ [%] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (203) ANTITOXIN | RV | >>> | 1 | 2,1 | Negativní | | | |
| (730) **Antigen Jk[b]** | | | 47 | | | 47 | 46 | 98 |
| **Vzorky E1 a S1** | | | 47 | | | 47 | 46 | 98 |
| (14) Bio-Rad | RV | >>> | 13 | 28 | Pozitivní | | | |
| (64) Exbio Olomouc | RV | >>> | 2 | 4,3 | Pozitivní | | | |
| (80) DiaMed | RV | >>> | 3 | 6,4 | Pozitivní | | | |
| (159) Grifols | | | 1 | 2,1 | Negativní | | | |
| | RV | >>> | 18 | 38 | Pozitivní | | | |
| (172) Immucor | RV | >>> | 5 | 11 | Pozitivní | | | |
| (173) Sanguin | RV | >>> | 4 | 8,5 | Pozitivní | | | |
| (203) ANTITOXIN | RV | >>> | 1 | 2,1 | Pozitivní | | | |
| **Vzorky E2 a S2** | | | 47 | | | 47 | 46 | 98 |
| (14) Bio-Rad | RV | >>> | 13 | 28 | Pozitivní | | | |
| (64) Exbio Olomouc | RV | >>> | 2 | 4,3 | Pozitivní | | | |
| (80) DiaMed | RV | >>> | 3 | 6,4 | Pozitivní | | | |
| (159) Grifols | | | 1 | 2,1 | Negativní | | | |
| | RV | >>> | 18 | 38 | Pozitivní | | | |
| (172) Immucor | RV | >>> | 5 | 11 | Pozitivní | | | |
| (173) Sanguin | RV | >>> | 4 | 8,5 | Pozitivní | | | |
| (203) ANTITOXIN | RV | >>> | 1 | 2,1 | Pozitivní | | | |
| (727) **Antigen Fy[a]** | | | 48 | | | 48 | 47 | 98 |
| **Vzorky E1 a S1** | | | 48 | | | 48 | 48 | 100 |
| (0) neuvedeno | RV | >>> | 1 | 2,1 | Negativní | | | |
| (14) Bio-Rad | RV | >>> | 15 | 31 | Negativní | | | |
| (64) Exbio Olomouc | RV | >>> | 1 | 2,1 | Negativní | | | |
| (80) DiaMed | RV | >>> | 3 | 6,3 | Negativní | | | |
| (159) Grifols | RV | >>> | 19 | 40 | Negativní | | | |
| (172) Immucor | RV | >>> | 5 | 10 | Negativní | | | |
| (173) Sanguin | RV | >>> | 3 | 6,3 | Negativní | | | |
| (203) ANTITOXIN | RV | >>> | 1 | 2,1 | Negativní | | | |
| **Vzorky E2 a S2** | | | 48 | | | 48 | 47 | 98 |
| (0) neuvedeno | RV | >>> | 1 | 2,1 | Pozitivní | | | |
| (14) Bio-Rad | RV | >>> | 15 | 31 | Pozitivní | | | |
| (64) Exbio Olomouc | RV | >>> | 1 | 2,1 | Pozitivní | | | |
| (80) DiaMed | RV | >>> | 3 | 6,3 | Pozitivní | | | |
| (159) Grifols | | | 1 | 2,1 | Negativní | | | |
| | RV | >>> | 18 | 38 | Pozitivní | | | |
| (172) Immucor | RV | >>> | 5 | 10 | Pozitivní | | | |
| (173) Sanguin | RV | >>> | 3 | 6,3 | Pozitivní | | | |
| (203) ANTITOXIN | RV | >>> | 1 | 2,1 | Pozitivní | | | |
| (728) **Antigen Fy[b]** | | | 48 | | | 48 | 48 | 100 |
| **Vzorky E1 a S1** | | | 48 | | | 48 | 48 | 100 |
| (0) neuvedeno | RV | >>> | 1 | 2,1 | Pozitivní | | | |
| (14) Bio-Rad | RV | >>> | 15 | 31 | Pozitivní | | | |
| (64) Exbio Olomouc | RV | >>> | 1 | 2,1 | Pozitivní | | | |
| (80) DiaMed | RV | >>> | 3 | 6,3 | Pozitivní | | | |
| (159) Grifols | RV | >>> | 19 | 40 | Pozitivní | | | |
| (172) Immucor | RV | >>> | 5 | 10 | Pozitivní | | | |
| (173) Sanguin | RV | >>> | 3 | 6,3 | Pozitivní | | | |
| (203) ANTITOXIN | RV | >>> | 1 | 2,1 | Pozitivní | | | |
| **Vzorky E2 a S2** | | | 48 | | | 48 | 48 | 100 |
| (0) neuvedeno | RV | >>> | 1 | 2,1 | Pozitivní | | | |
| (14) Bio-Rad | RV | >>> | 15 | 31 | Pozitivní | | | |
| (64) Exbio Olomouc | RV | >>> | 1 | 2,1 | Pozitivní | | | |
| (80) DiaMed | RV | >>> | 3 | 6,3 | Pozitivní | | | |
| (159) Grifols | RV | >>> | 19 | 40 | Pozitivní | | | |
| (172) Immucor | RV | >>> | 5 | 10 | Pozitivní | | | |
| (173) Sanguin | RV | >>> | 3 | 6,3 | Pozitivní | | | |
| (203) ANTITOXIN | RV | >>> | 1 | 2,1 | Pozitivní | | | |
| (722) **Antigen M** | | | 47 | | | 47 | 47 | 100 |
| **Vzorky E1 a S1** | | | 47 | | | 47 | 47 | 100 |
| (14) Bio-Rad | RV | >>> | 14 | 30 | Pozitivní | | | |
| (38) Werfen (IL) | RV | >>> | 1 | 2,1 | Pozitivní | | | |
| (64) Exbio Olomouc | RV | >>> | 1 | 2,1 | Pozitivní | | | |
| (80) DiaMed | RV | >>> | 3 | 6,4 | Pozitivní | | | |
| (159) Grifols | RV | >>> | 18 | 38 | Pozitivní | | | |
| (171) Diagast | RV | >>> | 1 | 2,1 | Pozitivní | | | |
| (172) Immucor | RV | >>> | 5 | 11 | Pozitivní | | | |
| (183) Immunodiagnostic Systems | RV | >>> | 1 | 2,1 | Pozitivní | | | |

# Souhrnná statistika - kvalitativní výsledky

## Cyklus EHK: IH3/26 - Imunohematologie

Stop termín: 2.10.2026

Nastavení: skupiny - R (výrobce reagencií)

| Zkouška / Vzorek / Skupina | | AV | $N_{tot}$ | $N_{rel}$ [%] | Výsledek | Úspěšnost $N_{eva}$ | $N_{suc}$ | $S_{rel}$ [%] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (203) ANTITOXIN | RV | >>> | 2 | 4,3 | Pozitivní | | | |
| (999) jiný výrobce | RV | >>> | 1 | 2,1 | Pozitivní | | | |
| **Vzorky E2 a S2** | | | 47 | | | 47 | 47 | 100 |
| (14) Bio-Rad | RV | >>> | 14 | 30 | Pozitivní | | | |
| (38) Werfen (IL) | RV | >>> | 1 | 2,1 | Pozitivní | | | |
| (64) Exbio Olomouc | RV | >>> | 1 | 2,1 | Pozitivní | | | |
| (80) DiaMed | RV | >>> | 3 | 6,4 | Pozitivní | | | |
| (159) Grifols | RV | >>> | 18 | 38 | Pozitivní | | | |
| (171) Diagast | RV | >>> | 1 | 2,1 | Pozitivní | | | |
| (172) Immucor | RV | >>> | 5 | 11 | Pozitivní | | | |
| (183) Immunodiagnostic Systems | RV | >>> | 1 | 2,1 | Pozitivní | | | |
| (203) ANTITOXIN | RV | >>> | 2 | 4,3 | Pozitivní | | | |
| (999) jiný výrobce | RV | >>> | 1 | 2,1 | Pozitivní | | | |
| (723) **Antigen N** | | | 45 | | | 45 | 42 | 93 |
| **Vzorky E1 a S1** | | | 45 | | | 45 | 44 | 98 |
| (14) Bio-Rad | RV | >>> | 13 | 29 | Pozitivní | | | |
| (38) Werfen (IL) | RV | >>> | 1 | 2,2 | Pozitivní | | | |
| (64) Exbio Olomouc | RV | >>> | 1 | 2,2 | Pozitivní | | | |
| (80) DiaMed | RV | >>> | 3 | 6,7 | Pozitivní | | | |
| (159) Grifols | RV | >>> | 18 | 40 | Pozitivní | | | |
| (171) Diagast | RV | >>> | 1 | 2,2 | Pozitivní | | | |
| (172) Immucor | RV | >>> | 4 | 8,9 | Pozitivní | | | |
| (183) Immunodiagnostic Systems | RV | >>> | 1 | 2,2 | Pozitivní | | | |
| (203) ANTITOXIN | | | 1 | 2,2 | Negativní | | | |
| | RV | >>> | 1 | 2,2 | Pozitivní | | | |
| (999) jiný výrobce | RV | >>> | 1 | 2,2 | Pozitivní | | | |
| **Vzorky E2 a S2** | | | 45 | | | 45 | 43 | 96 |
| (14) Bio-Rad | RV | >>> | 13 | 29 | Negativní | | | |
| (38) Werfen (IL) | | | 1 | 2,2 | Pozitivní | | | |
| (64) Exbio Olomouc | RV | >>> | 1 | 2,2 | Negativní | | | |
| (80) DiaMed | RV | >>> | 3 | 6,7 | Negativní | | | |
| (159) Grifols | RV | >>> | 18 | 40 | Negativní | | | |
| (171) Diagast | RV | >>> | 1 | 2,2 | Negativní | | | |
| (172) Immucor | RV | >>> | 3 | 6,7 | Negativní | | | |
| | | | 1 | 2,2 | Pozitivní | | | |
| (183) Immunodiagnostic Systems | RV | >>> | 1 | 2,2 | Negativní | | | |
| (203) ANTITOXIN | RV | >>> | 2 | 4,4 | Negativní | | | |
| (999) jiný výrobce | RV | >>> | 1 | 2,2 | Negativní | | | |
| (724) **Antigen S** | | | 48 | | | 48 | 48 | 100 |
| **Vzorky E1 a S1** | | | 48 | | | 48 | 48 | 100 |
| (14) Bio-Rad | RV | >>> | 14 | 29 | Negativní | | | |
| (38) Werfen (IL) | RV | >>> | 1 | 2,1 | Negativní | | | |
| (64) Exbio Olomouc | RV | >>> | 1 | 2,1 | Negativní | | | |
| (80) DiaMed | RV | >>> | 3 | 6,3 | Negativní | | | |
| (159) Grifols | RV | >>> | 20 | 42 | Negativní | | | |
| (172) Immucor | RV | >>> | 5 | 10 | Negativní | | | |
| (173) Sanguin | RV | >>> | 1 | 2,1 | Negativní | | | |
| (183) Immunodiagnostic Systems | RV | >>> | 1 | 2,1 | Negativní | | | |
| (203) ANTITOXIN | RV | >>> | 2 | 4,2 | Negativní | | | |
| **Vzorky E2 a S2** | | | 48 | | | 48 | 48 | 100 |
| (14) Bio-Rad | RV | >>> | 14 | 29 | Negativní | | | |
| (38) Werfen (IL) | RV | >>> | 1 | 2,1 | Negativní | | | |
| (64) Exbio Olomouc | RV | >>> | 1 | 2,1 | Negativní | | | |
| (80) DiaMed | RV | >>> | 3 | 6,3 | Negativní | | | |
| (159) Grifols | RV | >>> | 20 | 42 | Negativní | | | |
| (172) Immucor | RV | >>> | 5 | 10 | Negativní | | | |
| (173) Sanguin | RV | >>> | 1 | 2,1 | Negativní | | | |
| (183) Immunodiagnostic Systems | RV | >>> | 1 | 2,1 | Negativní | | | |
| (203) ANTITOXIN | RV | >>> | 2 | 4,2 | Negativní | | | |
| (725) **Antigen s** | | | 48 | | | 48 | 48 | 100 |
| **Vzorky E1 a S1** | | | 48 | | | 48 | 48 | 100 |
| (14) Bio-Rad | RV | >>> | 14 | 29 | Pozitivní | | | |
| (38) Werfen (IL) | RV | >>> | 1 | 2,1 | Pozitivní | | | |
| (64) Exbio Olomouc | RV | >>> | 1 | 2,1 | Pozitivní | | | |
| (80) DiaMed | RV | >>> | 3 | 6,3 | Pozitivní | | | |
| (159) Grifols | RV | >>> | 20 | 42 | Pozitivní | | | |
| (171) Diagast | RV | >>> | 1 | 2,1 | Pozitivní | | | |
| (172) Immucor | RV | >>> | 5 | 10 | Pozitivní | | | |
| (173) Sanguin | RV | >>> | 2 | 4,2 | Pozitivní | | | |

# Souhrnná statistika - kvalitativní výsledky

## Cyklus EHK: IH3/26 - Imunohematologie

Stop termín: 2.10.2026

Nastavení: skupiny - R (výrobce reagencií)

| Zkouška / Vzorek / Skupina | | | Četnosti výsledků $N_{tot}$ | $N_{rel}$ [%] | Výsledek | Úspěšnost $N_{eva}$ | $N_{suc}$ | $S_{rel}$ [%] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (203) ANTITOXIN | RV | >>> | 1 | 2,1 | Pozitivní | | | |
| **Vzorky E2 a S2** | | | 48 | | | 48 | 48 | 100 |
| (14) Bio-Rad | RV | >>> | 14 | 29 | Pozitivní | | | |
| (38) Werfen (IL) | RV | >>> | 1 | 2,1 | Pozitivní | | | |
| (64) Exbio Olomouc | RV | >>> | 1 | 2,1 | Pozitivní | | | |
| (80) DiaMed | RV | >>> | 3 | 6,3 | Pozitivní | | | |
| (159) Grifols | RV | >>> | 20 | 42 | Pozitivní | | | |
| (171) Diagast | RV | >>> | 1 | 2,1 | Pozitivní | | | |
| (172) Immucor | RV | >>> | 5 | 10 | Pozitivní | | | |
| (173) Sanguin | RV | >>> | 2 | 4,2 | Pozitivní | | | |
| (203) ANTITOXIN | RV | >>> | 1 | 2,1 | Pozitivní | | | |
| (733) **Antigen Le[a]** | | | 38 | | | 38 | 38 | 100 |
| **Vzorky E1 a S1** | | | 38 | | | 38 | 38 | 100 |
| (0) neuvedeno | RV | >>> | 1 | 2,6 | Negativní | | | |
| (14) Bio-Rad | RV | >>> | 13 | 34 | Negativní | | | |
| (80) DiaMed | RV | >>> | 2 | 5,3 | Negativní | | | |
| (159) Grifols | RV | >>> | 14 | 37 | Negativní | | | |
| (172) Immucor | RV | >>> | 3 | 7,9 | Negativní | | | |
| (173) Sanguin | RV | >>> | 1 | 2,6 | Negativní | | | |
| (183) Immunodiagnostic Systems | RV | >>> | 1 | 2,6 | Negativní | | | |
| (203) ANTITOXIN | RV | >>> | 2 | 5,3 | Negativní | | | |
| (999) jiný výrobce | RV | >>> | 1 | 2,6 | Negativní | | | |
| **Vzorky E2 a S2** | | | 38 | | | 38 | 38 | 100 |
| (0) neuvedeno | RV | >>> | 1 | 2,6 | Negativní | | | |
| (14) Bio-Rad | RV | >>> | 13 | 34 | Negativní | | | |
| (80) DiaMed | RV | >>> | 2 | 5,3 | Negativní | | | |
| (159) Grifols | RV | >>> | 14 | 37 | Negativní | | | |
| (172) Immucor | RV | >>> | 3 | 7,9 | Negativní | | | |
| (173) Sanguin | RV | >>> | 1 | 2,6 | Negativní | | | |
| (183) Immunodiagnostic Systems | RV | >>> | 1 | 2,6 | Negativní | | | |
| (203) ANTITOXIN | RV | >>> | 2 | 5,3 | Negativní | | | |
| (999) jiný výrobce | RV | >>> | 1 | 2,6 | Negativní | | | |
| (734) **Antigen Le[b]** | | | 38 | | | 38 | 37 | 97 |
| **Vzorky E1 a S1** | | | 38 | | | 38 | 37 | 97 |
| (0) neuvedeno | RV | >>> | 1 | 2,6 | Pozitivní | | | |
| (14) Bio-Rad | RV | >>> | 13 | 34 | Pozitivní | | | |
| (80) DiaMed | RV | >>> | 2 | 5,3 | Pozitivní | | | |
| (159) Grifols | RV | >>> | 14 | 37 | Pozitivní | | | |
| (172) Immucor | | | 1 | 2,6 | Negativní | | | |
| | RV | >>> | 2 | 5,3 | Pozitivní | | | |
| (183) Immunodiagnostic Systems | RV | >>> | 1 | 2,6 | Pozitivní | | | |
| (203) ANTITOXIN | RV | >>> | 2 | 5,3 | Pozitivní | | | |
| (999) jiný výrobce | RV | >>> | 2 | 5,3 | Pozitivní | | | |
| **Vzorky E2 a S2** | | | 38 | | | 38 | 38 | 100 |
| (0) neuvedeno | RV | >>> | 1 | 2,6 | Negativní | | | |
| (14) Bio-Rad | RV | >>> | 13 | 34 | Negativní | | | |
| (80) DiaMed | RV | >>> | 2 | 5,3 | Negativní | | | |
| (159) Grifols | RV | >>> | 14 | 37 | Negativní | | | |
| (172) Immucor | RV | >>> | 3 | 7,9 | Negativní | | | |
| (183) Immunodiagnostic Systems | RV | >>> | 1 | 2,6 | Negativní | | | |
| (203) ANTITOXIN | RV | >>> | 2 | 5,3 | Negativní | | | |
| (999) jiný výrobce | RV | >>> | 2 | 5,3 | Negativní | | | |
| (731) **Antigen Lu[a]** | | | 32 | | | 32 | 30 | 94 |
| **Vzorky E1 a S1** | | | 32 | | | 32 | 30 | 94 |
| (14) Bio-Rad | RV | >>> | 12 | 38 | Negativní | | | |
| (80) DiaMed | RV | >>> | 2 | 6,3 | Negativní | | | |
| (159) Grifols | RV | >>> | 14 | 44 | Negativní | | | |
| | | | 2 | 6,3 | Pozitivní | | | |
| (183) Immunodiagnostic Systems | RV | >>> | 1 | 3,1 | Negativní | | | |
| (999) jiný výrobce | RV | >>> | 1 | 3,1 | Negativní | | | |
| **Vzorky E2 a S2** | | | 32 | | | 32 | 30 | 94 |
| (14) Bio-Rad | RV | >>> | 12 | 38 | Negativní | | | |
| (80) DiaMed | RV | >>> | 2 | 6,3 | Negativní | | | |
| (159) Grifols | RV | >>> | 14 | 44 | Negativní | | | |
| | | | 2 | 6,3 | Pozitivní | | | |
| (183) Immunodiagnostic Systems | RV | >>> | 1 | 3,1 | Negativní | | | |
| (999) jiný výrobce | RV | >>> | 1 | 3,1 | Negativní | | | |

# Souhrnná statistika - kvalitativní výsledky

## Cyklus EHK: IH3/26 - Imunohematologie

Stop termín: 2.10.2026

Nastavení: skupiny - R (výrobce reagencií)

| Zkouška / Vzorek / Skupina | AV | | $N_{tot}$ | $N_{rel}$ [%] | Výsledek | Úspěšnost $N_{eva}$ | $N_{suc}$ | $S_{rel}$ [%] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (732) **Antigen Lu[b]** | | | 28 | | | 28 | 28 | 100 |
| **Vzorky E1 a S1** | | | 28 | | | 28 | 28 | 100 |
| (14) Bio-Rad | RV | >>> | 11 | 39 | Pozitivní | | | |
| (80) DiaMed | RV | >>> | 2 | 7,1 | Pozitivní | | | |
| (159) Grifols | RV | >>> | 14 | 50 | Pozitivní | | | |
| (171) Diagast | RV | >>> | 1 | 3,6 | Pozitivní | | | |
| **Vzorky E2 a S2** | | | 28 | | | 28 | 28 | 100 |
| (14) Bio-Rad | RV | >>> | 11 | 39 | Pozitivní | | | |
| (80) DiaMed | RV | >>> | 2 | 7,1 | Pozitivní | | | |
| (159) Grifols | RV | >>> | 14 | 50 | Pozitivní | | | |
| (171) Diagast | RV | >>> | 1 | 3,6 | Pozitivní | | | |
| (726) **Antigen P1** | | | 31 | | | 31 | 26 | 84 |
| **Vzorky E1 a S1** | | | 31 | | | 31 | 31 | 100 |
| (0) neuvedeno | RV | >>> | 2 | 6,5 | Negativní | | | |
| (14) Bio-Rad | RV | >>> | 9 | 29 | Negativní | | | |
| (64) Exbio Olomouc | RV | >>> | 1 | 3,2 | Negativní | | | |
| (80) DiaMed | RV | >>> | 2 | 6,5 | Negativní | | | |
| (159) Grifols | RV | >>> | 9 | 29 | Negativní | | | |
| (172) Immucor | RV | >>> | 2 | 6,5 | Negativní | | | |
| (173) Sanguin | RV | >>> | 1 | 3,2 | Negativní | | | |
| (174) IVT Imuno | RV | >>> | 1 | 3,2 | Negativní | | | |
| (183) Immunodiagnostic Systems | RV | >>> | 1 | 3,2 | Negativní | | | |
| (203) ANTITOXIN | RV | >>> | 1 | 3,2 | Negativní | | | |
| (999) jiný výrobce | RV | >>> | 2 | 6,5 | Negativní | | | |
| **Vzorky E2 a S2** | | | 31 | | | 31 | 26 | 84 |
| (0) neuvedeno | | | 1 | 3,2 | Negativní | | | |
| | RV | >>> | 1 | 3,2 | Pozitivní | | | |
| (14) Bio-Rad | | | 1 | 3,2 | Negativní | | | |
| | RV | >>> | 8 | 26 | Pozitivní | | | |
| (64) Exbio Olomouc | RV | >>> | 1 | 3,2 | Pozitivní | | | |
| (80) DiaMed | RV | >>> | 2 | 6,5 | Pozitivní | | | |
| (159) Grifols | | | 1 | 3,2 | Neuvedeno | | | |
| | RV | >>> | 8 | 26 | Pozitivní | | | |
| (172) Immucor | | | 1 | 3,2 | Negativní | | | |
| | RV | >>> | 1 | 3,2 | Pozitivní | | | |
| (173) Sanguin | | | 1 | 3,2 | Negativní | | | |
| (174) IVT Imuno | RV | >>> | 1 | 3,2 | Pozitivní | | | |
| (183) Immunodiagnostic Systems | RV | >>> | 1 | 3,2 | Pozitivní | | | |
| (203) ANTITOXIN | RV | >>> | 1 | 3,2 | Pozitivní | | | |
| (999) jiný výrobce | RV | >>> | 2 | 6,5 | Pozitivní | | | |
| (740) **Antigen Wr[a]** | | | 7 | | | 7 | 7 | 100 |
| **Vzorky E1 a S1** | | | 7 | | | 7 | 7 | 100 |
| (14) Bio-Rad | RV | >>> | 1 | 14 | Negativní | | | |
| (64) Exbio Olomouc | RV | >>> | 1 | 14 | Negativní | | | |
| (159) Grifols | RV | >>> | 2 | 29 | Negativní | | | |
| (172) Immucor | RV | >>> | 3 | 43 | Negativní | | | |
| **Vzorky E2 a S2** | | | 7 | | | 7 | 7 | 100 |
| (14) Bio-Rad | RV | >>> | 1 | 14 | Negativní | | | |
| (64) Exbio Olomouc | RV | >>> | 1 | 14 | Negativní | | | |
| (159) Grifols | RV | >>> | 2 | 29 | Negativní | | | |
| (172) Immucor | RV | >>> | 3 | 43 | Negativní | | | |
| (737) **Přímý antiglobulinový test** | | | 128 | | | 128 | 126 | 98 |
| **Vzorky E1 a S1** | | | 128 | | | 128 | 127 | 99 |
| (0) neuvedeno | RV | >>> | 1 | 0,8 | Negativní | | | |
| (14) Bio-Rad | RV | >>> | 58 | 45 | Negativní | | | |
| (40) Ortho Clinical Diagnostics | RV | >>> | 3 | 2,3 | Negativní | | | |
| (64) Exbio Olomouc | RV | >>> | 1 | 0,8 | Negativní | | | |
| (80) DiaMed | RV | >>> | 10 | 7,8 | Negativní | | | |
| (159) Grifols | RV | >>> | 54 | 42 | Negativní | | | |
| | | | 1 | 0,8 | Pozitivní | | | |
| **Vzorky E2 a S2** | | | 128 | | | 128 | 127 | 99 |
| (0) neuvedeno | RV | >>> | 1 | 0,8 | Negativní | | | |
| (14) Bio-Rad | RV | >>> | 58 | 45 | Negativní | | | |
| (40) Ortho Clinical Diagnostics | RV | >>> | 3 | 2,3 | Negativní | | | |
| (64) Exbio Olomouc | RV | >>> | 1 | 0,8 | Negativní | | | |
| (80) DiaMed | RV | >>> | 10 | 7,8 | Negativní | | | |
| (159) Grifols | RV | >>> | 54 | 42 | Negativní | | | |
| | | | 1 | 0,8 | Pozitivní | | | |

# Souhrnná statistika - kvalitativní výsledky

## Cyklus EHK: IH3/26 - Imunohematologie

Stop termín: 2.10.2026

Nastavení: skupiny - R (výrobce reagencií)

| Zkouška / Vzorek / Skupina | | AV | $N_{tot}$ | $N_{rel}$ [%] | Četnosti výsledků: Výsledek | Úspěšnost $N_{eva}$ | $N_{suc}$ | $S_{rel}$ [%] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (741) **Screening antierytrocytových protilátek (NAT, dárce)** | | | 74 | | | 74 | 74 | 100 |
| **Vzorky E1 a S1** | | | 74 | | | 74 | 74 | 100 |
| (14) Bio-Rad | RV | >>> | 31 | 42 | Pozitivní | | | |
| (80) DiaMed | RV | >>> | 5 | 6,8 | Pozitivní | | | |
| (159) Grifols | RV | >>> | 26 | 35 | Pozitivní | | | |
| (171) Diagast | RV | >>> | 3 | 4,1 | Pozitivní | | | |
| (172) Immucor | RV | >>> | 9 | 12 | Pozitivní | | | |
| **Vzorky E2 a S2** | | | 74 | | | 74 | 74 | 100 |
| (14) Bio-Rad | RV | >>> | 31 | 42 | Pozitivní | | | |
| (80) DiaMed | RV | >>> | 5 | 6,8 | Pozitivní | | | |
| (159) Grifols | RV | >>> | 26 | 35 | Pozitivní | | | |
| (171) Diagast | RV | >>> | 3 | 4,1 | Pozitivní | | | |
| (172) Immucor | RV | >>> | 9 | 12 | Pozitivní | | | |
| (743) **Screening antierytrocytových protilátek (NAT, příjemce)** | | | 143 | | | 143 | 143 | 100 |
| **Vzorky E1 a S1** | | | 143 | | | 143 | 143 | 100 |
| (14) Bio-Rad | RV | >>> | 60 | 42 | Pozitivní | | | |
| (40) Ortho Clinical Diagnostics | RV | >>> | 4 | 2,8 | Pozitivní | | | |
| (80) DiaMed | RV | >>> | 11 | 7,7 | Pozitivní | | | |
| (159) Grifols | RV | >>> | 66 | 46 | Pozitivní | | | |
| (172) Immucor | RV | >>> | 2 | 1,4 | Pozitivní | | | |
| **Vzorky E2 a S2** | | | 143 | | | 143 | 143 | 100 |
| (14) Bio-Rad | RV | >>> | 60 | 42 | Pozitivní | | | |
| (40) Ortho Clinical Diagnostics | RV | >>> | 4 | 2,8 | Pozitivní | | | |
| (80) DiaMed | RV | >>> | 11 | 7,7 | Pozitivní | | | |
| (159) Grifols | RV | >>> | 66 | 46 | Pozitivní | | | |
| (172) Immucor | RV | >>> | 2 | 1,4 | Pozitivní | | | |
| (745) **Screening antierytrocytových protilátek (NAT, těhotná)** | | | 122 | | | 122 | 122 | 100 |
| **Vzorky E1 a S1** | | | 122 | | | 122 | 122 | 100 |
| (0) neuvedeno | RV | >>> | 1 | 0,8 | Pozitivní | | | |
| (14) Bio-Rad | RV | >>> | 50 | 41 | Pozitivní | | | |
| (40) Ortho Clinical Diagnostics | RV | >>> | 1 | 0,8 | Pozitivní | | | |
| (64) Exbio Olomouc | RV | >>> | 1 | 0,8 | Pozitivní | | | |
| (80) DiaMed | RV | >>> | 7 | 5,7 | Pozitivní | | | |
| (159) Grifols | RV | >>> | 59 | 48 | Pozitivní | | | |
| (172) Immucor | RV | >>> | 3 | 2,5 | Pozitivní | | | |
| **Vzorky E2 a S2** | | | 122 | | | 122 | 122 | 100 |
| (0) neuvedeno | RV | >>> | 1 | 0,8 | Pozitivní | | | |
| (14) Bio-Rad | RV | >>> | 50 | 41 | Pozitivní | | | |
| (40) Ortho Clinical Diagnostics | RV | >>> | 1 | 0,8 | Pozitivní | | | |
| (64) Exbio Olomouc | RV | >>> | 1 | 0,8 | Pozitivní | | | |
| (80) DiaMed | RV | >>> | 7 | 5,7 | Pozitivní | | | |
| (159) Grifols | RV | >>> | 59 | 48 | Pozitivní | | | |
| (172) Immucor | RV | >>> | 3 | 2,5 | Pozitivní | | | |
| (747) **Screening antierytrocytových protilátek (enzymový test)** | | | 93 | | | 93 | 91 | 98 |
| **Vzorky E1 a S1** | | | 93 | | | 93 | 91 | 98 |
| (14) Bio-Rad | RV | >>> | 41 | 44 | Negativní | | | |
| (40) Ortho Clinical Diagnostics | RV | >>> | 1 | 1,1 | Negativní | | | |
| (80) DiaMed | RV | >>> | 5 | 5,4 | Negativní | | | |
| | | | 1 | 1,1 | Pozitivní | | | |
| (159) Grifols | RV | >>> | 43 | 46 | Negativní | | | |
| | | | 1 | 1,1 | Pozitivní | | | |
| (172) Immucor | RV | >>> | 1 | 1,1 | Negativní | | | |
| **Vzorky E2 a S2** | | | 93 | | | 93 | 93 | 100 |
| (14) Bio-Rad | | > | 3 | 3,2 | Negativní | | | |
| | RV | >>> | 38 | 41 | Pozitivní | | | |
| (40) Ortho Clinical Diagnostics | | > | 1 | 1,1 | Negativní | | | |
| (80) DiaMed | | > | 1 | 1,1 | Negativní | | | |
| | RV | >>> | 5 | 5,4 | Pozitivní | | | |
| (159) Grifols | | > | 1 | 1,1 | Negativní | | | |
| | RV | >>> | 43 | 46 | Pozitivní | | | |
| (172) Immucor | | > | 1 | 1,1 | Negativní | | | |
| (750) **Identifikace antierytrocytových protilátek** | | | 50 | | | 50 | 50 | 100 |
| **Vzorky E1 a S1** | | | 50 | | | 50 | 50 | 100 |
| (0) neuvedeno | RV | >>> | 50 | 100 | anti-Fya | | | |

# Souhrnná statistika - kvalitativní výsledky

## Cyklus EHK: IH3/26 - Imunohematologie

Stop termín: 2.10.2026

Nastavení: skupiny - R (výrobce reagencií)

| Zkouška / Vzorek / Skupina | | AV | $N_{tot}$ | $N_{rel}$ [%] | Četnosti výsledků: Výsledek | Úspěšnost: $N_{eva}$ | $N_{suc}$ | $S_{rel}$ [%] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vzorky E2 a S2** | | | 50 | | | 50 | 50 | 100 |
| (0) neuvedeno | | > | 6 | 12 | anti-S | | | |
| | RV | >>> | 44 | 88 | anti-S; anti-C | | | |
| (752) **Titrace protilátek, Vzorek 1: 1. protilátka** | | | 41 | | | 0 | | |
| **Vzorky E1 a S1** | | | 41 | | | 0 | | |
| (0) neuvedeno | | ± | 4 | 9,8 | titr 2 | | | |
| | | ± | 7 | 17 | titr 4 | | | |
| | | ± | 26 | 63 | titr 8 | | | |
| | | ± | 4 | 9,8 | titr 16 | | | |
| (756) **Titrace protilátek, Vzorek 2: 1. protilátka** | | | 41 | | | 0 | | |
| **Vzorky E2 a S2** | | | 41 | | | 0 | | |
| (0) neuvedeno | | ± | 9 | 22 | titr 2 | | | |
| | | ± | 12 | 29 | titr 4 | | | |
| | | ± | 19 | 46 | titr 8 | | | |
| | | ± | 1 | 2,4 | titr 16 | | | |
| (757) **Titrace protilátek, Vzorek 2: 2. protilátka** | | | 10 | | | 0 | | |
| **Vzorky E2 a S2** | | | 10 | | | 0 | | |
| (0) neuvedeno | | ± | 4 | 40 | titr 0 (neměřitelný) | | | |
| | | ± | 6 | 60 | titr 1 | | | |
| **Sada 3** | | | | | | | | |
| (761) **Test kompatibility (segment K1)** | | | 115 | | | 115 | 114 | 99 |
| **Vzorek S1** | | | 115 | | | 115 | 115 | 100 |
| (0) neuvedeno | RV | >>> | 115 | 100 | Pozitivní test | | | |
| **Vzorek S2** | | | 115 | | | 115 | 114 | 99 |
| (0) neuvedeno | RV | >>> | 114 | 99 | Negativní test | | | |
| | | | 1 | 0,9 | Pozitivní test | | | |
| (762) **Podat transfuzní přípravek? (segment K1) (transfuze v neurgentním režimu)** | | | 114 | | | 0 | | |
| **Vzorek S1** | | | 114 | | | 0 | | |
| (0) neuvedeno | | ± | 111 | 97 | Nelze podat, riziko hemolýzy | | | |
| | | ± | 3 | 2,6 | Podmíněně výsledky dalších vyšetření, která naše laboratoř neprovádí | | | |
| **Vzorek S2** | | | 114 | | | 0 | | |
| (0) neuvedeno | | ± | 20 | 18 | Nelze podat, riziko hemolýzy | | | |
| | | ± | 46 | 40 | Podmíněně výsledky dalších vyšetření, která naše laboratoř neprovádí | | | |
| | | ± | 34 | 30 | Pouze pokud nebudou k dispozici vhodnější přípravky | | | |
| | | ± | 14 | 12 | Lze podat | | | |
| (764) **Test kompatibility (segment K2)** | | | 115 | | | 115 | 114 | 99 |
| **Vzorek S1** | | | 115 | | | 115 | 114 | 99 |
| (0) neuvedeno | | | 1 | 0,9 | Negativní test | | | |
| | RV | >>> | 114 | 99 | Pozitivní test | | | |
| **Vzorek S2** | | | 115 | | | 115 | 115 | 100 |
| (0) neuvedeno | RV | >>> | 115 | 100 | Negativní test | | | |
| (765) **Podat transfuzní přípravek? (segment K2) (transfuze v neurgentním režimu)** | | | 115 | | | 0 | | |
| **Vzorek S1** | | | 115 | | | 0 | | |
| (0) neuvedeno | | ± | 110 | 96 | Nelze podat, riziko hemolýzy | | | |
| | | ± | 5 | 4,3 | Podmíněně výsledky dalších vyšetření, která naše laboratoř neprovádí | | | |
| **Vzorek S2** | | | 115 | | | 0 | | |
| (0) neuvedeno | | ± | 1 | 0,9 | Nelze podat, riziko hemolýzy | | | |
| | | ± | 55 | 48 | Podmíněně výsledky dalších vyšetření, která naše laboratoř neprovádí | | | |
| | | ± | 21 | 18 | Pouze pokud nebudou k dispozici vhodnější přípravky | | | |
| | | ± | 38 | 33 | Lze podat | | | |