Souhrnná statistika - kvalitativní výsledky

Cyklus EHK: IH3/26 - Imunohematologie

Stop termín: 2.10.2026

Nastavení: Slovensko

AV = vztažná hodnota
RV = referenční hodnota
>>> ... očekávaný výsledek
> ... akceptovatelný výsledek
± ... nehodnocený výsledek

N_{tot} = celkový počet výsledků
N_{rel} = relativní počet výsledků

N_{eva} = počet hodnocených výsledků
N_{suc} = počet úspěšných výsledků
S_{rel} = relativní úspěšnost

Zkouška / Vzorek / Skupina	AV		N_{tot}	N_{rel} [%]	Výsledek	Úspěšnost N_{eva}	N_{suc}	S_{rel} [%]
Sada 1 a 2								
(700) **AB0 skupina**			61			61	61	100
Vzorky E1 a S1			61			61	61	100
Všechny výsledky	RV	>>>	61	100	Krevní skupina: 0			
Vzorky E2 a S2			61			61	61	100
Všechny výsledky	RV	>>>	61	100	Krevní skupina: B			
(705) **RhD antigen (dárce)**			38			38	38	100
Vzorky E1 a S1			38			38	38	100
Všechny výsledky	RV	>>>	38	100	Negativní (RhD-)			
Vzorky E2 a S2			38			38	38	100
Všechny výsledky	RV	>>>	38	100	Negativní (RhD-)			
(709) **RhD antigen (příjemce/ těhotná/ novorozenec)**			56			56	55	98
Vzorky E1 a S1			56			56	56	100
Všechny výsledky	RV	>>>	56	100	Negativní (RhD-)			
Vzorky E2 a S2			56			56	55	98
Všechny výsledky	RV	>>>	55	98	Negativní (RhD-)			
			1	1,8	w/v (RhD weak/variant)			
(715) **Antigen C**			35			35	35	100
Vzorky E1 a S1			35			35	35	100
Všechny výsledky	RV	>>>	35	100	Negativní			
Vzorky E2 a S2			35			35	35	100
Všechny výsledky	RV	>>>	35	100	Negativní			
(716) **Antigen c**			35			35	35	100
Vzorky E1 a S1			35			35	35	100
Všechny výsledky	RV	>>>	35	100	Pozitivní			
Vzorky E2 a S2			35			35	35	100
Všechny výsledky	RV	>>>	35	100	Pozitivní			
(718) **Antigen E**			36			36	36	100
Vzorky E1 a S1			36			36	36	100
Všechny výsledky	RV	>>>	36	100	Negativní			
Vzorky E2 a S2			36			36	36	100
Všechny výsledky	RV	>>>	36	100	Negativní			
(719) **Antigen e**			35			35	35	100
Vzorky E1 a S1			35			35	35	100
Všechny výsledky	RV	>>>	35	100	Pozitivní			
Vzorky E2 a S2			35			35	35	100
Všechny výsledky	RV	>>>	35	100	Pozitivní			
(717) **Antigen C^w**			30			30	30	100
Vzorky E1 a S1			30			30	30	100
Všechny výsledky	RV	>>>	30	100	Negativní			
Vzorky E2 a S2			30			30	30	100
Všechny výsledky	RV	>>>	30	100	Negativní			
(720) **Antigen K**			39			39	39	100
Vzorky E1 a S1			39			39	39	100
Všechny výsledky	RV	>>>	39	100	Negativní			
Vzorky E2 a S2			39			39	39	100
Všechny výsledky	RV	>>>	39	100	Negativní			
(721) **Antigen k**			11			11	10	91
Vzorky E1 a S1			11			11	10	91
Všechny výsledky			1	9,1	Neuvedeno			
	RV	>>>	10	91	Pozitivní			
Vzorky E2 a S2			11			11	11	100
Všechny výsledky	RV	>>>	11	100	Pozitivní			
(738) **Antigen Kp^a**			10			10	9	90
Vzorky E1 a S1			10			10	9	90
Všechny výsledky			1	10	Neuvedeno			
	RV	>>>	9	90	Negativní			
Vzorky E2 a S2			10			10	10	100
Všechny výsledky	RV	>>>	10	100	Negativní			
(739) **Antigen Kp^b**			8			8	7	88
Vzorky E1 a S1			8			8	7	88
Všechny výsledky			1	13	Neuvedeno			
	RV	>>>	7	88	Pozitivní			

Souhrnná statistika - kvalitativní výsledky

Cyklus EHK: IH3/26 - Imunohematologie

Stop termín: 2.10.2026

Nastavení: Slovensko

Zkouška / Vzorek / Skupina	AV		N_{tot}	N_{rel} [%]	Četnosti výsledků: Výsledek	Úspěšnost: N_{eva}	N_{suc}	S_{rel} [%]
Vzorky E2 a S2			8			8	8	100
Všechny výsledky	RV	>>>	8	100	Pozitivní			
(729) **Antigen Jk[a]**			17			17	17	100
Vzorky E1 a S1			17			17	17	100
Všechny výsledky	RV	>>>	17	100	Pozitivní			
Vzorky E2 a S2			17			17	17	100
Všechny výsledky	RV	>>>	17	100	Negativní			
(730) **Antigen Jk[b]**			17			17	17	100
Vzorky E1 a S1			17			17	17	100
Všechny výsledky	RV	>>>	17	100	Pozitivní			
Vzorky E2 a S2			17			17	17	100
Všechny výsledky	RV	>>>	17	100	Pozitivní			
(727) **Antigen Fy[a]**			18			18	18	100
Vzorky E1 a S1			18			18	18	100
Všechny výsledky	RV	>>>	18	100	Negativní			
Vzorky E2 a S2			18			18	18	100
Všechny výsledky	RV	>>>	18	100	Pozitivní			
(728) **Antigen Fy[b]**			18			18	18	100
Vzorky E1 a S1			18			18	18	100
Všechny výsledky	RV	>>>	18	100	Pozitivní			
Vzorky E2 a S2			18			18	18	100
Všechny výsledky	RV	>>>	18	100	Pozitivní			
(722) **Antigen M**			17			17	17	100
Vzorky E1 a S1			17			17	17	100
Všechny výsledky	RV	>>>	17	100	Pozitivní			
Vzorky E2 a S2			17			17	17	100
Všechny výsledky	RV	>>>	17	100	Pozitivní			
(723) **Antigen N**			17			17	15	88
Vzorky E1 a S1			17			17	16	94
Všechny výsledky			1	5,9	Negativní			
	RV	>>>	16	94	Pozitivní			
Vzorky E2 a S2			17			17	16	94
Všechny výsledky	RV	>>>	16	94	Negativní			
			1	5,9	Pozitivní			
(724) **Antigen S**			18			18	18	100
Vzorky E1 a S1			18			18	18	100
Všechny výsledky	RV	>>>	18	100	Negativní			
Vzorky E2 a S2			18			18	18	100
Všechny výsledky	RV	>>>	18	100	Negativní			
(725) **Antigen s**			18			18	18	100
Vzorky E1 a S1			18			18	18	100
Všechny výsledky	RV	>>>	18	100	Pozitivní			
Vzorky E2 a S2			18			18	18	100
Všechny výsledky	RV	>>>	18	100	Pozitivní			
(733) **Antigen Le[a]**			17			17	17	100
Vzorky E1 a S1			17			17	17	100
Všechny výsledky	RV	>>>	17	100	Negativní			
Vzorky E2 a S2			17			17	17	100
Všechny výsledky	RV	>>>	17	100	Negativní			
(734) **Antigen Le[b]**			17			17	17	100
Vzorky E1 a S1			17			17	17	100
Všechny výsledky	RV	>>>	17	100	Pozitivní			
Vzorky E2 a S2			17			17	17	100
Všechny výsledky	RV	>>>	17	100	Negativní			
(731) **Antigen Lu[a]**			15			15	13	87
Vzorky E1 a S1			15			15	13	87
Všechny výsledky	RV	>>>	13	87	Negativní			
			2	13	Pozitivní			
Vzorky E2 a S2			15			15	13	87
Všechny výsledky	RV	>>>	13	87	Negativní			
			2	13	Pozitivní			
(732) **Antigen Lu[b]**			15			15	15	100
Vzorky E1 a S1			15			15	15	100
Všechny výsledky	RV	>>>	15	100	Pozitivní			
Vzorky E2 a S2			15			15	15	100
Všechny výsledky	RV	>>>	15	100	Pozitivní			
(726) **Antigen P1**			13			13	11	85
Vzorky E1 a S1			13			13	13	100
Všechny výsledky	RV	>>>	13	100	Negativní			

Souhrnná statistika - kvalitativní výsledky

Cyklus EHK: IH3/26 - Imunohematologie

Stop termín: 2.10.2026

Nastavení: Slovensko

Zkouška / Vzorek / Skupina	AV	N_{tot}	N_{rel} [%]	Četnosti výsledků: Výsledek	Úspěšnost N_{eva}	N_{suc}	S_{rel} [%]
Vzorky E2 a S2		13			13	11	85
Všechny výsledky		1	7,7	Neuvedeno			
		1	7,7	Negativní			
	RV >>>	11	85	Pozitivní			
(740) **Antigen Wr[a]**		2			2	2	100
Vzorky E1 a S1		2			2	2	100
Všechny výsledky	RV >>>	2	100	Negativní			
Vzorky E2 a S2		2			2	2	100
Všechny výsledky	RV >>>	2	100	Negativní			
(737) **Přímý antiglobulinový test**		59			59	57	97
Vzorky E1 a S1		59			59	58	98
Všechny výsledky	RV >>>	58	98	Negativní			
		1	1,7	Pozitivní			
Vzorky E2 a S2		59			59	58	98
Všechny výsledky	RV >>>	58	98	Negativní			
		1	1,7	Pozitivní			
(741) **Screening antierytrocytových protilátek (NAT, dárce)**		33			33	33	100
Vzorky E1 a S1		33			33	33	100
Všechny výsledky	RV >>>	33	100	Pozitivní			
Vzorky E2 a S2		33			33	33	100
Všechny výsledky	RV >>>	33	100	Pozitivní			
(743) **Screening antierytrocytových protilátek (NAT, příjemce)**		60			60	60	100
Vzorky E1 a S1		60			60	60	100
Všechny výsledky	RV >>>	60	100	Pozitivní			
Vzorky E2 a S2		60			60	60	100
Všechny výsledky	RV >>>	60	100	Pozitivní			
(745) **Screening antierytrocytových protilátek (NAT, těhotná)**		41			41	41	100
Vzorky E1 a S1		41			41	41	100
Všechny výsledky	RV >>>	41	100	Pozitivní			
Vzorky E2 a S2		41			41	41	100
Všechny výsledky	RV >>>	41	100	Pozitivní			
(747) **Screening antierytrocytových protilátek (enzymový test)**		23			23	22	96
Vzorky E1 a S1		23			23	22	96
Všechny výsledky	RV >>>	22	96	Negativní			
		1	4,3	Pozitivní			
Vzorky E2 a S2		23			23	23	100
Všechny výsledky	>	3	13	Negativní			
	RV >>>	20	87	Pozitivní			
(750) **Identifikace antierytrocytových protilátek**		15			15	15	100
Vzorky E1 a S1		15			15	15	100
Všechny výsledky	RV >>>	15	100	anti-Fya			
Vzorky E2 a S2		15			15	15	100
Všechny výsledky	>	3	20	anti-S			
	RV >>>	12	80	anti-S; anti-C			
(752) **Titrace protilátek, Vzorek 1: 1. protilátka**		15			0		
Vzorky E1 a S1		15			0		
Všechny výsledky	±	1	6,7	titr 2			
	±	2	13	titr 4			
	±	9	60	titr 8			
	±	3	20	titr 16			
(756) **Titrace protilátek, Vzorek 2: 1. protilátka**		15			0		
Vzorky E2 a S2		15			0		
Všechny výsledky	±	3	20	titr 2			
	±	5	33	titr 4			
	±	6	40	titr 8			
	±	1	6,7	titr 16			
(757) **Titrace protilátek, Vzorek 2: 2. protilátka**		4			0		
Vzorky E2 a S2		4			0		
Všechny výsledky	±	1	25	titr 0 (neměřitelný)			
	±	3	75	titr 1			

Sada 3

(761) **Test kompatibility (segment K1)**		50			50	50	100
Vzorek S1		50			50	50	100
Všechny výsledky	RV >>>	50	100	Pozitivní test			

Souhrnná statistika - kvalitativní výsledky

Cyklus EHK: IH3/26 - Imunohematologie

Stop termín: 2.10.2026

Nastavení: Slovensko

Zkouška / Vzorek / Skupina		AV	N_{tot}	N_{rel} [%]	Výsledek	Úspěšnost N_{eva}	N_{suc}	S_{rel} [%]
Vzorek S2			50			50	50	100
Všechny výsledky	RV	>>>	50	100	Negativní test			
(762) **Podat transfuzní přípravek? (segment K1) (transfuze v neurgentním režimu)**			49			0		
Vzorek S1			49			0		
Všechny výsledky		±	47	96	Nelze podat, riziko hemolýzy			
		±	2	4,1	Podmíněně výsledky dalších vyšetření, která naše laboratoř neprovádí			
Vzorek S2			49			0		
Všechny výsledky		±	13	27	Nelze podat, riziko hemolýzy			
		±	22	45	Podmíněně výsledky dalších vyšetření, která naše laboratoř neprovádí			
		±	8	16	Pouze pokud nebudou k dispozici vhodnější přípravky			
		±	6	12	Lze podat			
(764) **Test kompatibility (segment K2)**			50			50	50	100
Vzorek S1			50			50	50	100
Všechny výsledky	RV	>>>	50	100	Pozitivní test			
Vzorek S2			50			50	50	100
Všechny výsledky	RV	>>>	50	100	Negativní test			
(765) **Podat transfuzní přípravek? (segment K2) (transfuze v neurgentním režimu)**			50			0		
Vzorek S1			50			0		
Všechny výsledky		±	47	94	Nelze podat, riziko hemolýzy			
		±	3	6	Podmíněně výsledky dalších vyšetření, která naše laboratoř neprovádí			
Vzorek S2			50			0		
Všechny výsledky		±	1	2	Nelze podat, riziko hemolýzy			
		±	29	58	Podmíněně výsledky dalších vyšetření, která naše laboratoř neprovádí			
		±	10	20	Pouze pokud nebudou k dispozici vhodnější přípravky			
		±	10	20	Lze podat			