# Souhrnná statistika - kvantitativní výsledky

## Cyklus EHK: INRP2/26 - Měření INR systémy POCT

Stop termín: 5.6.2026

Nastavení: všechna data

RoM = robustní průměr
SD = směrodatná odchylka
CV = variační koeficient
$N_{tot}$ = celkový počet výsledků
$N_{out}$ = počet výsledků vyloučených před výpočtem
AV = vztažná hodnota
CVP = konsenzus všech účastníků
$U_{AV}$ = rozšířená nejistota vztažné hodnoty (k = 2)
$D_{max}$ = přijatelný rozdíl
LL = dolní mez
UL = horní mez
$N_{eva}$ = počet hodnocených výsledků
$N_{suc}$ = počet úspěšných výsledků
$S_{rel}$ = relativní úspěšnost

| Zkouška / Vzorek / Skupina | [jednotka] | RoM | SD | CV [%] | $N_{tot}$ | $N_{out}$ | Srovnatelnost | AV | $U_{AV}$ | $D_{max}$ | LL | UL | $N_{eva}$ | $N_{suc}$ | $S_{rel}$ [%] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (536) **Protrombinový test (CoaguChek)** | [-] | | | | 71 | | | | | | | | 71 | 70 | 99 |
| **Vzorek A1** | | | | | | | | | | | | | 71 | 70 | 99 |
| Všechny výsledky | | 1,76 | 0,062 | 3,5 | 71 | 0 | CVP | 1,76 | 0,018 | 20% | 1,4 | 2,12 | 71 | | |
| **Vzorek B1** | | | | | | | | | | | | | 71 | 70 | 99 |
| Všechny výsledky | | 2,27 | 0,16 | 7 | 71 | 0 | CVP | 2,27 | 0,047 | 20% | 1,81 | 2,73 | 71 | | |