Souhrnná statistika - kvantitativní výsledky

Cyklus EHK: INRP4/26 - Měření INR systémy POCT

Stop termín: 23.10.2026

Nastavení: všechna data

RoM = robustní průměr
SD = směrodatná odchylka
CV = variační koeficient
N_{tot} = celkový počet výsledků
N_{out} = počet výsledků vyloučených před výpočtem
AV = vztažná hodnota
CVP = konsenzus všech účastníků
U_{AV} = rozšířená nejistota vztažné hodnoty (k = 2)
D_{max} = přijatelný rozdíl
LL = dolní mez
UL = horní mez
N_{eva} = počet hodnocených výsledků
N_{suc} = počet úspěšných výsledků
S_{rel} = relativní úspěšnost

Zkouška / Vzorek / Skupina	[jednotka]	RoM	SD	CV [%]	N_{tot}	N_{out}	Srovnatelnost	AV	U_{AV}	D_{max}	LL	UL	N_{eva}	N_{suc}	S_{rel} [%]
(536) **Protrombinový test (CoaguChek)**	[-]				129								129	124	96
Vzorek A1													129	125	97
Všechny výsledky		4,04	0,2	5	129	0	CVP	4,04	0,044	asym.	3,2	4,9	129		
Vzorek B1													129	125	97
Všechny výsledky		1,76	0,063	3,6	129	0	CVP	1,76	0,014	asym.	1,4	2,2	129		