Souhrnná statistika - kvantitativní výsledky

Cyklus EHK: KD4/26 - Glykovaný hemoglobin

Stop termín: 30.10.2026

Nastavení: skupiny - M (princip měření); Slovensko; minimální četnost skupin n = 5

RoM = robustní průměr
SD = směrodatná odchylka
CV = variační koeficient
N_{tot} = celkový počet výsledků
N_{out} = počet výsledků vyloučených před výpočtem
AV = vztažná hodnota
CVP = konsenzus všech účastníků
U_{AV} = rozšířená nejistota vztažné hodnoty (k = 2)
D_{max} = přijatelný rozdíl
LL = dolní mez
UL = horní mez
N_{eva} = počet hodnocených výsledků
N_{suc} = počet úspěšných výsledků
S_{rel} = relativní úspěšnost

Zkouška / Vzorek / Skupina	[jednotka]	RoM	SD	CV [%]	N_{tot}	N_{out}	Srovnatelnost	AV	U_{AV}	D_{max}	LL	UL	N_{eva}	N_{suc}	S_{rel} [%]
(220) **Hemoglobin A_{1c}**	[mmol/mol]				29								29	28	97
Vzorek A		62,3	2,9	4,6	29		CVP	61,5	0,42	asym.	55	68	29	28	97
(1) HPLC, LC		63,2	3,2	5	18	0							18		
(4) Imunochemické metody		60,7	1,4	2,3	11	0							11		
Vzorek B		44,8	2,5	5,5	29		CVP	44,7	0,32	asym.	40	50	29	29	100
(1) HPLC, LC		44,9	2,8	6,3	18	0							18		
(4) Imunochemické metody		44,6	2	4,4	11	0							11		