Souhrnná statistika - kvantitativní výsledky

Cyklus EHK: KD4/26 - Glykovaný hemoglobin

Stop termín: 30.10.2026

Nastavení: skupiny - R (výrobce reagencií); minimální četnost skupin n = 5

RoM = robustní průměr
SD = směrodatná odchylka
CV = variační koeficient
N_{tot} = celkový počet výsledků
N_{out} = počet výsledků vyloučených před výpočtem
AV = vztažná hodnota
CVP = konsenzus všech účastníků
U_{AV} = rozšířená nejistota vztažné hodnoty (k = 2)
D_{max} = přijatelný rozdíl
LL = dolní mez
UL = horní mez
N_{eva} = počet hodnocených výsledků
N_{suc} = počet úspěšných výsledků
S_{rel} = relativní úspěšnost

Zkouška / **Vzorek** / Skupina	[jednotka]	RoM	SD	CV [%]	N_{tot}	N_{out}	**Srovnatelnost**	AV	U_{AV}	D_{max}	LL	UL	N_{eva}	N_{suc}	S_{rel} [%]
(220) **Hemoglobin A_{1c}**	[mmol/mol]				192								192	186	97
Vzorek A		61,5	2,4	3,9	192		CVP	61,5	0,42	asym.	55	68	192	189	98
(14) Bio-Rad		63,1	2,2	3,6	39	0							39		
(25) TOSOH		63,1	1,4	2,2	44	0							44		
(34) Sebia		59,9	0,94	1,6	20	0							20		
(60) Roche		60,4	2	3,3	20	0							20		
(150) Arkray		60,7	1,6	2,6	56	0							56		
Ostatní					13	0							13		
							4x 1, 3x 46, 2x 58, 2x 162, 1x 177, 1x 999								
Vzorek B		44,7	1,8	4,1	192		CVP	44,7	0,32	asym.	40	50	192	188	98
(14) Bio-Rad		45	2,3	5	39	0							39		
(25) TOSOH		45,7	1,3	2,8	44	0							44		
(34) Sebia		43,5	0,83	1,9	20	0							20		
(60) Roche		44,8	2,2	4,9	20	0							20		
(150) Arkray		44,3	1,2	2,8	56	0							56		
Ostatní					13	0							13		
							4x 1, 3x 46, 2x 58, 2x 162, 1x 177, 1x 999								