# Souhrnná statistika - kvantitativní výsledky

## Cyklus EHK: KO8/26 - Krevní obraz

Stop termín: 23.10.2026

Nastavení: skupiny - P (výrobce přístroje); minimální četnost skupin n = 5

RoM = robustní průměr
SD = směrodatná odchylka
CV = variační koeficient
$N_{tot}$ = celkový počet výsledků
$N_{out}$ = počet výsledků vyloučených před výpočtem
AV = vztažná hodnota
CVP = konsenzus všech účastníků
CVPG = konsenzus skupin účastníků
$U_{AV}$ = rozšířená nejistota vztažné hodnoty (k = 2)
$D_{max}$ = přijatelný rozdíl
LL = dolní mez
UL = horní mez
$N_{eva}$ = počet hodnocených výsledků
$N_{suc}$ = počet úspěšných výsledků
$S_{rel}$ = relativní úspěšnost

| Zkouška / Vzorek / Skupina | [jednotka] | RoM | SD | CV [%] | $N_{tot}$ | $N_{out}$ | Srovnatelnost | AV | $U_{AV}$ | $D_{max}$ | LL | UL | $N_{eva}$ | $N_{suc}$ | $S_{rel}$ [%] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (150) **Leukocyty** | [$\cdot 10^9$/L] | | | | 179 | | | | | | | | 179 | 171 | 96 |
| **Vzorek A** | | 6,68 | 0,35 | 5,2 | 179 | | CVP | 6,68 | 0,064 | 15% | 5,67 | 7,69 | 179 | 171 | 96 |
| (1) Abbott | | 5,89 | 0,56 | 9,6 | 10 | 0 | | | | | | | 10 | | |
| (63) Sysmex | | 6,82 | 0,21 | 3,1 | 96 | 0 | | | | | | | 96 | | |
| (157) Nihon Kohden | | 6,1 | 0,45 | 7,3 | 14 | 0 | | | | | | | 14 | | |
| (177) Mindray | | 6,65 | 0,37 | 5,6 | 52 | 0 | | | | | | | 52 | | |
| Ostatní | | | | | 7 | 0 | | | | | | | 7 | | |
| | | | | | | | 2x 12, 2x 179, 1x 204, 1x 205, 1x 999 | | | | | | | | |
| **Vzorek B** | | 6,01 | 0,21 | 3,4 | 179 | | CVP | 6,01 | 0,038 | 15% | 5,1 | 6,92 | 179 | 178 | 99 |
| (1) Abbott | | 5,82 | 0,42 | 7,2 | 10 | 0 | | | | | | | 10 | | |
| (63) Sysmex | | 6,08 | 0,15 | 2,4 | 96 | 0 | | | | | | | 96 | | |
| (157) Nihon Kohden | | 5,88 | 0,19 | 3,2 | 14 | 0 | | | | | | | 14 | | |
| (177) Mindray | | 5,97 | 0,24 | 4 | 52 | 0 | | | | | | | 52 | | |
| Ostatní | | | | | 7 | 0 | | | | | | | 7 | | |
| | | | | | | | 2x 12, 2x 179, 1x 204, 1x 205, 1x 999 | | | | | | | | |
| (151) **Erytrocyty** | [$\cdot 10^{12}$/L] | | | | 179 | | | | | | | | 179 | 175 | 98 |
| **Vzorek A** | | 3,54 | 0,07 | 2 | 179 | | CVP | 3,54 | 0,013 | 7% | 3,29 | 3,79 | 179 | 177 | 99 |
| (1) Abbott | | 3,52 | 0,088 | 2,5 | 10 | 0 | | | | | | | 10 | | |
| (63) Sysmex | | 3,52 | 0,049 | 1,4 | 96 | 0 | | | | | | | 96 | | |
| (157) Nihon Kohden | | 3,62 | 0,059 | 1,6 | 14 | 0 | | | | | | | 14 | | |
| (177) Mindray | | 3,57 | 0,078 | 2,2 | 52 | 0 | | | | | | | 52 | | |
| Ostatní | | | | | 7 | 0 | | | | | | | 7 | | |
| | | | | | | | 2x 12, 2x 179, 1x 204, 1x 205, 1x 999 | | | | | | | | |
| **Vzorek B** | | 4,09 | 0,075 | 1,8 | 179 | | CVP | 4,09 | 0,014 | 7% | 3,8 | 4,38 | 179 | 175 | 98 |
| (1) Abbott | | 4,06 | 0,074 | 1,8 | 10 | 0 | | | | | | | 10 | | |
| (63) Sysmex | | 4,07 | 0,059 | 1,5 | 96 | 0 | | | | | | | 96 | | |
| (157) Nihon Kohden | | 4,18 | 0,11 | 2,7 | 14 | 0 | | | | | | | 14 | | |
| (177) Mindray | | 4,11 | 0,08 | 1,9 | 52 | 0 | | | | | | | 52 | | |
| Ostatní | | | | | 7 | 0 | | | | | | | 7 | | |
| | | | | | | | 2x 12, 2x 179, 1x 204, 1x 205, 1x 999 | | | | | | | | |
| (152) **Hemoglobin** | [g/L] | | | | 186 | | | | | | | | 186 | 184 | 99 |
| **Vzorek A** | | 123 | 1,9 | 1,6 | 186 | | CVP | 123 | 0,35 | 6% | 115 | 131 | 186 | 185 | 99 |
| (1) Abbott | | 126 | 2,4 | 1,9 | 10 | 0 | | | | | | | 10 | | |
| (61) Radiometer | | 125 | 1,5 | 1,2 | 6 | 0 | | | | | | | 6 | | |
| (63) Sysmex | | 122 | 1,6 | 1,3 | 96 | 0 | | | | | | | 96 | | |
| (157) Nihon Kohden | | 123 | 2,3 | 1,9 | 14 | 0 | | | | | | | 14 | | |
| (177) Mindray | | 123 | 1,7 | 1,4 | 52 | 0 | | | | | | | 52 | | |
| Ostatní | | | | | 8 | 0 | | | | | | | 8 | | |
| | | | | | | | 2x 12, 2x 179, 1x 204, 1x 205, 1x 206, 1x 999 | | | | | | | | |
| **Vzorek B** | | 120 | 1,9 | 1,6 | 186 | | CVP | 120 | 0,34 | 6% | 112 | 128 | 186 | 184 | 99 |
| (1) Abbott | | 122 | 2,2 | 1,8 | 10 | 0 | | | | | | | 10 | | |
| (61) Radiometer | | 122 | 1,5 | 1,2 | 6 | 0 | | | | | | | 6 | | |
| (63) Sysmex | | 119 | 1,6 | 1,4 | 96 | 0 | | | | | | | 96 | | |
| (157) Nihon Kohden | | 120 | 3 | 2,5 | 14 | 0 | | | | | | | 14 | | |
| (177) Mindray | | 120 | 1,6 | 1,4 | 52 | 0 | | | | | | | 52 | | |
| Ostatní | | | | | 8 | 0 | | | | | | | 8 | | |
| | | | | | | | 2x 12, 2x 179, 1x 204, 1x 205, 1x 206, 1x 999 | | | | | | | | |
| (153) **Hematokrit** | [-] | | | | 173 | | | | | | | | 173 | 171 | 99 |
| **Vzorek A** | | 0,374 | 0,009 | 2,4 | 173 | | CVP | 0,374 | 0,002 | 10% | 0,336 | 0,412 | 173 | 173 | 100 |
| (1) Abbott | | 0,376 | 0,017 | 4,6 | 10 | 0 | | | | | | | 10 | | |
| (63) Sysmex | | 0,377 | 0,007 | 1,8 | 96 | 0 | | | | | | | 96 | | |
| (157) Nihon Kohden | | 0,367 | 0,02 | 5,5 | 8 | 0 | | | | | | | 8 | | |
| (177) Mindray | | 0,369 | 0,01 | 2,6 | 52 | 0 | | | | | | | 52 | | |
| Ostatní | | | | | 7 | 0 | | | | | | | 7 | | |
| | | | | | | | 2x 12, 2x 179, 1x 204, 1x 205, 1x 999 | | | | | | | | |
| **Vzorek B** | | 0,372 | 0,01 | 2,7 | 173 | | CVP | 0,372 | 0,002 | 10% | 0,334 | 0,41 | 173 | 171 | 99 |
| (1) Abbott | | 0,37 | 0,012 | 3,3 | 10 | 0 | | | | | | | 10 | | |
| (63) Sysmex | | 0,376 | 0,007 | 1,9 | 96 | 0 | | | | | | | 96 | | |
| (157) Nihon Kohden | | 0,363 | 0,022 | 5,9 | 8 | 0 | | | | | | | 8 | | |
| (177) Mindray | | 0,365 | 0,009 | 2,6 | 52 | 0 | | | | | | | 52 | | |
| Ostatní | | | | | 7 | 0 | | | | | | | 7 | | |
| | | | | | | | 2x 12, 2x 179, 1x 204, 1x 205, 1x 999 | | | | | | | | |

# Souhrnná statistika - kvantitativní výsledky

## Cyklus EHK: KO8/26 - Krevní obraz

Stop termín: 23.10.2026

Nastavení: skupiny - P (výrobce přístroje); minimální četnost skupin n = 5

| Zkouška / Vzorek / Skupina | [jednotka] | RoM | SD | CV [%] | $N_{tot}$ | $N_{out}$ | Srovnatelnost | AV | $U_{AV}$ | $D_{max}$ | LL | UL | $N_{eva}$ | $N_{suc}$ | $S_{rel}$ [%] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (154) **MCV** | [fL] | | | | 173 | | | | | | | | 173 | 171 | 99 |
| **Vzorek A** | | 106 | 2,7 | 2,6 | 173 | | CVP | 106 | 0,51 | 10% | 95,4 | 117 | 173 | 172 | 99 |
| (1) Abbott | | 107 | 3 | 2,8 | 10 | 0 | | | | | | | 10 | | |
| (63) Sysmex | | 107 | 1,7 | 1,6 | 96 | 0 | | | | | | | 96 | | |
| (157) Nihon Kohden | | 101 | 4,2 | 4,1 | 8 | 0 | | | | | | | 8 | | |
| (177) Mindray | | 103 | 2,6 | 2,6 | 52 | 0 | | | | | | | 52 | | |
| Ostatní | | | | | 7 | 0 | | | | | | | 7 | | |
| | | | | | | | 2x 12, 2x 179, 1x 204, 1x 205, 1x 999 | | | | | | | | |
| **Vzorek B** | | 91,1 | 2,5 | 2,7 | 173 | | CVP | 91,1 | 0,47 | 10% | 81,9 | 101 | 173 | 171 | 99 |
| (1) Abbott | | 91,2 | 1,8 | 2 | 10 | 0 | | | | | | | 10 | | |
| (63) Sysmex | | 92,5 | 1,4 | 1,5 | 96 | 0 | | | | | | | 96 | | |
| (157) Nihon Kohden | | 86,3 | 3 | 3,5 | 8 | 0 | | | | | | | 8 | | |
| (177) Mindray | | 88,7 | 2,3 | 2,6 | 52 | 0 | | | | | | | 52 | | |
| Ostatní | | | | | 7 | 0 | | | | | | | 7 | | |
| | | | | | | | 2x 12, 2x 179, 1x 204, 1x 205, 1x 999 | | | | | | | | |
| (156) **RDW** | [%] | | | | 155 | | | | | | | | 144 | 141 | 98 |
| **Vzorek A** | | 12 | 0,28 | 2,4 | 155 | | | | | | | | 144 | 141 | 98 |
| (63) Sysmex | | 12,1 | 0,17 | 1,4 | 95 | 0 | CVPG | 12,1 | 0,043 | 10% | 10,8 | 13,4 | 95 | | |
| (157) Nihon Kohden | | 10,4 | 1,1 | 11 | 7 | 0 | CVPG | 10,4 | 1,1 | 10% | 9,36 | 11,5 | 7 | | |
| (177) Mindray | | 11,9 | 0,31 | 2,6 | 42 | 0 | CVPG | 11,9 | 0,12 | 10% | 10,7 | 13,1 | 42 | | |
| Ostatní | | | | | 11 | 0 | | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | | 4x 1, 2x 12, 2x 179, 1x 204, 1x 205, 1x 999 | | | | | | | | |
| **Vzorek B** | | 12,4 | 0,26 | 2,1 | 155 | | | | | | | | 144 | 142 | 99 |
| (63) Sysmex | | 12,3 | 0,17 | 1,4 | 95 | 0 | CVPG | 12,3 | 0,043 | 10% | 11 | 13,6 | 95 | | |
| (157) Nihon Kohden | | 11,3 | 1,2 | 10 | 7 | 0 | CVPG | 11,3 | 1,2 | 10% | 10,1 | 12,5 | 7 | | |
| (177) Mindray | | 12,6 | 0,23 | 1,8 | 42 | 0 | CVPG | 12,6 | 0,088 | 10% | 11,3 | 13,9 | 42 | | |
| Ostatní | | | | | 11 | 0 | | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | | 4x 1, 2x 12, 2x 179, 1x 204, 1x 205, 1x 999 | | | | | | | | |
| (155) **Trombocyty** | [$\cdot 10^9$/L] | | | | 179 | | | | | | | | 179 | 172 | 96 |
| **Vzorek A** | | 253 | 14 | 5,4 | 179 | | CVP | 253 | 2,5 | 18% | 207 | 299 | 179 | 174 | 97 |
| (1) Abbott | | 281 | 37 | 13 | 10 | 0 | | | | | | | 10 | | |
| (63) Sysmex | | 253 | 12 | 4,8 | 96 | 0 | | | | | | | 96 | | |
| (157) Nihon Kohden | | 249 | 17 | 6,9 | 14 | 0 | | | | | | | 14 | | |
| (177) Mindray | | 252 | 13 | 5,3 | 52 | 0 | | | | | | | 52 | | |
| Ostatní | | | | | 7 | 0 | | | | | | | 7 | | |
| | | | | | | | 2x 12, 2x 179, 1x 204, 1x 205, 1x 999 | | | | | | | | |
| **Vzorek B** | | 311 | 17 | 5,5 | 179 | | CVP | 311 | 3,1 | 18% | 255 | 367 | 179 | 175 | 98 |
| (1) Abbott | | 333 | 39 | 12 | 10 | 0 | | | | | | | 10 | | |
| (63) Sysmex | | 312 | 14 | 4,6 | 96 | 0 | | | | | | | 96 | | |
| (157) Nihon Kohden | | 300 | 25 | 8,2 | 14 | 0 | | | | | | | 14 | | |
| (177) Mindray | | 311 | 17 | 5,6 | 52 | 0 | | | | | | | 52 | | |
| Ostatní | | | | | 7 | 0 | | | | | | | 7 | | |
| | | | | | | | 2x 12, 2x 179, 1x 204, 1x 205, 1x 999 | | | | | | | | |
| (157) **MPV** | [fL] | | | | 152 | | | | | | | | 139 | 138 | 99 |
| **Vzorek A** | | 9,23 | 0,33 | 3,6 | 152 | | | | | | | | 139 | 139 | 100 |
| (63) Sysmex | | 9,4 | 0,17 | 1,8 | 95 | 0 | CVPG | 9,4 | 0,044 | 18% | 7,7 | 11,1 | 95 | | |
| (177) Mindray | | 8,98 | 0,27 | 3 | 44 | 0 | CVPG | 8,98 | 0,1 | 18% | 7,36 | 10,6 | 44 | | |
| Ostatní | | | | | 13 | 0 | | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | | 3x 1, 2x 12, 3x 157, 2x 179, 1x 204, 1x 205, 1x 999 | | | | | | | | |
| **Vzorek B** | | 9,53 | 0,36 | 3,7 | 152 | | | | | | | | 139 | 138 | 99 |
| (63) Sysmex | | 9,69 | 0,23 | 2,4 | 95 | 0 | CVPG | 9,69 | 0,058 | 18% | 7,94 | 11,5 | 95 | | |
| (177) Mindray | | 9,34 | 0,27 | 2,9 | 44 | 1 | CVPG | 9,34 | 0,1 | 18% | 7,65 | 11,1 | 44 | | |
| Ostatní | | | | | 13 | 0 | | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | | 3x 1, 2x 12, 3x 157, 2x 179, 1x 204, 1x 205, 1x 999 | | | | | | | | |
| (129) **Nezralá frakce trombocytů** | [%] | | | | 36 | | | | | | | | 35 | 31 | 89 |
| **Vzorek A** | | 2,11 | 0,44 | 21 | 36 | | | | | | | | 35 | 32 | 91 |
| (63) Sysmex | | 2,23 | 0,34 | 15 | 25 | 0 | CVPG | 2,23 | 0,17 | 40% | 1,33 | 3,13 | 25 | | |
| (177) Mindray | | 1,49 | 0,73 | 49 | 10 | 2 | CVPG | 1,49 | 0,55 | 40% | 0,894 | 2,09 | 10 | | |
| Ostatní | | | | | 1 | 0 | | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | | 1x 1 | | | | | | | | |
| **Vzorek B** | | 1,51 | 0,33 | 22 | 36 | | | | | | | | 35 | 31 | 89 |
| (63) Sysmex | | 1,46 | 0,25 | 17 | 25 | 0 | CVPG | 1,46 | 0,12 | 40% | 0,876 | 2,05 | 25 | | |
| (177) Mindray | | 1,75 | 0,67 | 38 | 10 | 1 | CVPG | 1,75 | 0,82 | 40% | 1,05 | 2,45 | 10 | | |
| Ostatní | | | | | 1 | 0 | | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | | 1x 1 | | | | | | | | |
| (158) **PDW [%]** | [%] | | | | 5 | | | | | | | | 0 | | |
| **Vzorek A** | | 17,5 | 0,77 | 4,4 | 5 | | | | | | | | 0 | | |
| Ostatní | | | | | 5 | 0 | | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | | 3x 157, 1x 179, 1x 205 | | | | | | | | |

# Souhrnná statistika - kvantitativní výsledky

## Cyklus EHK: KO8/26 - Krevní obraz

Stop termín: 23.10.2026

Nastavení: skupiny - P (výrobce přístroje); minimální četnost skupin n = 5

| Zkouška / Vzorek / Skupina | [jednotka] | RoM | SD | CV [%] | $N_{tot}$ | $N_{out}$ | Srovnatelnost | AV | $U_{AV}$ | $D_{max}$ | LL | UL | $N_{eva}$ | $N_{suc}$ | $S_{rel}$ [%] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vzorek B** | | 17,6 | 0,37 | 2,1 | 5 | | | | | | | | 0 | | |
| Ostatní | | | | | 5 | 0 | | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | | 3x 157, 1x 179, 1x 205 | | | | | | | | |
| (165) **PDW [fL]** | [fL] | | | | 89 | | | | | | | | 89 | 89 | 100 |
| **Vzorek A** | | | | | | | | | | | | | 89 | 89 | 100 |
| (63) Sysmex | | 9,42 | 0,42 | 4,5 | 89 | 0 | CVP | 9,42 | 0,11 | 15% | 8 | 10,9 | 89 | | |
| **Vzorek B** | | | | | | | | | | | | | 89 | 89 | 100 |
| (63) Sysmex | | 10,5 | 0,48 | 4,5 | 89 | 0 | CVP | 10,5 | 0,12 | 15% | 8,92 | 12,1 | 89 | | |
| (166) **PDW [-]** | [-] | | | | 32 | | | | | | | | 32 | 31 | 97 |
| **Vzorek A** | | 15,8 | 0,16 | 1 | 32 | | CVP | 15,8 | 0,071 | 15% | 13,4 | 18,2 | 32 | 31 | 97 |
| (177) Mindray | | 15,8 | 0,15 | 0,98 | 31 | 0 | | | | | | | 31 | | |
| Ostatní | | | | | 1 | 0 | | | | | | | 1 | | |
| | | | | | | | 1x 999 | | | | | | | | |
| **Vzorek B** | | 15,8 | 0,14 | 0,89 | 32 | | CVP | 15,8 | 0,061 | 15% | 13,4 | 18,2 | 32 | 31 | 97 |
| (177) Mindray | | 15,8 | 0,13 | 0,84 | 31 | 0 | | | | | | | 31 | | |
| Ostatní | | | | | 1 | 0 | | | | | | | 1 | | |
| | | | | | | | 1x 999 | | | | | | | | |
| (160) **Neutrofily** | [·$10^9$/L] | | | | 137 | | | | | | | | 137 | 133 | 97 |
| **Vzorek A** | | 4,06 | 0,18 | 4,4 | 137 | | CVP | 4,06 | 0,038 | 25% | 3,04 | 5,08 | 137 | 133 | 97 |
| (63) Sysmex | | 4,07 | 0,14 | 3,6 | 88 | 0 | | | | | | | 88 | | |
| (177) Mindray | | 4,09 | 0,25 | 6 | 41 | 1 | | | | | | | 41 | | |
| Ostatní | | | | | 8 | 0 | | | | | | | 8 | | |
| | | | | | | | 2x 1, 2x 12, 2x 179, 1x 204, 1x 999 | | | | | | | | |
| **Vzorek B** | | 3,47 | 0,12 | 3,5 | 137 | | CVP | 3,47 | 0,026 | 25% | 2,6 | 4,34 | 137 | 136 | 99 |
| (63) Sysmex | | 3,47 | 0,091 | 2,6 | 88 | 0 | | | | | | | 88 | | |
| (177) Mindray | | 3,5 | 0,18 | 5,1 | 41 | 0 | | | | | | | 41 | | |
| Ostatní | | | | | 8 | 0 | | | | | | | 8 | | |
| | | | | | | | 2x 1, 2x 12, 2x 179, 1x 204, 1x 999 | | | | | | | | |
| (161) **Lymfocyty** | [·$10^9$/L] | | | | 139 | | | | | | | | 139 | 137 | 99 |
| **Vzorek A** | | 2,11 | 0,1 | 4,9 | 139 | | CVP | 2,11 | 0,022 | 25% | 1,58 | 2,64 | 139 | 137 | 99 |
| (63) Sysmex | | 2,14 | 0,078 | 3,6 | 89 | 0 | | | | | | | 89 | | |
| (177) Mindray | | 2,05 | 0,12 | 5,7 | 41 | 0 | | | | | | | 41 | | |
| Ostatní | | | | | 9 | 0 | | | | | | | 9 | | |
| | | | | | | | 3x 1, 2x 12, 2x 179, 1x 204, 1x 999 | | | | | | | | |
| **Vzorek B** | | 1,85 | 0,085 | 4,6 | 139 | | CVP | 1,85 | 0,018 | 25% | 1,38 | 2,32 | 139 | 139 | 100 |
| (63) Sysmex | | 1,86 | 0,08 | 4,3 | 89 | 0 | | | | | | | 89 | | |
| (177) Mindray | | 1,84 | 0,088 | 4,8 | 41 | 0 | | | | | | | 41 | | |
| Ostatní | | | | | 9 | 0 | | | | | | | 9 | | |
| | | | | | | | 3x 1, 2x 12, 2x 179, 1x 204, 1x 999 | | | | | | | | |
| (162) **Monocyty** | [·$10^9$/L] | | | | 137 | | | | | | | | 137 | 132 | 96 |
| **Vzorek A** | | 0,446 | 0,075 | 17 | 137 | | CVP | 0,446 | 0,016 | 50% | 0,223 | 0,669 | 137 | 134 | 98 |
| (63) Sysmex | | 0,488 | 0,033 | 6,8 | 88 | 0 | | | | | | | 88 | | |
| (177) Mindray | | 0,374 | 0,04 | 11 | 41 | 0 | | | | | | | 41 | | |
| Ostatní | | | | | 8 | 0 | | | | | | | 8 | | |
| | | | | | | | 2x 1, 2x 12, 2x 179, 1x 204, 1x 999 | | | | | | | | |
| **Vzorek B** | | 0,437 | 0,072 | 17 | 137 | | CVP | 0,437 | 0,015 | 50% | 0,218 | 0,656 | 137 | 133 | 97 |
| (63) Sysmex | | 0,473 | 0,038 | 8 | 88 | 0 | | | | | | | 88 | | |
| (177) Mindray | | 0,366 | 0,037 | 10 | 41 | 0 | | | | | | | 41 | | |
| Ostatní | | | | | 8 | 0 | | | | | | | 8 | | |
| | | | | | | | 2x 1, 2x 12, 2x 179, 1x 204, 1x 999 | | | | | | | | |
| (163) **Eozinofily** | [·$10^9$/L] | | | | 136 | | | | | | | | 136 | 133 | 98 |
| **Vzorek A** | | 0,102 | 0,015 | 15 | 136 | | CVP | 0,102 | 0,003 | 50% | 0,051 | 0,153 | 136 | 134 | 99 |
| (63) Sysmex | | 0,102 | 0,014 | 14 | 88 | 0 | | | | | | | 88 | | |
| (177) Mindray | | 0,102 | 0,016 | 15 | 40 | 0 | | | | | | | 40 | | |
| Ostatní | | | | | 8 | 0 | | | | | | | 8 | | |
| | | | | | | | 2x 1, 2x 12, 2x 179, 1x 204, 1x 999 | | | | | | | | |
| **Vzorek B** | | 0,226 | 0,026 | 12 | 136 | | CVP | 0,226 | 0,006 | 50% | 0,113 | 0,339 | 136 | 135 | 99 |
| (63) Sysmex | | 0,225 | 0,026 | 12 | 88 | 0 | | | | | | | 88 | | |
| (177) Mindray | | 0,23 | 0,026 | 11 | 40 | 0 | | | | | | | 40 | | |
| Ostatní | | | | | 8 | 0 | | | | | | | 8 | | |
| | | | | | | | 2x 1, 2x 12, 2x 179, 1x 204, 1x 999 | | | | | | | | |
| (164) **Bazofily** | [·$10^9$/L] | | | | 136 | | | | | | | | 136 | 133 | 98 |
| **Vzorek A** | | 0,036 | 0,02 | 54 | 136 | | CVP | 0,036 | 0,004 | asym. | 0 | 0,201 | 136 | 133 | 98 |
| (63) Sysmex | | 0,04 | 0,015 | 38 | 88 | 0 | | | | | | | 88 | | |
| (177) Mindray | | 0,028 | 0,02 | 70 | 40 | 0 | | | | | | | 40 | | |
| Ostatní | | | | | 8 | 0 | | | | | | | 8 | | |
| | | | | | | | 2x 1, 2x 12, 2x 179, 1x 204, 1x 999 | | | | | | | | |
| **Vzorek B** | | 0,06 | 0,019 | 32 | 136 | | CVP | 0,06 | 0,004 | asym. | 0 | 0,181 | 136 | 136 | 100 |
| (63) Sysmex | | 0,066 | 0,013 | 19 | 88 | 0 | | | | | | | 88 | | |
| (177) Mindray | | 0,046 | 0,028 | 60 | 40 | 0 | | | | | | | 40 | | |

# Souhrnná statistika - kvantitativní výsledky

## Cyklus EHK: KO8/26 - Krevní obraz

Stop termín: 23.10.2026

Nastavení: skupiny - P (výrobce přístroje); minimální četnost skupin n = 5

| Zkouška / Vzorek / Skupina | [jednotka] | RoM | SD | CV [%] | $N_{tot}$ | $N_{out}$ | Srovnatelnost AV | $U_{AV}$ | $D_{max}$ | LL | UL | $N_{eva}$ | $N_{suc}$ | $S_{rel}$ [%] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ostatní | | | | | 8 | 0 | 2x 1, 2x 12, 2x 179, 1x 204, 1x 999 | | | | | 8 | | |