Souhrnná statistika - kvalitativní výsledky

Cyklus EHK: STA2/26 - Streptokok A – průkaz

Stop termín: 26.6.2026

Nastavení: skupiny - S (měřicí systém)

AV = vztažná hodnota
CVP = konsenzus všech účastníků
>>> ... očekávaný výsledek
> ... akceptovatelný výsledek
± ... nehodnocený výsledek

N_{tot} = celkový počet výsledků
N_{rel} = relativní počet výsledků

N_{eva} = počet hodnocených výsledků
N_{suc} = počet úspěšných výsledků
S_{rel} = relativní úspěšnost

Zkouška / Vzorek / Skupina	AV	N_{tot}	N_{rel} [%]	Výsledek	Úspěšnost N_{eva}	N_{suc}	S_{rel} [%]
(287) **Streptokok A - průkaz**		77			77	75	97
Vzorek A		77			77	75	97
(0) neuvedeno	CVP >>>	5	6,5	Pozitivní			
(130) Aidian QuikRead 101		1	1,3	Negativní			
(134) Aidian QuikRead go		1	1,3	Negativní			
	CVP >>>	66	86	Pozitivní			
(139) SD Biosensor Standard F200	CVP >>>	3	3,9	Pozitivní			
(999) jiný systém	CVP >>>	1	1,3	Pozitivní			
Vzorek B		77			77	76	99
(0) neuvedeno	CVP >>>	5	6,5	Negativní			
(130) Aidian QuikRead 101		1	1,3	Pozitivní			
(134) Aidian QuikRead go	CVP >>>	67	87	Negativní			
(139) SD Biosensor Standard F200	CVP >>>	3	3,9	Negativní			
(999) jiný systém	CVP >>>	1	1,3	Negativní			