

Legenda:	>>> ... označuje správný (očekávaný) výsledek	N ... počet výsledků
	> ... označuje podmíněně správný (ještě akceptovatelný) výsledek	Nrel ... relativní počet výsledků
	± ... označuje nehodnocený výsledek	

Zkouška	Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N _{rel}
(1076) ER pozice 1	Skla EHK	Všechny výsledky	>>> 63	Negativní	100 %
		Celkem za vzorek: n = 63	Úspěšnost: 100 %		
					Celková úspěšnost: 100 %
(1077) ER pozice 2	Skla EHK	Všechny výsledky	>>> 63	Pozitivní	100 %
		Celkem za vzorek: n = 63	Úspěšnost: 100 %		
					Celková úspěšnost: 100 %
(1078) ER pozice 3	Skla EHK	Všechny výsledky	>>> 63	Pozitivní	100 %
		Celkem za vzorek: n = 63	Úspěšnost: 100 %		
					Celková úspěšnost: 100 %
(1079) ER pozice 4	Skla EHK	Všechny výsledky	>>> 63	Negativní	100 %
		Celkem za vzorek: n = 63	Úspěšnost: 100 %		
					Celková úspěšnost: 100 %
(1080) ER pozice 5	Skla EHK	Všechny výsledky	>>> 63	Pozitivní	100 %
		Celkem za vzorek: n = 63	Úspěšnost: 100 %		
					Celková úspěšnost: 100 %
(1081) ER pozice 6	Skla EHK	Všechny výsledky	>>> 63	Pozitivní	100 %
		Celkem za vzorek: n = 63	Úspěšnost: 100 %		
					Celková úspěšnost: 100 %
(1082) ER pozice 7	Skla EHK	Všechny výsledky	>>> 63	Pozitivní	100 %
		Celkem za vzorek: n = 63	Úspěšnost: 100 %		
					Celková úspěšnost: 100 %
(1083) ER pozice 8	Skla EHK	Všechny výsledky	>>> 63	Negativní	100 %
		Celkem za vzorek: n = 63	Úspěšnost: 100 %		
					Celková úspěšnost: 100 %
(1084) ER pozice 9	Skla EHK	Všechny výsledky	>>> 63	Pozitivní	100 %
		Celkem za vzorek: n = 63	Úspěšnost: 100 %		
					Celková úspěšnost: 100 %
(1085) ER pozice 10	Skla EHK	Všechny výsledky	>>> 63	Pozitivní	100 %
		Celkem za vzorek: n = 63	Úspěšnost: 100 %		
					Celková úspěšnost: 100 %
(1096) PgR pozice 1	Skla EHK	Všechny výsledky	>>> 63	Pozitivní	100 %
		Celkem za vzorek: n = 63	Úspěšnost: 100 %		
					Celková úspěšnost: 100 %
(1097) PgR pozice 2	Skla EHK	Všechny výsledky	± 14	Negativní	22 %
			± 49	Pozitivní	78 %
		Celkem za vzorek: n = 63	Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit		
(1098) PgR pozice 3	Skla EHK	Všechny výsledky	2	Negativní	3,2 %
			>>> 61	Pozitivní	97 %
		Celkem za vzorek: n = 63	Úspěšnost: 97 %		
					Celková úspěšnost: 97 %
(1099) PgR pozice 4	Skla EHK	Všechny výsledky	>>> 61	Negativní	97 %
			2	Pozitivní	3,2 %
		Celkem za vzorek: n = 63	Úspěšnost: 97 %		
					Celková úspěšnost: 97 %
(1100) PgR pozice 5	Skla EHK	Všechny výsledky	>>> 63	Pozitivní	100 %

Cyklus EHK: HR1/21 - Hormonální receptory

Zkouška

Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N _{rel}
Celkem za vzorek: n = 63		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

(1101) PgR pozice 6

Skla EHK	Všechny výsledky	>>> 63	Pozitivní	100 %
Celkem za vzorek: n = 63		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

(1102) PgR pozice 7

Skla EHK	Všechny výsledky	>>> 63	Pozitivní	100 %
Celkem za vzorek: n = 63		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

(1103) PgR pozice 8

Skla EHK	Všechny výsledky	>>> 61	Negativní	97 %
		2	Pozitivní	3,2 %
Celkem za vzorek: n = 63		Úspěšnost: 97 %		
Celková úspěšnost: 97 %				

(1104) PgR pozice 9

Skla EHK	Všechny výsledky	>>> 63	Pozitivní	100 %
Celkem za vzorek: n = 63		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

(1105) PgR pozice 10

Skla EHK	Všechny výsledky	± 40	Negativní	63 %
		± 23	Pozitivní	37 %
Celkem za vzorek: n = 63		Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit		

st_kl

Konec sestavy

Vytlačeno: 09.03.2021