

Cyklus EHK: CRC2/23 - Kolorektální karcinom

Stop termín: 19.9.2023

Nastavení: všechna data

AV = vztažná hodnota

CVE = konsenzus expertů

>>> ... očekávaný výsledek

> ... akceptovatelný výsledek

± ... nehodnocený výsledek

N_{tot} = celkový počet výsledkůN_{rel} = relativní počet výsledkůN_{eva} = počet hodnocených výsledkůN_{suc} = počet úspěšných výsledkůS_{rel} = relativní úspěšnost

Zkouška Vzorek Skupina	Četnosti výsledků				Úspěšnost		
	AV	N _{tot}	N _{rel} [%]	Výsledek	N _{eva}	N _{suc}	S _{rel} [%]
(1130) KRAS		44			44	41	93
Vzorek A		44			44	44	100
Všechny výsledky	>	2	4,5	Mutace v exonu 2 (nejsme schopni detailně specifikovat)			
	CVE >>>	42	95	c.38G>A,p.G13D			
Vzorek B		44			44	44	100
Všechny výsledky	CVE >>>	44	100	Mutace nebyla detekována			
Vzorek C		44			44	44	100
Všechny výsledky	CVE >>>	44	100	Mutace nebyla detekována			
Vzorek D		44			44	44	100
Všechny výsledky	CVE >>>	44	100	Mutace nebyla detekována			
Vzorek E		44			44	41	93
Všechny výsledky		1	2,3	Neuvedeno			
		2	4,5	Mutace nebyla detekována			
	>	8	18	Mutace v exonu 3 (nejsme schopni detailně specifikovat)			
	>	7	16	c.182A>T,p.Q61L			
	CVE >>>	18	41	c.182_183delinsTC,p.Q61L			
	>	8	18	c.183A>C,p.Q61H			
(1131) NRAS		44			44	41	93
Vzorek A		44			44	44	100
Všechny výsledky	CVE >>>	40	91	Mutace nebyla detekována			
	>	4	9,1	Netestováno protože byla nalezena jiná mutace			
Vzorek B		44			44	43	98
Všechny výsledky	CVE >>>	43	98	Mutace nebyla detekována			
		1	2,3	Mutace v exonu 2 (nejsme schopni detailně specifikovat)			
Vzorek C		44			44	44	100
Všechny výsledky	>	3	6,8	Mutace v exonu 3 (nejsme schopni detailně specifikovat)			
	CVE >>>	41	93	c.181C>A,p.Q61K			
Vzorek D		44			44	43	98
Všechny výsledky	CVE >>>	43	98	Mutace nebyla detekována			
		1	2,3	c.35G>A,p.G12D			
Vzorek E		44			44	43	98
Všechny výsledky		1	2,3	Neuvedeno			
	CVE >>>	39	89	Mutace nebyla detekována			
	>	4	9,1	Netestováno protože byla nalezena jiná mutace			
(1132) BRAF		44			44	43	98
Vzorek A		44			44	44	100
Všechny výsledky	CVE >>>	40	91	Mutace nebyla detekována			
	>	4	9,1	Netestováno protože byla nalezena jiná mutace			
Vzorek B		44			44	44	100
Všechny výsledky	CVE >>>	44	100	Mutace nebyla detekována			
Vzorek C		44			44	44	100
Všechny výsledky	CVE >>>	44	100	Mutace nebyla detekována			
Vzorek D		44			44	44	100
Všechny výsledky	>	13	30	Mutace v exonu 15 (nejsme schopni detailně specifikovat)			
	CVE >>>	31	70	c.1799T>A,p.V600E			
Vzorek E		44			44	43	98
Všechny výsledky		1	2,3	Neuvedeno			
	CVE >>>	39	89	Mutace nebyla detekována			
	>	4	9,1	Netestováno protože byla nalezena jiná mutace			