

Cyklus EHK: AT2/24 - Autoprotilátky u tyreopatií

Stop termín: 25.10.2024

Nastavení: všechna data

AV = vztažná hodnota

N_{tot} = celkový počet výsledkůN_{eva} = počet hodnocených výsledků

CVP = konsenzus všech účastníků

N_{rel} = relativní počet výsledkůN_{suc} = počet úspěšných výsledků

CVPG = konsenzus skupin účastníků

S_{rel} = relativní úspěšnost

>>> ... očekávaný výsledek

> ... akceptovatelný výsledek

± ... nehodnocený výsledek

Zkouška Vzorek Skupina	Četnosti výsledků				Úspěšnost		
	AV	N _{tot}	N _{rel} [%]	Výsledek	N _{eva}	N _{suc}	S _{rel} [%]
Sada 1							
(576) anti-mikrosomy (TPO)		200			200	191	96
Vzorek A1		200			200	191	96
Všechny výsledky	CVP >>>	191	96	Negativní			
		9	4,5	Pozitivní			
Vzorek B1		200			200	200	100
Všechny výsledky	CVP >>>	200	100	Pozitivní			
(575) anti-tyreoglobulin		194			194	189	97
Vzorek A1		194			194	190	98
Všechny výsledky	CVP >>>	190	98	Negativní			
		4	2,1	Pozitivní			
Vzorek B1		194			194	192	99
Všechny výsledky		2	1	Negativní			
	CVP >>>	192	99	Pozitivní			
Sada 2							
(590) anti-TSH receptor		105			93	91	98
Vzorek A2		105			105	103	98
Všechny výsledky	CVP >>>	103	98	Negativní			
		1	1	Neprůkazný výsledek (hraniční)			
		1	1	Pozitivní			
Vzorek B2		105			93	92	99
Všechny výsledky (bez samostatných skupin)		1	1	Negativní			
	CVP >>>	92	88	Pozitivní			
(29) Siemens (Immulate)		±	9	8,6	Negativní		
		±	1	1	Neprůkazný výsledek (hraniční)		
(73) Snibe		±	2	1,9	Negativní		