

Cyklus EHK: AT2/24 - Autoprotilátky u tyreopatií

Stop termín: 25.10.2024

Nastavení: skupiny - R (výrobce reagentů)

AV = vztažná hodnota

N_{tot} = celkový počet výsledkůN_{eva} = počet hodnocených výsledků

CVP = konsenzus všech účastníků

N_{rel} = relativní počet výsledkůN_{suc} = počet úspěšných výsledků

CVPG = konsenzus skupin účastníků

S_{rel} = relativní úspěšnost

>>> ... očekávaný výsledek

> ... akceptovatelný výsledek

± ... nehodnocený výsledek

Zkouška Vzorek Skupina	Četnosti výsledků				Úspěšnost		
	AV	N _{tot}	N _{rel} [%]	Výsledek	N _{eva}	N _{suc}	S _{rel} [%]
Sada 1							
(576) anti-mikrosomy (TPO)		200			200	191	96
Vzorek A1		200			200	191	96
(1) Abbott	CVP >>>	65	33	Negativní			
(12) Beckman Coulter	CVP >>>	22	11	Negativní			
(15) bioMérieux		1	0,5	Pozitivní			
(25) TOSOH	CVP >>>	3	1,5	Negativní			
(29) Siemens (Immulin)	CVP >>>	1	0,5	Negativní			
		8	4	Pozitivní			
(52) Dynex	CVP >>>	1	0,5	Negativní			
(60) Roche	CVP >>>	67	34	Negativní			
(135) OrgenTec	CVP >>>	1	0,5	Negativní			
(162) Siemens (Atellica)	CVP >>>	19	9,5	Negativní			
(166) Thermo Fisher	CVP >>>	1	0,5	Negativní			
(179) Siemens	CVP >>>	11	5,5	Negativní			
Vzorek B1		200			200	200	100
(1) Abbott	CVP >>>	65	33	Pozitivní			
(12) Beckman Coulter	CVP >>>	22	11	Pozitivní			
(15) bioMérieux	CVP >>>	1	0,5	Pozitivní			
(25) TOSOH	CVP >>>	3	1,5	Pozitivní			
(29) Siemens (Immulin)	CVP >>>	9	4,5	Pozitivní			
(52) Dynex	CVP >>>	1	0,5	Pozitivní			
(60) Roche	CVP >>>	67	34	Pozitivní			
(135) OrgenTec	CVP >>>	1	0,5	Pozitivní			
(162) Siemens (Atellica)	CVP >>>	19	9,5	Pozitivní			
(166) Thermo Fisher	CVP >>>	1	0,5	Pozitivní			
(179) Siemens	CVP >>>	11	5,5	Pozitivní			
(575) anti-tyreoglobulin		194			194	189	97
Vzorek A1		194			194	190	98
(1) Abbott	CVP >>>	63	32	Negativní			
(12) Beckman Coulter	CVP >>>	21	11	Negativní			
(15) bioMérieux	CVP >>>	1	0,5	Negativní			
(25) TOSOH	CVP >>>	2	1	Negativní			
(29) Siemens (Immulin)	CVP >>>	7	3,6	Negativní			
		1	0,5	Pozitivní			
(36) Immunotech		1	0,5	Pozitivní			
(52) Dynex	CVP >>>	1	0,5	Negativní			
(60) Roche	CVP >>>	64	33	Negativní			
		1	0,5	Pozitivní			
(135) OrgenTec	CVP >>>	1	0,5	Negativní			
(162) Siemens (Atellica)	CVP >>>	20	10	Negativní			
		1	0,5	Pozitivní			
(166) Thermo Fisher	CVP >>>	1	0,5	Negativní			
(179) Siemens	CVP >>>	9	4,6	Negativní			
Vzorek B1		194			194	192	99
(1) Abbott	CVP >>>	63	32	Pozitivní			
(12) Beckman Coulter	CVP >>>	21	11	Pozitivní			
(15) bioMérieux		1	0,5	Negativní			
(25) TOSOH	CVP >>>	2	1	Pozitivní			
(29) Siemens (Immulin)	CVP >>>	8	4,1	Pozitivní			
(36) Immunotech	CVP >>>	1	0,5	Pozitivní			
(52) Dynex	CVP >>>	1	0,5	Pozitivní			
(60) Roche	CVP >>>	65	34	Pozitivní			
(135) OrgenTec	CVP >>>	1	0,5	Pozitivní			
(162) Siemens (Atellica)		1	0,5	Negativní			
	CVP >>>	20	10	Pozitivní			
(166) Thermo Fisher	CVP >>>	1	0,5	Pozitivní			
(179) Siemens	CVP >>>	9	4,6	Pozitivní			
Sada 2							
(590) anti-TSH receptor		105			93	91	98
Vzorek A2		105			105	103	98
(1) Abbott	CVP >>>	18	17	Negativní			

Cyklus EHK: AT2/24 - Autoprotilátky u tyreopatií

Stop termín: 25.10.2024

Nastavení: skupiny - R (výrobce reagensů)

Zkouška Vzorek Skupina	Četnosti výsledků				Úspěšnost		
	AV	N _{tot}	N _{rel} [%]	Výsledek	N _{eva}	N _{suc}	S _{rel} [%]
		1	1	Neprůkazný výsledek (hraniční)			
		1	1	Pozitivní			
(24) B.R.A.H.M.S.	CVP >>>	1	1	Negativní			
(29) Siemens (Immulite)	CVP >>>	10	9,5	Negativní			
(36) Immunotech	CVP >>>	1	1	Negativní			
(60) Roche	CVP >>>	70	67	Negativní			
(73) Snibe	CVP >>>	2	1,9	Negativní			
(87) Euroimmun	CVP >>>	1	1	Negativní			
Vzorek B2		105			93	92	99
(1) Abbott		1	1	Negativní			
	CVP >>>	19	18	Pozitivní			
(24) B.R.A.H.M.S.	CVP >>>	1	1	Pozitivní			
(29) Siemens (Immulite)		±	9	8,6	Negativní		
		±	1	1	Neprůkazný výsledek (hraniční)		
(36) Immunotech	CVP >>>	1	1	Pozitivní			
(60) Roche	CVP >>>	70	67	Pozitivní			
(73) Snibe		±	2	1,9	Negativní		
(87) Euroimmun	CVP >>>	1	1	Pozitivní			