

Cyklus EHK: CRP3/24 - Stanovení CRP

Stop termín: 23.8.2024

Nastavení: skupiny - M (princip měření); Slovensko; minimální četnost skupin n = 5

RoM = robustní průměr

SD = směrodatná odchylka

CV = variační koeficient

N_{tot} = celkový počet výsledkůN_{out} = počet výsledků vyloučených před výpočtem

AV = vztažná hodnota

CVP = konsenzus všech účastníků

U_{AV} = rozšířená nejistota vztažné hodnoty (k = 2)D_{max} = přijatelný rozdíl

LL = dolní mez

UL = horní mez

N_{eva} = počet hodnocených výsledkůN_{suc} = počet úspěšných výsledkůS_{rel} = relativní úspěšnost

Zkouška Vzorek Skupina	[jednotka]	RoM	SD	CV [%]	N _{tot}	N _{out}	Srovnatelnost						N _{eva}	N _{suc}	S _{rel} [%]
							AV	U _{AV}	D _{max}	LL	UL				
(100) C-reaktivní protein	[mg/L]				55								55	54	98
Vzorek A													55	54	98
(2) Imunoturbidimetrie		29,3	1,7	5,9	55	0	CVP	29,9	0,3	24%	22,7	37,1	55		
Vzorek B													55	55	100
(2) Imunoturbidimetrie		8,91	0,62	7	55	0	CVP	9,02	0,11	24%	6,85	11,2	55		