

Cyklus EHK: CRP4/24 - Stanovení CRP

Stop termín: 29.11.2024

Nastavení: skupiny - M (princip měření); minimální četnost skupin n = 5

RoM = robustní průměr

AV = vztažná hodnota

D_{max} = přijatelný rozdíl

SD = směrodatná odchylka

CVP = konsenzus všech účastníků

LL = dolní mez

CV = variační koeficient

U_{AV} = rozšířená nejistota vztažné hodnoty (k = 2)

UL = horní mez

N_{tot} = celkový počet výsledkůN_{eva} = počet hodnocených výsledkůN_{out} = počet výsledků vyloučených před výpočtemN_{suc} = počet úspěšných výsledkůS_{rel} = relativní úspěšnost

Zkouška							Srovnatelnost								
Vzorek	[jednotka]	RoM	SD	CV [%]	N _{tot}	N _{out}	AV	U _{AV}	D _{max}	LL	UL	N _{eva}	N _{suc}	S _{rel} [%]	
(100) C-reaktivní protein	[mg/L]				207							207	205	99	
Vzorek A		8,89	0,66	7,5	207		CVP	8,89	0,11	24%	6,75	11,1	207	205	99
(2) Imunoturbidimetrie		8,87	0,65	7,4	200	0						200			
Ostatní					7	0						7			
							1x 0, 3x 3, 3x 99								
Vzorek B		39,2	1,9	4,8	207		CVP	39,2	0,32	24%	29,7	48,7	207	206	100
(2) Imunoturbidimetrie		39,2	1,8	4,6	200	0						200			
Ostatní					7	0						7			
							1x 0, 3x 3, 3x 99								