

Cyklus EHK: CSFK1/24 - Klinická analýza likvoru

Stop termín: 22.3.2024

Nastavení: všechna data

AV = vztažná hodnota

N_{tot} = celkový počet výsledkůN_{eva} = počet hodnocených výsledků

CVP = konsenzus všech účastníků

N_{rel} = relativní počet výsledkůN_{suc} = počet úspěšných výsledků

>>> ... očekávaný výsledek

S_{rel} = relativní úspěšnost

> ... akceptovatelný výsledek

± ... nehodnocený výsledek

Zkouška Vzorek Skupina	Četnosti výsledků				Úspěšnost		
	AV	N _{tot}	N _{rel} [%]	Výsledek	N _{eva}	N _{suc}	S _{rel} [%]
(411) Intratek. synt. IgA		20			20	20	100
Vzorek K		20			20	20	100
Všechny výsledky	CVP >>>	20	100	Syntéza není přítomna			
(410) Intratek. synt. IgG		35			35	35	100
Vzorek K		35			35	35	100
Všechny výsledky	CVP >>>	35	100	Syntéza není přítomna			
(412) Intratek. synt. IgM		23			23	23	100
Vzorek K		23			23	23	100
Všechny výsledky	CVP >>>	23	100	Syntéza není přítomna			
(413) Permeabilita bariéry		44			44	44	100
Vzorek K		44			44	44	100
Všechny výsledky	CVP >>>	44	100	Permeabilita BCB je zvýšená			