

Cyklus EHK: DGP3/24 - Analýza moče testovacími proužky

Stop termín: 29.11.2024

Nastavení: Slovensko

AV = vztažná hodnota

N_{tot} = celkový počet výsledkůN_{eva} = počet hodnocených výsledků

CVP = konsenzus všech účastníků

N_{rel} = relativní počet výsledkůN_{suc} = počet úspěšných výsledků

CVPG = konsenzus skupin účastníků

S_{rel} = relativní úspěšnost

>>> ... očekávaný výsledek

> ... akceptovatelný výsledek

± ... nehodnocený výsledek

Zkouška Vzorek Skupina	Četnosti výsledků				Úspěšnost		
	AV	N _{tot}	N _{rel} [%]	Výsledek	N _{eva}	N _{suc}	S _{rel} [%]
(268) Bilirubin		28			24	23	96
Vzorek A		28			24	24	100
Všechny výsledky (bez samostatných skupin)	>	1	3,6	1+, 2+			
	CVP >>>	23	82	3+, 4+			
(223) Beckman Coulter iChem Velocity / DxU 810c Iris	±	4	14	Negativní			
Vzorek B		28			28	27	96
Všechny výsledky	CVP >>>	27	96	Negativní			
		1	3,6	1+, 2+			
(264) Celková bílkovina		28			28	26	93
Vzorek A		28			28	26	93
Všechny výsledky		2	7,1	0,3 - 0,5 g/L			
	>	6	21	0,51 - 2,5 g/L			
	CVP >>>	20	71	> 2,5 g/L			
Vzorek B		28			28	28	100
Všechny výsledky	CVP >>>	28	100	Negativní, < 0,3 g/L			
(261) Glukóza		28			28	27	96
Vzorek A		28			28	27	96
Všechny výsledky		1	3,6	Negativní, normální, <= 2,8 mmol/L			
	>	2	7,1	2,81 - 11 mmol/L			
	CVP >>>	13	46	11,1 - 28 mmol/L			
	CVP >>>	12	43	> 28 mmol/L			
Vzorek B		28			28	28	100
Všechny výsledky	CVP >>>	28	100	Negativní, normální, <= 2,8 mmol/L			
(275) hCG		5			5	5	100
Vzorek A		5			5	5	100
Všechny výsledky	CVP >>>	5	100	Pozitivní			
Vzorek B		5			5	5	100
Všechny výsledky	CVP >>>	5	100	Negativní			
(263) Ketony		27			27	26	96
Vzorek A		27			27	27	100
Všechny výsledky	CVP >>>	22	81	1+, 2+			
	CVP >>>	5	19	3+, 4+			
Vzorek B		27			27	26	96
Všechny výsledky	CVP >>>	26	96	Negativní, <= 0,5 mmol/L			
		1	3,7	1+, 2+			
(272) Krev		28			28	26	93
Vzorek A		28			28	26	93
Všechny výsledky		1	3,6	Negativní			
		1	3,6	5 - 12 ery/μL			
	>	5	18	13 - 50 ery/μL			
	CVP >>>	21	75	> 50 ery/μL			
Vzorek B		28			28	28	100
Všechny výsledky	CVP >>>	28	100	Negativní			
(270) Leukocyty		27			23	18	78
Vzorek A		27			23	19	83
Všechny výsledky (bez samostatných skupin)		4	15	Negativní			
	CVP >>>	10	37	51 - 250 leu/μL			
	>	9	33	> 250 leu/μL			
(223) Beckman Coulter iChem Velocity / DxU 810c Iris	±	3	11	Negativní			
	±	1	3,7	51 - 250 leu/μL			
Vzorek B		27			27	26	96
Všechny výsledky	CVP >>>	26	96	Negativní			
		1	3,7	51 - 250 leu/μL			
(274) Nitrity		28			28	27	96
Vzorek A		28			28	28	100
Všechny výsledky	CVP >>>	28	100	Pozitivní			
Vzorek B		28			28	27	96
Všechny výsledky	CVP >>>	27	96	Negativní			
		1	3,6	Pozitivní			

Cyklus EHK: DGP3/24 - Analýza moče testovacími proužky

Stop termín: 29.11.2024

Nastavení: Slovensko

Zkouška Vzorek Skupina	Četnosti výsledků				Úspěšnost		
	AV	N _{tot}	N _{rel} [%]	Výsledek	N _{eva}	N _{suc}	S _{rel} [%]
(273) pH		28			28	28	100
Vzorek A		28			28	28	100
Všechny výsledky	>	1	3,6	6,0			
	>	6	21	6,5			
	CVP >>>	5	18	7,0			
	CVP >>>	5	18	7,5			
	CVP >>>	10	36	8,0			
	>	1	3,6	9,0			
Vzorek B		28			28	28	100
Všechny výsledky	CVP >>>	17	61	5,0			
	>	7	25	5,5			
	>	4	14	6,0			
(266) Urobilinogen		28			28	27	96
Vzorek A		28			28	28	100
Všechny výsledky	CVP >>>	11	39	1+, 2+			
	CVP >>>	17	61	3+, 4+			
Vzorek B		28			28	27	96
Všechny výsledky	CVP >>>	27	96	Negativní, < 17 µmol/L			
		1	3,6	1+, 2+			