

Cyklus EHK: HIL1/24 - Sérové indexy

Stop termín: 19.4.2024

Nastavení: Slovensko

AV = vztažná hodnota
 CVPG = konsenzus skupin účastníků
 CVP = konsenzus všech účastníků
 >>> ... očekávaný výsledek
 > ... akceptovatelný výsledek
 ± ... nehodnocený výsledek

N_{tot} = celkový počet výsledků
 N_{rel} = relativní počet výsledků

N_{eva} = počet hodnocených výsledků
 N_{suc} = počet úspěšných výsledků
 S_{rel} = relativní úspěšnost

Zkouška Vzorek Skupina	Četnosti výsledků			Úspěšnost			
	AV	N _{tot}	N _{rel} [%]	Výsledek	N _{eva}	N _{suc}	S _{rel} [%]
(504) Hemolytický index (kvalitativně)		8			8	8	100
Vzorek A		8			8	8	100
(4) Ordinální škála: 0 - 4	CVPG >>>	1	13	Index 2			
(5) Ordinální škála: 0 - 5	>	3	38	Index 1			
	CVPG >>>	3	38	Index 2			
(6) Ordinální škála: 0 - 6	CVPG >>>	1	13	Index 2			
Vzorek B		8			8	8	100
(4) Ordinální škála: 0 - 4	CVPG >>>	1	13	Index 3			
(5) Ordinální škála: 0 - 5	CVPG >>>	6	75	Index 3			
(6) Ordinální škála: 0 - 6	>	1	13	Index 2			
(505) Ikterický index (kvalitativně)		8			8	8	100
Vzorek A		8			8	8	100
(4) Ordinální škála: 0 - 4	CVPG >>>	1	13	Index 3			
(5) Ordinální škála: 0 - 5	CVPG >>>	6	75	Index 2			
(6) Ordinální škála: 0 - 6	CVPG >>>	1	13	Index 2			
Vzorek B		8			8	8	100
(4) Ordinální škála: 0 - 4	CVPG >>>	1	13	Index 2			
(5) Ordinální škála: 0 - 5	CVPG >>>	6	75	Index 2			
(6) Ordinální škála: 0 - 6	CVPG >>>	1	13	Index 1			
(506) Lipemický index (kvalitativně)		8			8	8	100
Vzorek A		8			8	8	100
(4) Ordinální škála: 0 - 4	CVPG >>>	1	13	Index 4			
(5) Ordinální škála: 0 - 5	CVPG >>>	6	75	Index 2			
(6) Ordinální škála: 0 - 6	CVPG >>>	1	13	Index 2			
Vzorek B		8			8	8	100
(4) Ordinální škála: 0 - 4	CVPG >>>	1	13	Index 3			
(5) Ordinální škála: 0 - 5	CVPG >>>	5	63	Index 2			
	>	1	13	Index 3			
(6) Ordinální škála: 0 - 6	CVPG >>>	1	13	Index 1			
(510) Úloha 1: Je požadováno stanovení celkového hořčíku. Vydáte výsledek?		12			0		
Vzorek A		12			0		
Všechny výsledky	±	2	17	Ne (zdůvodníme v komentáři)			
	±	1	8,3	Ano, ale s komentářem			
	±	9	75	Ano			
Vzorek B		12			0		
Všechny výsledky	±	3	25	Ne (zdůvodníme v komentáři)			
	±	9	75	Ano			
(511) Úloha 2: Je požadováno stanovení alaninaminotransferázy (ALT). Vydáte výsledek?		12			0		
Vzorek A		12			0		
Všechny výsledky	±	9	75	Ne (zdůvodníme v komentáři)			
	±	1	8,3	Ano, ale s komentářem			
	±	2	17	Ano			
Vzorek B		12			0		
Všechny výsledky	±	9	75	Ne (zdůvodníme v komentáři)			
	±	2	17	Ano, ale s komentářem			
	±	1	8,3	Ano			
(512) Úloha 3: Je požadováno stanovení bilirubinu přímého. Vydáte výsledek?		12			0		
Vzorek A		12			0		
Všechny výsledky	±	10	83	Ne (zdůvodníme v komentáři)			
	±	1	8,3	Ano, ale s komentářem			
	±	1	8,3	Ano			
Vzorek B		12			0		
Všechny výsledky	±	11	92	Ne (zdůvodníme v komentáři)			
	±	1	8,3	Ano			