

## Cyklus EHK: HKG4/24 - Hemokoagulace

Stop termín: 15.11.2024

Nastavení: skupiny - M (princip měření); minimální četnost skupin n = 5

RoM = robustní průměr	AV = vztažná hodnota	D <sub>max</sub> = přijatelný rozdíl
SD = směrodatná odchylka	CVP = konsenzus všech účastníků	LL = dolní mez
CV = variační koeficient	CVPG = konsenzus skupin účastníků	UL = horní mez
N <sub>tot</sub> = celkový počet výsledků	U <sub>AV</sub> = rozšířená nejistota vztažné hodnoty (k = 2)	N <sub>eva</sub> = počet hodnocených výsledků
N <sub>out</sub> = počet výsledků vyloučených před výpočtem		N <sub>suc</sub> = počet úspěšných výsledků
		S <sub>rel</sub> = relativní úspěšnost

Zkouška Vzorek Skupina	[jednotka]	RoM	SD	CV [%]	N <sub>tot</sub>	N <sub>out</sub>	Srovnatelnost					N <sub>eva</sub>	N <sub>suc</sub>	S <sub>rel</sub> [%]	
							AV	U <sub>AV</sub>	D <sub>max</sub>	LL	UL				
<b>(177) Antitrombin</b>	[%]				171							171	165	96	
<b>Vzorek A</b>		94,8	4,2	4,4	171		CVP	94,8	0,79	18%	77,7	112	171	170	99
(4) Chromogenní substráty		94,8	4,3	4,5	168	0							168		
Ostatní					3	0							3		
							3x 1								
<b>Vzorek B</b>		43,6	4	9,1	171		CVP	43,6	0,75	25%	32,7	54,5	171	165	96
(4) Chromogenní substráty		43,5	4	9,1	168	0							168		
Ostatní					3	0							3		
							3x 1								
<b>(170) APTT - poměr</b>	[-]				306								294	290	99
<b>Vzorek A</b>		1,15	0,087	7,6	306								294	294	100
(0) Neuvedeno; (240) Siemens (Dade) Actin FS		1,21	0,049	4,1	92	0	CVPG	1,21	0,013	20%	0,968	1,46		92	
(0) Neuvedeno; (241) Siemens (Dade) Actin FSL		1,09	0,032	2,9	19	0	CVPG	1,09	0,018	20%	0,872	1,31		19	
(0) Neuvedeno; (242) Siemens (Dade) Pathromtin SL		1,18	0,048	4,1	82	0	CVPG	1,18	0,013	20%	0,944	1,42		82	
(0) Neuvedeno; (246) Mindray APTT Reagent		1,09	0,067	6,1	18	0	CVPG	1,09	0,039	20%	0,872	1,31		18	
(0) Neuvedeno; (253) IL APTT-SP		0,949	0,043	4,5	20	0	CVPG	0,949	0,024	20%	0,759	1,14		20	
(0) Neuvedeno; (256) IL SynthASil		1,15	0,055	4,8	21	0	CVPG	1,15	0,03	20%	0,92	1,38		21	
(0) Neuvedeno; (260) Stago PTT Automate		1,06	0,037	3,5	36	0	CVPG	1,06	0,015	20%	0,848	1,28		36	
(0) Neuvedeno; (266) Hyphen BioMed CEPHEN		1,12	0,059	5,3	6	0	CVPG	1,12	0,083	20%	0,896	1,35		6	
Ostatní					12	0								0	
							1x 0/248, 2x 0/257, 1x 0/259, 1x 0/265, 3x 0/269, 1x 0/270, 3x 0/999								
<b>Vzorek B</b>		2,71	0,46	17	306								294	290	99
(0) Neuvedeno; (240) Siemens (Dade) Actin FS		2,72	0,17	6,4	92	0	CVPG	2,72	0,044	20%	2,17	3,27		92	
(0) Neuvedeno; (241) Siemens (Dade) Actin FSL		2,36	0,13	5,7	19	0	CVPG	2,36	0,075	20%	1,88	2,84		19	
(0) Neuvedeno; (242) Siemens (Dade) Pathromtin SL		3,11	0,2	6,4	82	0	CVPG	3,11	0,054	20%	2,48	3,74		82	
(0) Neuvedeno; (246) Mindray APTT Reagent		3,39	0,27	7,9	18	0	CVPG	3,39	0,15	20%	2,71	4,07		18	
(0) Neuvedeno; (253) IL APTT-SP		2,08	0,11	5,3	20	0	CVPG	2,08	0,06	20%	1,66	2,5		20	
(0) Neuvedeno; (256) IL SynthASil		1,87	0,11	5,9	21	0	CVPG	1,87	0,059	20%	1,49	2,25		21	
(0) Neuvedeno; (260) Stago PTT Automate		2,49	0,16	6,3	36	0	CVPG	2,49	0,064	20%	1,99	2,99		36	
(0) Neuvedeno; (266) Hyphen BioMed CEPHEN		2,49	0,21	8,3	6	0	CVPG	2,49	0,29	20%	1,99	2,99		6	
Ostatní					12	0								0	
							1x 0/248, 2x 0/257, 1x 0/259, 1x 0/265, 3x 0/269, 1x 0/270, 3x 0/999								
<b>(171) Fibrinogen</b>	[g/L]				238								238	233	98
<b>Vzorek A</b>		2,66	0,18	6,7	238		CVP	2,66	0,028	25%	1,99	3,33	238	237	100
(1) Koagulometr		2,66	0,18	6,7	236	0							236		
Ostatní					2	0							2		
							2x 3								
<b>Vzorek B</b>		1,27	0,11	8,8	238		CVP	1,27	0,018	25%	0,952	1,59	238	234	98
(1) Koagulometr		1,27	0,11	8,9	236	0							236		
Ostatní					2	0							2		
							2x 3								
<b>(172) Protrombinový test (INR)</b>	[-]				311								311	294	95
<b>Vzorek A</b>		1,02	0,05	4,9	311		CVP	1,02	0,007	20%	0,816	1,23	311	311	100
(1) Koagulometr (trom. lid. plac.)		1,02	0,049	4,7	186	0							186		
(2) Koagulometr (trom. lid. rek.)		1	0,044	4,4	63	0							63		
(3) Koagulometr (trom. král. m.)		1,05	0,043	4,1	62	0							62		
<b>Vzorek B</b>		2,6	0,25	9,7	311								311	294	95
(1) Koagulometr (trom. lid. plac.)		2,55	0,16	6,3	186	0	CVP	2,56	0,03	20%	2,04	3,08	186		
(2) Koagulometr (trom. lid. rek.)		2,53	0,38	15	63	0	CVP	2,56	0,03	20%	2,04	3,08	63		
(3) Koagulometr (trom. král. m.)		2,85	0,35	12	62	0	CVPG	2,85	0,11	20%	2,28	3,42	62		
<b>(179) Protrombinový test (ratio)</b>	[-]				309								309	293	95
<b>Vzorek A</b>		1,02	0,049	4,8	309		CVP	1,02	0,007	20%	0,816	1,23	309	309	100
(1) Koagulometr (trom. lid. plac.)		1,02	0,047	4,6	188	0							188		
(2) Koagulometr (trom. lid. rek.)		0,999	0,046	4,6	63	0							63		
(3) Koagulometr (trom. král. m.)		1,05	0,038	3,6	58	0							58		
<b>Vzorek B</b>		2,5	0,25	9,9	309								309	293	95
(1) Koagulometr (trom. lid. plac.)		2,44	0,17	7	188	0	CVP	2,46	0,033	20%	1,96	2,96	188		
(2) Koagulometr (trom. lid. rek.)		2,53	0,35	14	63	0	CVP	2,46	0,033	20%	1,96	2,96	63		
(3) Koagulometr (trom. král. m.)		2,68	0,28	10	58	0	CVPG	2,68	0,089	20%	2,14	3,22	58		
<b>(173) Trombinový čas (čas)</b>	[s]				161								155	146	94
<b>Vzorek A</b>		18,4	1,7	9,2	161								155	153	99

## Cyklus EHK: HKG4/24 - Hemokoagulace

Stop termín: 15.11.2024

Nastavení: skupiny - M (princip měření); minimální četnost skupin n = 5

Zkouška Vzorek Skupina	[jednotka]	RoM	SD	CV [%]	N <sub>tot</sub>	N <sub>out</sub>	Srovnatelnost					N <sub>eva</sub>	N <sub>suc</sub>	S <sub>rel</sub> [%]	
							AV	U <sub>AV</sub>	D <sub>max</sub>	LL	UL				
(3) Počet trombin. jednotek: 1,5 IU/mL (NIH); (94) Stago		20,6	0,65	3,2	15	0	CVPG	20,6	0,41	15%	17,5	23,7	15		
(3) Počet trombin. jednotek: 1,5 IU/mL (NIH); (149) Siemens (Dade, BN, Dimension)		21,2	1,3	6,3	8	0	CVPG	21,2	1	15%	18	24,4	8		
(5) Počet trombin. jednotek: 2,5 IU/mL (NIH); (149) Siemens (Dade, BN, Dimension)		18,5	0,91	4,9	93	0	CVPG	18,5	0,23	15%	15,7	21,3	93		
(6) Počet trombin. jednotek: 3 IU/mL (NIH); (38) Werfen (IL)		16,5	0,61	3,7	29	0	CVPG	16,5	0,28	15%	14	19	29		
(8) Počet trombin. jednotek: 8 IU/mL (NIH); (177) Mindray		17,3	2	12	10	0	CVPG	17,3	1,5	15%	14,7	19,9	10		
Ostatní					6	0							0		
								1x 1/149, 1x 2/149, 1x 2/193, 1x 6/46, 1x 6/177, 1x 7/175							
<b>Vzorek B</b>		17,5	4,4	25	161								155	147	95
(3) Počet trombin. jednotek: 1,5 IU/mL (NIH); (94) Stago		18,5	0,54	2,9	15	0	CVPG	18,5	0,34	15%	15,7	21,3	15		
(3) Počet trombin. jednotek: 1,5 IU/mL (NIH); (149) Siemens (Dade, BN, Dimension)		19,7	1,3	6,8	8	0	CVPG	19,7	1	15%	16,7	22,7	8		
(5) Počet trombin. jednotek: 2,5 IU/mL (NIH); (149) Siemens (Dade, BN, Dimension)		14,6	0,92	6,3	93	0	CVPG	14,6	0,23	15%	12,4	16,8	93		
(6) Počet trombin. jednotek: 3 IU/mL (NIH); (38) Werfen (IL)		24,4	0,94	3,8	29	0	CVPG	24,4	0,43	15%	20,7	28,1	29		
(8) Počet trombin. jednotek: 8 IU/mL (NIH); (177) Mindray		21,7	2	9,2	10	0	CVPG	21,7	1,5	15%	18,4	25	10		
Ostatní					6	0							0		
								1x 1/149, 1x 2/149, 1x 2/193, 1x 6/46, 1x 6/177, 1x 7/175							
<b>(174) Trombinový čas (ratio)</b>	<b>[-]</b>				138								130	124	95
<b>Vzorek A</b>		1,1	0,086	7,8	138								130	129	99
(3) Počet trombin. jednotek: 1,5 IU/mL (NIH); (94) Stago		1,18	0,055	4,6	15	0	CVPG	1,18	0,035	20%	0,944	1,42	15		
(3) Počet trombin. jednotek: 1,5 IU/mL (NIH); (149) Siemens (Dade, BN, Dimension)		1,16	0,2	17	7	0	CVPG	1,16	0,19	20%	0,928	1,4	7		
(5) Počet trombin. jednotek: 2,5 IU/mL (NIH); (149) Siemens (Dade, BN, Dimension)		1,07	0,07	6,5	71	0	CVPG	1,07	0,02	20%	0,856	1,29	71		
(6) Počet trombin. jednotek: 3 IU/mL (NIH); (38) Werfen (IL)		1,11	0,065	5,9	27	0	CVPG	1,11	0,031	20%	0,888	1,34	27		
(8) Počet trombin. jednotek: 8 IU/mL (NIH); (177) Mindray		1,07	0,072	6,8	10	0	CVPG	1,07	0,056	20%	0,856	1,29	10		
Ostatní					8	0							0		
								1x 1/149, 1x 2/149, 1x 2/193, 1x 6/46, 1x 6/51, 1x 6/177, 1x 7/38, 1x 7/175							
<b>Vzorek B</b>		1,09	0,34	31	138								130	125	96
(3) Počet trombin. jednotek: 1,5 IU/mL (NIH); (94) Stago		1,06	0,058	5,5	15	0	CVPG	1,06	0,037	20%	0,848	1,28	15		
(3) Počet trombin. jednotek: 1,5 IU/mL (NIH); (149) Siemens (Dade, BN, Dimension)		1,08	0,13	12	7	0	CVPG	1,08	0,13	20%	0,864	1,3	7		
(5) Počet trombin. jednotek: 2,5 IU/mL (NIH); (149) Siemens (Dade, BN, Dimension)		0,861	0,073	8,5	71	0	CVPG	0,861	0,021	20%	0,688	1,04	71		
(6) Počet trombin. jednotek: 3 IU/mL (NIH); (38) Werfen (IL)		1,65	0,08	4,8	27	0	CVPG	1,65	0,038	20%	1,32	1,98	27		
(8) Počet trombin. jednotek: 8 IU/mL (NIH); (177) Mindray		1,35	0,12	8,7	10	0	CVPG	1,35	0,091	20%	1,08	1,62	10		
Ostatní					8	0							0		
								1x 1/149, 1x 2/149, 1x 2/193, 1x 6/46, 1x 6/51, 1x 6/177, 1x 7/38, 1x 7/175							