

Cyklus EHK: IH3/24 - Imunohematologie

Stop termín: 27.9.2024

Nastavení: Slovensko

AV = vztažná hodnota	N _{tot} = celkový počet výsledků	N _{eva} = počet hodnocených výsledků
RV = referenční hodnota	N _{rel} = relativní počet výsledků	N _{suc} = počet úspěšných výsledků
>>> ... očekávaný výsledek		S _{rel} = relativní úspěšnost
> ... akceptovatelný výsledek		
± ... nehodnocený výsledek		

Zkouška Vzorek Skupina	Četnosti výsledků				Úspěšnost		
	AV	N _{tot}	N _{rel} [%]	Výsledek	N _{eva}	N _{suc}	S _{rel} [%]
Sada 1 a 2							
(700) AB0 skupina		64			64	64	100
Vzorky E1 a S1		64			64	64	100
Všechny výsledky	RV >>>	64	100	Krevní skupina: B			
Vzorky E2 a S2		64			64	64	100
Všechny výsledky	RV >>>	64	100	Krevní skupina: A			
(703) A podskupina		12			12	12	100
Vzorky E1 a S1		12			12	12	100
Všechny výsledky	RV >>>	12	100	Neuvedeno			
Vzorky E2 a S2		12			12	12	100
Všechny výsledky	RV >>>	12	100	A podskupina A1			
(705) Rh D antigen (dárce)		44			44	43	98
Vzorky E1 a S1		44			44	43	98
Všechny výsledky		1	2,3	Neuvedeno			
	RV >>>	43	98	Negativní (RhD-)			
Vzorky E2 a S2		44			44	44	100
Všechny výsledky	RV >>>	44	100	Pozitivní (RhD+)			
(709) Rh D antigen (příjemce/ těhotná/ novorozeneček)		58			58	58	100
Vzorky E1 a S1		58			58	58	100
Všechny výsledky	RV >>>	58	100	Negativní (RhD-)			
Vzorky E2 a S2		58			58	58	100
Všechny výsledky	RV >>>	58	100	Pozitivní (RhD+)			
(715) Antigen C		34			34	34	100
Vzorky E1 a S1		34			34	34	100
Všechny výsledky	RV >>>	34	100	Negativní			
Vzorky E2 a S2		34			34	34	100
Všechny výsledky	RV >>>	34	100	Pozitivní			
(716) Antigen c		34			34	34	100
Vzorky E1 a S1		34			34	34	100
Všechny výsledky	RV >>>	34	100	Pozitivní			
Vzorky E2 a S2		34			34	34	100
Všechny výsledky	RV >>>	34	100	Negativní			
(718) Antigen E		35			35	35	100
Vzorky E1 a S1		35			35	35	100
Všechny výsledky	RV >>>	35	100	Negativní			
Vzorky E2 a S2		35			35	35	100
Všechny výsledky	RV >>>	35	100	Negativní			
(719) Antigen e		34			34	34	100
Vzorky E1 a S1		34			34	34	100
Všechny výsledky	RV >>>	34	100	Pozitivní			
Vzorky E2 a S2		34			34	34	100
Všechny výsledky	RV >>>	34	100	Pozitivní			
(717) Antigen C^w		26			26	26	100
Vzorky E1 a S1		26			26	26	100
Všechny výsledky	RV >>>	26	100	Negativní			
Vzorky E2 a S2		26			26	26	100
Všechny výsledky	RV >>>	26	100	Negativní			
(720) Antigen K		37			37	37	100
Vzorky E1 a S1		37			37	37	100
Všechny výsledky	RV >>>	37	100	Negativní			
Vzorky E2 a S2		37			37	37	100
Všechny výsledky	RV >>>	37	100	Negativní			
(721) Antigen k		11			11	11	100
Vzorky E1 a S1		11			11	11	100
Všechny výsledky	RV >>>	11	100	Pozitivní			
Vzorky E2 a S2		11			11	11	100
Všechny výsledky	RV >>>	11	100	Pozitivní			
(738) Antigen Kp^a		9			9	9	100
Vzorky E1 a S1		9			9	9	100
Všechny výsledky	RV >>>	9	100	Negativní			
Vzorky E2 a S2		9			9	9	100
Všechny výsledky	RV >>>	9	100	Negativní			

Cyklus EHK: IH3/24 - Imunohematologie

Stop termín: 27.9.2024

Nastavení: Slovensko

Zkouška Vzorek Skupina	Četnosti výsledků					Úspěšnost		
	AV	N _{tot}	N _{rel} [%]	Výsledek	N _{eva}	N _{suc}	S _{rel} [%]	
(739) Antigen Kp^b		6				6	6	100
Vzorky E1 a S1		6				6	6	100
Všechny výsledky	RV >>>	6	100	Pozitivní		6	6	100
Vzorky E2 a S2		6				6	6	100
Všechny výsledky	RV >>>	6	100	Pozitivní		6	6	100
(729) Antigen Jk^a		16				16	16	100
Vzorky E1 a S1		16				16	16	100
Všechny výsledky	RV >>>	16	100	Pozitivní		16	16	100
Vzorky E2 a S2		16				16	16	100
Všechny výsledky	RV >>>	16	100	Pozitivní		16	16	100
(730) Antigen Jk^b		16				16	16	100
Vzorky E1 a S1		16				16	16	100
Všechny výsledky	RV >>>	16	100	Negativní		16	16	100
Vzorky E2 a S2		16				16	16	100
Všechny výsledky	RV >>>	16	100	Negativní		16	16	100
(727) Antigen Fy^a		17				17	17	100
Vzorky E1 a S1		17				17	17	100
Všechny výsledky	RV >>>	17	100	Pozitivní		17	17	100
Vzorky E2 a S2		17				17	17	100
Všechny výsledky	RV >>>	17	100	Pozitivní		17	17	100
(728) Antigen Fy^b		17				17	17	100
Vzorky E1 a S1		17				17	17	100
Všechny výsledky	RV >>>	17	100	Pozitivní		17	17	100
Vzorky E2 a S2		17				17	17	100
Všechny výsledky	RV >>>	17	100	Pozitivní		17	17	100
(722) Antigen M		17				17	17	100
Vzorky E1 a S1		17				17	17	100
Všechny výsledky	RV >>>	17	100	Negativní		17	17	100
Vzorky E2 a S2		17				17	17	100
Všechny výsledky	RV >>>	17	100	Negativní		17	17	100
(723) Antigen N		17				17	17	100
Vzorky E1 a S1		17				17	17	100
Všechny výsledky	RV >>>	17	100	Pozitivní		17	17	100
Vzorky E2 a S2		17				17	17	100
Všechny výsledky	RV >>>	17	100	Pozitivní		17	17	100
(724) Antigen S		16				16	16	100
Vzorky E1 a S1		16				16	16	100
Všechny výsledky	RV >>>	16	100	Negativní		16	16	100
Vzorky E2 a S2		16				16	16	100
Všechny výsledky	RV >>>	16	100	Negativní		16	16	100
(725) Antigen s		15				15	15	100
Vzorky E1 a S1		15				15	15	100
Všechny výsledky	RV >>>	15	100	Pozitivní		15	15	100
Vzorky E2 a S2		15				15	15	100
Všechny výsledky	RV >>>	15	100	Pozitivní		15	15	100
(733) Antigen Le^a		14				14	14	100
Vzorky E1 a S1		14				14	14	100
Všechny výsledky	RV >>>	14	100	Negativní		14	14	100
Vzorky E2 a S2		14				14	14	100
Všechny výsledky	RV >>>	14	100	Negativní		14	14	100
(734) Antigen Le^b		14				14	14	100
Vzorky E1 a S1		14				14	14	100
Všechny výsledky	RV >>>	14	100	Negativní		14	14	100
Vzorky E2 a S2		14				14	14	100
Všechny výsledky	RV >>>	14	100	Negativní		14	14	100
(731) Antigen Lu^a		14				14	14	100
Vzorky E1 a S1		14				14	14	100
Všechny výsledky	RV >>>	14	100	Negativní		14	14	100
Vzorky E2 a S2		14				14	14	100
Všechny výsledky	RV >>>	14	100	Negativní		14	14	100
(732) Antigen Lu^b		14				14	14	100
Vzorky E1 a S1		14				14	14	100
Všechny výsledky	RV >>>	14	100	Pozitivní		14	14	100
Vzorky E2 a S2		14				14	14	100
Všechny výsledky	RV >>>	14	100	Pozitivní		14	14	100
(726) Antigen P1		11				11	10	91
Vzorky E1 a S1		11				11	11	100
Všechny výsledky	RV >>>	11	100	Pozitivní		11	11	100

Zkouška Vzorek Skupina	Četnosti výsledků					Úspěšnost		
	AV	N _{tot}	N _{rel} [%]	Výsledek	N _{eva}	N _{suc}	S _{rel} [%]	
Vzorky E2 a S2		11				11	10	91
Všechny výsledky		1	9,1	Negativní				
	RV >>>	10	91	Pozitivní				
(740) Antigen Wr^a		3				3	2	67
Vzorky E1 a S1		3				3	2	67
Všechny výsledky	RV >>>	2	67	Negativní				
		1	33	Pozitivní				
Vzorky E2 a S2		3				3	2	67
Všechny výsledky	RV >>>	2	67	Negativní				
		1	33	Pozitivní				
(737) Přímý Coombsův test		62				62	62	100
Vzorky E1 a S1		62				62	62	100
Všechny výsledky	RV >>>	62	100	Negativní				
Vzorky E2 a S2		62				62	62	100
Všechny výsledky	RV >>>	62	100	Negativní				
(741) Screening protilátek (NAT, dárce)		35				35	35	100
Vzorky E1 a S1		35				35	35	100
Všechny výsledky	RV >>>	35	100	Pozitivní				
Vzorky E2 a S2		35				35	35	100
Všechny výsledky	RV >>>	35	100	Pozitivní				
(743) Screening protilátek (NAT, příjemce)		63				63	63	100
Vzorky E1 a S1		63				63	63	100
Všechny výsledky	RV >>>	63	100	Pozitivní				
Vzorky E2 a S2		63				63	63	100
Všechny výsledky	RV >>>	63	100	Pozitivní				
(745) Screening protilátek (NAT, těhotná)		41				41	41	100
Vzorky E1 a S1		41				41	41	100
Všechny výsledky	RV >>>	41	100	Pozitivní				
Vzorky E2 a S2		41				41	41	100
Všechny výsledky	RV >>>	41	100	Pozitivní				
(747) Screening protilátek (enzymový test)		22				22	22	100
Vzorky E1 a S1		22				22	22	100
Všechny výsledky	RV >>>	22	100	Pozitivní				
Vzorky E2 a S2		22				22	22	100
Všechny výsledky	RV >>>	22	100	Pozitivní				
(750) Identifikace protilátek		13				13	11	85
Vzorky E1 a S1		13				13	13	100
Všechny výsledky	RV >>>	13	100	anti-D				
Vzorky E2 a S2		13				13	11	85
Všechny výsledky	RV >>>	11	85	anti-E; anti-Jkb				
		1	7,7	anti-E; anti-Jkb; anti-M				
		1	7,7	anti-Jkb				
(752) Titrace protilátek, Vzorek 1: 1. protilátka		13				0		
Vzorky E1 a S1		13				0		
Všechny výsledky		± 2	15	titr 8				
		± 7	54	titr 16				
		± 3	23	titr 32				
		± 1	7,7	titr 64				
(756) Titrace protilátek, Vzorek 2: 1. protilátka		12				0		
Vzorky E2 a S2		12				0		
Všechny výsledky		± 1	8,3	titr 32				
		± 2	17	titr 64				
		± 7	58	titr 128				
		± 1	8,3	titr 256				
		± 1	8,3	titr 512				
(757) Titrace protilátek, Vzorek 2: 2. protilátka		3				0		
Vzorky E2 a S2		3				0		
Všechny výsledky		± 1	33	titr 0 (neměřitelný)				
		± 1	33	titr 1				
		± 1	33	titr 256				
Sada 3								
(761) Zkouška kompatibility (segment K1)		54				54	54	100
Vzorek S1		54				54	54	100
Všechny výsledky	RV >>>	54	100	Negativní zkouška				
Vzorek S2		54				54	54	100
Všechny výsledky	RV >>>	54	100	Negativní zkouška				

Cyklus EHK: IH3/24 - Imunohematologie

Stop termín: 27.9.2024

Nastavení: Slovensko

Zkouška Vzorek Skupina	Četnosti výsledků				Úspěšnost		
	AV	N _{tot}	N _{rel} [%]	Výsledek	N _{eva}	N _{suc}	S _{rel} [%]
(762) Podat transfuzní přípravek? (segment K1) (transfuze v neurgentním režimu)					0		
Vzorek S1		54			0		
Všechny výsledky	±	1	1,9	Nelze podat, riziko hemolýzy			
	±	31	57	Podmíněně výsledky dalších vyšetření, která naše laboratoř neprovádí			
	±	9	17	Pouze pokud nebudou k dispozici vhodnější přípravky			
	±	13	24	Lze podat			
Vzorek S2		54			0		
Všechny výsledky	±	10	19	Nelze podat, riziko hemolýzy			
	±	30	56	Podmíněně výsledky dalších vyšetření, která naše laboratoř neprovádí			
	±	6	11	Pouze pokud nebudou k dispozici vhodnější přípravky			
	±	8	15	Lze podat			
(764) Zkouška kompatibility (segment K2)					54	54	100
Vzorek S1		54			54	54	100
Všechny výsledky	RV	>>>	54	100	Pozitivní zkouška		
Vzorek S2		54			54	54	100
Všechny výsledky	RV	>>>	54	100	Pozitivní zkouška		
(765) Podat transfuzní přípravek? (segment K2) (transfuze v neurgentním režimu)					0		
Vzorek S1		54			0		
Všechny výsledky	±	53	98	Nelze podat, riziko hemolýzy			
	±	1	1,9	Podmíněně výsledky dalších vyšetření, která naše laboratoř neprovádí			
Vzorek S2		54			0		
Všechny výsledky	±	52	96	Nelze podat, riziko hemolýzy			
	±	2	3,7	Podmíněně výsledky dalších vyšetření, která naše laboratoř neprovádí			