

## Cyklus EHK: PDL12/24 - Programmed Death Ligand 1

Stop termín: 12.11.2024

Nastavení: všechna data

AV = vztažná hodnota

N<sub>tot</sub> = celkový počet výsledkůN<sub>eva</sub> = počet hodnocených výsledků

&gt;&gt;&gt; ... očekávaný výsledek

N<sub>rel</sub> = relativní počet výsledkůN<sub>suc</sub> = počet úspěšných výsledků

&gt; ... akceptovatelný výsledek

S<sub>rel</sub> = relativní úspěšnost

± ... nehodnocený výsledek

Zkouška Vzorek Skupina	Četnosti výsledků				Úspěšnost		
	AV	N <sub>tot</sub>	N <sub>rel</sub> [%]	Výsledek	N <sub>eva</sub>	N <sub>suc</sub>	S <sub>rel</sub> [%]
<b>1: TNBC</b>							
(604) Fyzické sklo (TNBC SP142)		18			18	16	89
<b>A1</b>		18				0	
Všechny výsledky	±	3	17	Negativní			
	±	1	5,6	Neprůkazný výsledek			
	±	14	78	Pozitivní			
<b>B1</b>		18				0	
Všechny výsledky	±	4	22	Negativní			
	±	2	11	Neprůkazný výsledek			
	±	12	67	Pozitivní			
<b>C1</b>		18			18	17	94
Všechny výsledky	CVP >>>	17	94	Negativní			
		1	5,6	Neprůkazný výsledek			
<b>D1</b>		18			18	16	89
Všechny výsledky		1	5,6	Negativní			
		1	5,6	Neprůkazný výsledek			
	CVP >>>	16	89	Pozitivní			
(624) Fyzické sklo (TNBC 22C3)		21			21	17	81
<b>A1</b>		21				0	
Všechny výsledky	±	9	43	Negativní			
	±	12	57	Pozitivní			
<b>B1</b>		21			21	18	86
Všechny výsledky		3	14	Negativní			
	CVP >>>	18	86	Pozitivní			
<b>C1</b>		21			21	20	95
Všechny výsledky	CVP >>>	20	95	Negativní			
		1	4,8	Pozitivní			
<b>D1</b>		21				0	
Všechny výsledky	±	10	48	Negativní			
	±	11	52	Pozitivní			
(605) Virtuální sklo (TNBC SP142)		34			34	29	85
<b>E1</b>		34			34	30	88
Všechny výsledky	CVP >>>	30	88	Negativní			
		4	12	Pozitivní			
<b>F1</b>		34				0	
Všechny výsledky	±	8	24	Negativní			
	±	26	76	Pozitivní			
<b>G1</b>		34			34	33	97
Všechny výsledky	CVP >>>	33	97	Negativní			
		1	2,9	Pozitivní			
<b>H1</b>		34				0	
Všechny výsledky	±	8	24	Negativní			
	±	26	76	Pozitivní			
<b>2: NSCLC</b>							
(609) Fyzické sklo (NSCLC)		56			56	55	98
<b>A2</b>		56			56	55	98
Všechny výsledky		1	1,8	Neprůkazný výsledek			
	CVP >>>	18	32	Pozitivní (TPS 1 - 49)			
	CVP >>>	37	66	Pozitivní (TPS >= 50)			
<b>B2</b>		56			56	55	98
Všechny výsledky	CVP >>>	55	98	Negativní (TPS < 1)			
		1	1,8	Neprůkazný výsledek			
<b>C2</b>		56				0	
Všechny výsledky	±	11	20	Negativní (TPS < 1)			
	±	1	1,8	Neprůkazný výsledek			
	±	44	79	Pozitivní (TPS 1 - 49)			
<b>D2</b>		56			56	55	98
Všechny výsledky		1	1,8	Neprůkazný výsledek			
	>	1	1,8	Pozitivní (TPS 1 - 49)			
	CVP >>>	54	96	Pozitivní (TPS >= 50)			
(610) Virtuální sklo (NSCLC 22C3)		56			56	48	86
<b>E2</b>		56				0	
Všechny výsledky	±	13	23	Negativní (TPS < 1)			

## Cyklus EHK: PDL12/24 - Programmed Death Ligand 1

Stop termín: 12.11.2024

Nastavení: všechna data

Zkouška Vzorek Skupina	Četnosti výsledků				Úspěšnost		
	AV	N <sub>tot</sub>	N <sub>rel</sub> [%]	Výsledek	N <sub>eva</sub>	N <sub>suc</sub>	S <sub>rel</sub> [%]
	±	43	77	Pozitivní (TPS 1 - 49)			
<b>F2</b>		56			56	56	100
Všechny výsledky	>	6	11	Pozitivní (TPS 1 - 49)			
	CVP >>>	50	89	Pozitivní (TPS >= 50)			
<b>G2</b>		56			56	49	88
Všechny výsledky	>	7	13	Negativní (TPS < 1)			
	>	2	3,6	Pozitivní (TPS 1 - 49)			
	CVP >>>	47	84	Pozitivní (TPS >= 50)			
<b>H2</b>		56			56	55	98
Všechny výsledky	CVP >>>	55	98	Negativní (TPS < 1)			
		1	1,8	Pozitivní (TPS 1 - 49)			
<b>3: UC</b>							
(614) <b>Fyzické sklo (UC)</b>		44			44	44	100
<b>A3</b>		44			44	44	100
Všechny výsledky	CVP >>>	44	100	Negativní			
<b>B3</b>		44			44	44	100
Všechny výsledky	CVP >>>	44	100	Negativní			
<b>C3</b>		44			44	44	100
Všechny výsledky	CVP >>>	44	100	Pozitivní			
<b>D3</b>		44			44	43	98
Všechny výsledky		1	2,3	Negativní			
	CVP >>>	43	98	Pozitivní			
(615) <b>Virtuální sklo (UC 22C3)</b>		44			44	44	100
<b>E3</b>		44			44	44	100
Všechny výsledky	CVP >>>	44	100	Pozitivní			
<b>F3</b>		44			44	44	100
Všechny výsledky	CVP >>>	44	100	Pozitivní			
<b>G3</b>		44			44	43	98
Všechny výsledky	CVP >>>	43	98	Negativní			
		1	2,3	Pozitivní			
<b>H3</b>		44			44	44	100
Všechny výsledky	CVP >>>	44	100	Negativní			
<b>4: HNSCC</b>							
(619) <b>Fyzické sklo (HNSCC)</b>		44			44	44	100
<b>A4</b>		44			44	44	100
Všechny výsledky	CVP >>>	44	100	Pozitivní			
<b>B4</b>		44			44	44	100
Všechny výsledky	CVP >>>	44	100	Pozitivní			
<b>C4</b>		44			44	43	98
Všechny výsledky		1	2,3	Negativní			
	CVP >>>	43	98	Pozitivní			
<b>D4</b>		44			44	44	100
Všechny výsledky	CVP >>>	44	100	Pozitivní			
(620) <b>Virtuální sklo (HNSCC 22C3)</b>		44			44	41	93
<b>E4</b>		44			44	43	98
Všechny výsledky		1	2,3	Negativní			
	CVP >>>	43	98	Pozitivní			
<b>F4</b>		44			44	42	95
Všechny výsledky		2	4,5	Negativní			
	CVP >>>	42	95	Pozitivní			
<b>G4</b>		44			44	42	95
Všechny výsledky		2	4,5	Negativní			
	CVP >>>	42	95	Pozitivní			
<b>H4</b>		44			0		
Všechny výsledky	±	14	32	Negativní			
	±	30	68	Pozitivní			