

Cyklus EHK: VIB2/24 - Všeobecná imunohistochemie - barvení

Stop termín: 8.11.2024

Nastavení: skupiny - M (použité barvení); Slovensko

AV = vztažná hodnota	N _{tot} = celkový počet výsledků	N _{eva} = počet hodnocených výsledků
CVE = konsenzus expertů	N _{rel} = relativní počet výsledků	N _{suc} = počet úspěšných výsledků
>>> ... očekávaný výsledek		S _{rel} = relativní úspěšnost
> ... akceptovatelný výsledek		
± ... nehodnocený výsledek		

Zkouška Vzorek Skupina	Četnosti výsledků				Úspěšnost		
	AV	N _{tot}	N _{rel} [%]	Výsledek	N _{eva}	N _{suc}	S _{rel} [%]
(1120) Vzorek A - barvení		12			12	7	58
Skla EHK		12			12	7	58
(1) BAP1		2	17	0 bodů (nevyhovující výsledek)			
(2) CK AE1/AE3		3	25	0 bodů (nevyhovující výsledek)			
	CVE >>>	7	58	6 bodů (výborný výsledek)			
(1121) Vzorek B - barvení		12			12	12	100
Skla EHK		12			12	12	100
(1) SATB2		>	1	8,3 3 body (akceptovatelný výsledek)			
	CVE >>>	5	42	6 bodů (výborný výsledek)			
(2) CDX-2		CVE >>>	6	50 6 bodů (výborný výsledek)			
(1122) Vzorek C - barvení		12			12	10	83
Skla EHK		12			12	10	83
(1) Napsin A		2	17	0 bodů (nevyhovující výsledek)			
		>	1	8,3 3 body (akceptovatelný výsledek)			
	CVE >>>	5	42	6 bodů (výborný výsledek)			
(2) CK 7		CVE >>>	4	33 6 bodů (výborný výsledek)			
(1123) Vzorek D - barvení		12			12	12	100
Skla EHK		12			12	12	100
(1) HMB 45		CVE >>>	11	92 6 bodů (výborný výsledek)			
(2) Melan A		CVE >>>	1	8,3 6 bodů (výborný výsledek)			
(1124) Vzorek E - barvení		12			12	12	100
Skla EHK		12			12	12	100
(1) p53		>	1	8,3 3 body (akceptovatelný výsledek)			
	CVE >>>	10	83	6 bodů (výborný výsledek)			
(3) PAX-8		>	1	8,3 3 body (akceptovatelný výsledek)			