

## Cyklus EHK: IGIT1/25 - Imunopatologie GIT

Stop termín: 7.3.2025

Nastavení: skupiny - R (výrobce reagensů)

AV = vztažná hodnota	N <sub>tot</sub> = celkový počet výsledků	N <sub>eva</sub> = počet hodnocených výsledků
CVP = konsenzus všech účastníků	N <sub>rel</sub> = relativní počet výsledků	N <sub>suc</sub> = počet úspěšných výsledků
>>> ... očekávaný výsledek		S <sub>rel</sub> = relativní úspěšnost
> ... akceptovatelný výsledek		
± ... nehodnocený výsledek		

Zkouška Vzorek Skupina	Četnosti výsledků				Úspěšnost			
	AV	N <sub>tot</sub>	N <sub>rel</sub> [%]	Výsledek	N <sub>eva</sub>	N <sub>suc</sub>	S <sub>rel</sub> [%]	
<b>Sada 1</b>								
<b>(595) anti-gliadin IgA (deamidovaný)</b>		78				78	78	100
<b>Vzorek A1</b>		78				78	78	100
(8) Eurospital	CVP >>>	2	2,6	Pozitivní				
(14) Bio-Rad	CVP >>>	1	1,3	Pozitivní				
(17) Biogema	CVP >>>	7	9	Pozitivní				
(38) Werfen (IL)	CVP >>>	1	1,3	Pozitivní				
(73) Snibe	CVP >>>	1	1,3	Pozitivní				
(87) Euroimmun	CVP >>>	11	14	Pozitivní				
(115) BioSystems	CVP >>>	1	1,3	Pozitivní				
(135) OrgenTec	CVP >>>	5	6,4	Pozitivní				
(140) TestLine	CVP >>>	23	29	Pozitivní				
(148) Aesku.lab Diagnostika	CVP >>>	3	3,8	Pozitivní				
(166) Thermo Fisher	CVP >>>	6	7,7	Pozitivní				
(183) Immunodiagnostic Systems	CVP >>>	2	2,6	Pozitivní				
(191) D-tek	CVP >>>	1	1,3	Pozitivní				
(211) INOVA Diagnostics	CVP >>>	13	17	Pozitivní				
(999) jiný výrobce	CVP >>>	1	1,3	Pozitivní				
<b>Vzorek B1</b>		78				78	78	100
(8) Eurospital	CVP >>>	2	2,6	Negativní				
(14) Bio-Rad	CVP >>>	1	1,3	Negativní				
(17) Biogema	CVP >>>	7	9	Negativní				
(38) Werfen (IL)	CVP >>>	1	1,3	Negativní				
(73) Snibe	CVP >>>	1	1,3	Negativní				
(87) Euroimmun	CVP >>>	11	14	Negativní				
(115) BioSystems	CVP >>>	1	1,3	Negativní				
(135) OrgenTec	CVP >>>	5	6,4	Negativní				
(140) TestLine	CVP >>>	23	29	Negativní				
(148) Aesku.lab Diagnostika	CVP >>>	3	3,8	Negativní				
(166) Thermo Fisher	CVP >>>	6	7,7	Negativní				
(183) Immunodiagnostic Systems	CVP >>>	2	2,6	Negativní				
(191) D-tek	CVP >>>	1	1,3	Negativní				
(211) INOVA Diagnostics	CVP >>>	13	17	Negativní				
(999) jiný výrobce	CVP >>>	1	1,3	Negativní				
<b>(594) anti-gliadin IgG (deamidovaný)</b>		81				81	80	99
<b>Vzorek A1</b>		81				81	80	99
(8) Eurospital	CVP >>>	2	2,5	Pozitivní				
(14) Bio-Rad	CVP >>>	1	1,2	Pozitivní				
(17) Biogema	CVP >>>	8	9,9	Pozitivní				
(38) Werfen (IL)	CVP >>>	2	2,5	Pozitivní				
(73) Snibe	CVP >>>	1	1,2	Pozitivní				
(87) Euroimmun	CVP >>>	1	1,2	Negativní				
(115) BioSystems	CVP >>>	11	14	Pozitivní				
(135) OrgenTec	CVP >>>	1	1,2	Pozitivní				
(140) TestLine	CVP >>>	5	6,2	Pozitivní				
(148) Aesku.lab Diagnostika	CVP >>>	24	30	Pozitivní				
(166) Thermo Fisher	CVP >>>	2	2,5	Pozitivní				
(183) Immunodiagnostic Systems	CVP >>>	6	7,4	Pozitivní				
(191) D-tek	CVP >>>	2	2,5	Pozitivní				
(211) INOVA Diagnostics	CVP >>>	1	1,2	Pozitivní				
(999) jiný výrobce	CVP >>>	13	16	Pozitivní				
<b>Vzorek B1</b>		81				81	81	100
(8) Eurospital	CVP >>>	2	2,5	Negativní				
(14) Bio-Rad	CVP >>>	1	1,2	Negativní				
(17) Biogema	CVP >>>	8	9,9	Negativní				
(38) Werfen (IL)	CVP >>>	2	2,5	Negativní				
(73) Snibe	CVP >>>	1	1,2	Negativní				
(87) Euroimmun	CVP >>>	12	15	Negativní				
(115) BioSystems	CVP >>>	1	1,2	Negativní				
(135) OrgenTec	CVP >>>	5	6,2	Negativní				
(140) TestLine	CVP >>>	24	30	Negativní				
(148) Aesku.lab Diagnostika	CVP >>>	2	2,5	Negativní				
(166) Thermo Fisher	CVP >>>	6	7,4	Negativní				

## Cyklus EHK: IGIT1/25 - Imunopatologie GIT

Stop termín: 7.3.2025

Nastavení: skupiny - R (výrobce reagentů)

Zkouška Vzorek Skupina	AV	N <sub>tot</sub>	N <sub>rel</sub> [%]	Četnosti výsledků Výsledek	Úspěšnost		
					N <sub>eva</sub>	N <sub>suc</sub>	S <sub>rel</sub> [%]
(183) Immunodiagnostic Systems	CVP >>>	2	2,5	Negativní			
(191) D-tek	CVP >>>	1	1,2	Negativní			
(211) INOVA Diagnostics	CVP >>>	13	16	Negativní			
(999) jiný výrobce	CVP >>>	1	1,2	Negativní			
<b>Sada 2</b>							
(424) anti-endomyzium IgA		72			72	71	99
<b>Vzorek A2</b>		72			72	71	99
(2) GA Generic Assays	CVP >>>	1	1,4	Pozitivní			
(80) DiaMed	CVP >>>	1	1,4	Pozitivní			
(87) Euroimmun	CVP >>>	37	51	Pozitivní			
(115) BioSystems	CVP >>>	9	13	Pozitivní			
(148) Aesku.lab Diagnostika	CVP >>>	6	8,3	Pozitivní			
(191) D-tek	CVP >>>	1	1,4	Pozitivní			
(211) INOVA Diagnostics	CVP >>>	16	22	Pozitivní			
(998) vlastní výroba		1	1,4	Neprůkazný výsledek (hraniční)			
<b>Vzorek B2</b>		72			72	72	100
(2) GA Generic Assays	CVP >>>	1	1,4	Negativní			
(80) DiaMed	CVP >>>	1	1,4	Negativní			
(87) Euroimmun	CVP >>>	37	51	Negativní			
(115) BioSystems	CVP >>>	9	13	Negativní			
(148) Aesku.lab Diagnostika	CVP >>>	6	8,3	Negativní			
(191) D-tek	CVP >>>	1	1,4	Negativní			
(211) INOVA Diagnostics	CVP >>>	16	22	Negativní			
(998) vlastní výroba	CVP >>>	1	1,4	Negativní			
(425) anti-transglutamináza IgA		86			86	86	100
<b>Vzorek A2</b>		86			86	86	100
(8) Eurospital	CVP >>>	1	1,2	Pozitivní			
(38) Werfen (IL)	CVP >>>	3	3,5	Pozitivní			
(73) Snibe	CVP >>>	1	1,2	Pozitivní			
(87) Euroimmun	CVP >>>	18	21	Pozitivní			
(115) BioSystems	CVP >>>	5	5,8	Pozitivní			
(135) OrgenTec	CVP >>>	5	5,8	Pozitivní			
(140) TestLine	CVP >>>	18	21	Pozitivní			
(148) Aesku.lab Diagnostika	CVP >>>	4	4,7	Pozitivní			
(164) DiaSorin	CVP >>>	5	5,8	Pozitivní			
(166) Thermo Fisher	CVP >>>	6	7	Pozitivní			
(183) Immunodiagnostic Systems	CVP >>>	2	2,3	Pozitivní			
(191) D-tek	CVP >>>	1	1,2	Pozitivní			
(199) Eurolab Lambda	CVP >>>	1	1,2	Pozitivní			
(211) INOVA Diagnostics	CVP >>>	15	17	Pozitivní			
(999) jiný výrobce	CVP >>>	1	1,2	Pozitivní			
<b>Vzorek B2</b>		86			86	86	100
(8) Eurospital	CVP >>>	1	1,2	Negativní			
(38) Werfen (IL)	CVP >>>	3	3,5	Negativní			
(73) Snibe	CVP >>>	1	1,2	Negativní			
(87) Euroimmun	CVP >>>	18	21	Negativní			
(115) BioSystems	CVP >>>	5	5,8	Negativní			
(135) OrgenTec	CVP >>>	5	5,8	Negativní			
(140) TestLine	CVP >>>	18	21	Negativní			
(148) Aesku.lab Diagnostika	CVP >>>	4	4,7	Negativní			
(164) DiaSorin	CVP >>>	5	5,8	Negativní			
(166) Thermo Fisher	CVP >>>	6	7	Negativní			
(183) Immunodiagnostic Systems	CVP >>>	2	2,3	Negativní			
(191) D-tek	CVP >>>	1	1,2	Negativní			
(199) Eurolab Lambda	CVP >>>	1	1,2	Negativní			
(211) INOVA Diagnostics	CVP >>>	15	17	Negativní			
(999) jiný výrobce	CVP >>>	1	1,2	Negativní			
<b>Sada 3</b>							
(592) anti-Saccharomyces cerevisiae IgA		67			67	66	99
<b>Vzorek A3</b>		67			67	67	100
(17) Biogema	CVP >>>	5	7,5	Pozitivní			
(87) Euroimmun	CVP >>>	26	39	Pozitivní			
(115) BioSystems	CVP >>>	1	1,5	Pozitivní			
(135) OrgenTec	CVP >>>	9	13	Pozitivní			
(140) TestLine	CVP >>>	7	10	Pozitivní			
(147) AIDA	CVP >>>	2	3	Pozitivní			
(148) Aesku.lab Diagnostika	CVP >>>	5	7,5	Pozitivní			
(166) Thermo Fisher	CVP >>>	6	9	Pozitivní			

## Cyklus EHK: IGIT1/25 - Imunopatologie GIT

Stop termín: 7.3.2025

Nastavení: skupiny - R (výrobce reagentů)

Zkouška Vzorek Skupina	AV	N <sub>tot</sub>	Četnosti výsledků		Výsledek	Úspěšnost		
			N <sub>rel</sub> [%]			N <sub>eva</sub>	N <sub>suc</sub>	S <sub>rel</sub> [%]
(211) INOVA Diagnostics	CVP >>>	5	7,5		Pozitivní			
(999) jiný výrobce	CVP >>>	1	1,5		Pozitivní			
<b>Vzorek B3</b>		67				67	66	99
(17) Biogema	CVP >>>	4	6		Negativní			
		1	1,5		Pozitivní			
(87) Euroimmun	CVP >>>	26	39		Negativní			
(115) BioSystems	CVP >>>	1	1,5		Negativní			
(135) OrgenTec	CVP >>>	9	13		Negativní			
(140) TestLine	CVP >>>	7	10		Negativní			
(147) AIDA	CVP >>>	2	3		Negativní			
(148) Aesku.lab Diagnostika	CVP >>>	5	7,5		Negativní			
(166) Thermo Fisher	CVP >>>	6	9		Negativní			
(211) INOVA Diagnostics	CVP >>>	5	7,5		Negativní			
(999) jiný výrobce	CVP >>>	1	1,5		Negativní			
<b>(593) anti-Saccharomyces cerevisiae IgG</b>		59				59	58	98
<b>Vzorek A3</b>		59				59	59	100
(17) Biogema	CVP >>>	5	8,5		Pozitivní			
(87) Euroimmun	CVP >>>	20	34		Pozitivní			
(115) BioSystems	CVP >>>	1	1,7		Pozitivní			
(135) OrgenTec	CVP >>>	8	14		Pozitivní			
(140) TestLine	CVP >>>	7	12		Pozitivní			
(147) AIDA	CVP >>>	1	1,7		Pozitivní			
(148) Aesku.lab Diagnostika	CVP >>>	5	8,5		Pozitivní			
(166) Thermo Fisher	CVP >>>	6	10		Pozitivní			
(211) INOVA Diagnostics	CVP >>>	5	8,5		Pozitivní			
(999) jiný výrobce	CVP >>>	1	1,7		Pozitivní			
<b>Vzorek B3</b>		59				59	58	98
(17) Biogema	CVP >>>	4	6,8		Negativní			
		1	1,7		Pozitivní			
(87) Euroimmun	CVP >>>	20	34		Negativní			
(115) BioSystems	CVP >>>	1	1,7		Negativní			
(135) OrgenTec	CVP >>>	8	14		Negativní			
(140) TestLine	CVP >>>	7	12		Negativní			
(147) AIDA	CVP >>>	1	1,7		Negativní			
(148) Aesku.lab Diagnostika	CVP >>>	5	8,5		Negativní			
(166) Thermo Fisher	CVP >>>	6	10		Negativní			
(211) INOVA Diagnostics	CVP >>>	5	8,5		Negativní			
(999) jiný výrobce	CVP >>>	1	1,7		Negativní			