

Cyklus EHK: AP1/26 - Antitrombotické přípravky

Stop termín: 27.3.2026

Nastavení: skupiny - P (výrobce přístroje); minimální četnost skupin n = 5

RoM = robustní průměr

SD = směrodatná odchylka

CV = variační koeficient

N_{tot} = celkový počet výsledkůN_{out} = počet výsledků vyloučených před výpočtem

AV = vztažná hodnota

CVP = konsenzus všech účastníků

U_{AV} = rozšířená nejistota vztažné hodnoty (k = 2)D_{max} = přijatelný rozdíl

LL = dolní mez

UL = horní mez

N_{eva} = počet hodnocených výsledkůN_{suc} = počet úspěšných výsledkůS_{rel} = relativní úspěšnost

Zkouška							Srovnatelnost								
Vzorek	[jednotka]	RoM	SD	CV [%]	N _{tot}	N _{out}	AV	U _{AV}	D _{max}	LL	UL	N _{eva}	N _{suc}	S _{rel} [%]	
Sada 1															
(108) Apixaban	[µg/L]				61							61	60	98	
Vzorek A1		67	6,6	9,9	61		CVP	67	2,1	25%	50,2	83,8	61	60	98
(38) Werfen (IL)		75,3	3,3	4,4	14	0							14		
(63) Sysmex		65,4	4,6	7	34	0							34		
(94) Stago		64	8,9	14	7	0							7		
Ostatní					6	0							6		
							2x 149, 2x 177, 2x 179								
Vzorek B1		274	14	5,2	61		CVP	274	4,5	25%	205	343	61	61	100
(38) Werfen (IL)		284	9,2	3,3	14	0							14		
(63) Sysmex		268	14	5,1	34	0							34		
(94) Stago		279	16	5,6	7	0							7		
Ostatní					6	0							6		
							2x 149, 2x 177, 2x 179								
Sada 2															
(109) Dabigatran	[µg/L]				39							39	37	95	
Vzorek A2		46,2	5,3	11	39		CVP	46,2	2,1	30%	32,3	60,1	39	37	95
(38) Werfen (IL)		45,6	1,1	2,5	10	0							10		
(63) Sysmex		46,8	5,7	12	20	0							20		
(94) Stago		40,5	8,2	20	5	0							5		
Ostatní					4	1							4		
							1x 149, 1x 177, 2x 179								
Vzorek B2		183	13	6,9	39		CVP	183	5	30%	128	238	39	39	100
(38) Werfen (IL)		174	8,6	5	10	0							10		
(63) Sysmex		185	8,2	4,4	20	0							20		
(94) Stago		190	16	8,2	5	0							5		
Ostatní					4	0							4		
							1x 149, 1x 177, 2x 179								
Sada 3															
(110) Rivaroxaban	[µg/L]				64							64	62	97	
Vzorek A3		81,5	4,9	6	64		CVP	81,5	1,5	25%	61,1	102	64	63	98
(38) Werfen (IL)		86,9	3,8	4,4	16	0							16		
(63) Sysmex		80,8	3,6	4,5	34	0							34		
(94) Stago		76,5	5,2	6,8	7	0							7		
Ostatní					7	0							7		
							2x 149, 2x 177, 3x 179								
Vzorek B3		318	19	6	64		CVP	318	5,9	25%	238	398	64	63	98
(38) Werfen (IL)		320	10	3,2	16	0							16		
(63) Sysmex		313	17	5,4	34	0							34		
(94) Stago		347	19	5,3	7	0							7		
Ostatní					7	0							7		
							2x 149, 2x 177, 3x 179								