

Cyklus EHK: AP1/26 - Antitrombotické přípravky

Stop termín: 27.3.2026

Nastavení: skupiny - R (výrobce reagencií); minimální četnost skupin n = 5

RoM = robustní průměr

SD = směrodatná odchylka

CV = variační koeficient

N_{tot} = celkový počet výsledkůN_{out} = počet výsledků vyloučených před výpočtem

AV = vztažná hodnota

CVP = konsenzus všech účastníků

U_{AV} = rozšířená nejistota vztažné hodnoty (k = 2)D_{max} = přijatelný rozdíl

LL = dolní mez

UL = horní mez

N_{eva} = počet hodnocených výsledkůN_{suc} = počet úspěšných výsledkůS_{rel} = relativní úspěšnost

Zkouška							Srovnatelnost								
Vzorek	[jednotka]	RoM	SD	CV [%]	N _{tot}	N _{out}	AV	U _{AV}	D _{max}	LL	UL	N _{eva}	N _{suc}	S _{rel} [%]	
Sada 1															
(108) Apixaban	[µg/L]				61							61	60	98	
Vzorek A1		67	6,6	9,9	61		CVP	67	2,1	25%	50,2	83,8	61	60	98
(38) Werfen (IL)		75,3	3,3	4,4	14	0							14		
(94) Stago		61,5	5,2	8,4	9	0							9		
(149) Siemens (Dade, BN, Dimension)		65,4	4,3	6,5	28	0							28		
(179) Siemens		65	3	4,6	9	0							9		
Ostatní					1	0							1		
							1x 193								
Vzorek B1		274	14	5,2	61		CVP	274	4,5	25%	205	343	61	61	100
(38) Werfen (IL)		284	9,2	3,3	14	0							14		
(94) Stago		278	14	5,2	9	0							9		
(149) Siemens (Dade, BN, Dimension)		271	14	5,2	28	0							28		
(179) Siemens		265	6,7	2,5	9	0							9		
Ostatní					1	0							1		
							1x 193								
Sada 2															
(109) Dabigatran	[µg/L]				39							39	37	95	
Vzorek A2		46,2	5,3	11	39		CVP	46,2	2,1	30%	32,3	60,1	39	37	95
(38) Werfen (IL)		45,6	1,1	2,5	10	0							10		
(149) Siemens (Dade, BN, Dimension)		47,8	6	13	13	0							13		
(179) Siemens		49,5	13	25	7	0							7		
(193) HYPHEN BioMed		42	10	25	8	0							8		
Ostatní					1	1							1		
							1x 94								
Vzorek B2		183	13	6,9	39		CVP	183	5	30%	128	238	39	39	100
(38) Werfen (IL)		174	8,6	5	10	0							10		
(149) Siemens (Dade, BN, Dimension)		185	5,9	3,2	13	0							13		
(179) Siemens		182	8,2	4,5	7	0							7		
(193) HYPHEN BioMed		197	27	13	8	0							8		
Ostatní					1	0							1		
							1x 94								
Sada 3															
(110) Rivaroxaban	[µg/L]				64							64	62	97	
Vzorek A3		81,5	4,9	6	64		CVP	81,5	1,5	25%	61,1	102	64	63	98
(38) Werfen (IL)		86,9	3,8	4,4	16	0							16		
(94) Stago		76,8	4,7	6,1	9	0							9		
(149) Siemens (Dade, BN, Dimension)		79,9	3,8	4,8	29	0							29		
(179) Siemens		83	3	3,6	9	0							9		
Ostatní					1	0							1		
							1x 193								
Vzorek B3		318	19	6	64		CVP	318	5,9	25%	238	398	64	63	98
(38) Werfen (IL)		320	10	3,2	16	0							16		
(94) Stago		347	19	5,3	9	0							9		
(149) Siemens (Dade, BN, Dimension)		311	15	5	29	0							29		
(179) Siemens		301	14	4,6	9	0							9		
Ostatní					1	0							1		
							1x 193								