Souhrnná statistika - kvantitativní výsledky

Cyklus EHK: CRPP1/26 - Stanovení CRP systémy POCT

Stop termín: 23.1.2026

Nastavení: skupiny - S (měřicí systém); minimální četnost skupin n = 5

RoM = robustní průměr
SD = směrodatná odchylka
CV = variační koeficient
N_{tot} = celkový počet výsledků
N_{out} = počet výsledků vyloučených před výpočtem
AV = vztažná hodnota
CVP = konsenzus všech účastníků
U_{AV} = rozšířená nejistota vztažné hodnoty (k = 2)
D_{max} = přijatelný rozdíl
LL = dolní mez
UL = horní mez
N_{eva} = počet hodnocených výsledků
N_{suc} = počet úspěšných výsledků
S_{rel} = relativní úspěšnost

Zkouška / Vzorek / Skupina	[jednotka]	RoM	SD	CV [%]	N_{tot}	N_{out}	Srovnatelnost	AV	U_{AV}	D_{max}	LL	UL	N_{eva}	N_{suc}	S_{rel} [%]
(104) **C-reaktivní protein**	[mg/L]				66								66	47	71
Vzorek A		25,2	3,9	16	66		CVP	25,2	1,2	24%	19,1	31,3	66	52	79
(133) BodiTech i-Chroma, AFIAS		50,4	33	65	5	0							5		
(134) Aidian QuikRead go		24,6	3,3	13	53	0							53		
Ostatní					8	0							8		
							1x 0, 1x 130, 1x 132, 1x 136, 4x 999								
Vzorek B		10,8	2,2	20	66		CVP	10,8	0,66	24%	8,2	13,4	66	53	80
(133) BodiTech i-Chroma, AFIAS		18,3	11	59	5	0							5		
(134) Aidian QuikRead go		10,4	1,8	17	53	0							53		
Ostatní					8	0							8		
							1x 0, 1x 130, 1x 132, 1x 136, 4x 999								