Souhrnná statistika - kvantitativní výsledky

Cyklus EHK: HS1/26 - Hemokoagulace speciální

Stop termín: 12.6.2026

Nastavení: skupiny - M (princip měření); minimální četnost skupin n = 5

RoM = robustní průměr
SD = směrodatná odchylka
CV = variační koeficient
N_{tot} = celkový počet výsledků
N_{out} = počet výsledků vyloučených před výpočtem
AV = vztažná hodnota
CVP = konsenzus všech účastníků
U_{AV} = rozšířená nejistota vztažné hodnoty (k = 2)
D_{max} = přijatelný rozdíl
LL = dolní mez
UL = horní mez
N_{eva} = počet hodnocených výsledků
N_{suc} = počet úspěšných výsledků
S_{rel} = relativní úspěšnost

Zkouška / Vzorek / Skupina	[jednotka]	RoM	SD	CV [%]	N_{tot}	N_{out}	Srovnatelnost	AV	U_{AV}	D_{max}	LL	UL	N_{eva}	N_{suc}	S_{rel} [%]
Sada 1															
(479) **Faktor VIII**	[%]				98								98	93	95
Vzorek A1		26,2	3,8	14	98		CVP	26,2	0,93	25%	19,6	32,8	98	93	95
(1) Koagulační stanovení		25,9	3,7	14	88	0							88		
(4) Funkční stanovení pomocí chromogenních substrátů		28,7	4,4	15	9	0							9		
Ostatní					1	0							1		
							1x 0								
(480) **von Willebrandův f. (aktivita)**	[%]				32								32	29	91
Vzorek A1													32	29	91
(0) Neuvedeno		17,7	1,7	9,8	32	0	CVP	17,7	0,75	25%	13,2	22,2	32		
(481) **von Willebrandův f. (antigen)**	[%]				30								30	28	93
Vzorek A1													30	28	93
(0) Neuvedeno		24,8	2,6	11	30	0	CVP	24,8	1,2	20%	19,8	29,8	30		
Sada 2															
(482) **Faktor IX**	[%]				44								44	43	98
Vzorek A2													44	43	98
(1) Koagulační stanovení		118	8,3	7	44	0	CVP	118	3,1	25%	88,5	148	44		
(483) **Faktor XI**	[%]				33								33	30	91
Vzorek A2													33	30	91
(1) Koagulační stanovení		122	16	13	33	0	CVP	122	6,8	25%	91,5	153	33		
(484) **Faktor XII**	[%]				40								40	40	100
Vzorek A2													40	40	100
(1) Koagulační stanovení		97,6	7	7,2	40	0	CVP	97,6	2,7	25%	73,2	122	40		
Sada 3															
(485) **Protein C**	[%]				79								79	79	100
Vzorek A3		104	3,6	3,5	79		CVP	104	1	20%	83,2	125	79	79	100
(1) Koagulační stanovení		106	3,7	3,5	8	0							8		
(2) Funkční stanovení pomocí chromogenních substrátů		104	3,8	3,6	70	0							70		
Ostatní					1	0							1		
							1x 0								
(486) **Protein S**	[%]				75								75	71	95
Vzorek A3		80,5	9,1	11	75		CVP	80,5	2,6	30%	56,3	105	75	71	95
(1) Koagulační stanovení		76,7	9,1	12	50	0							50		
(3) ELISA, LIA		87,5	3,4	3,9	24	0							24		
Ostatní					1	0							1		
							1x 2								
(487) **ProC Global (norm. poměr)**	[-]				25								25	25	100
Vzorek A3		0,468	0,035	7,4	25		CVP	0,468	0,017	25%	0,351	0,585	25	25	100
(1) Koagulační stanovení		0,467	0,035	7,4	24	0							24		
Ostatní					1	0							1		
							1x 0								
Sada 4															
(491) **Faktor II**	[%]				35								35	30	86
Vzorek A4													35	30	86
(1) Koagulační stanovení		21,7	2,8	13	35	1	CVP	21,7	1,2	25%	16,2	27,2	35		
(492) **Faktor V**	[%]				35								35	35	100
Vzorek A4													35	35	100
(1) Koagulační stanovení		88,1	4,9	5,5	35	0	CVP	88,1	2	25%	66	111	35		
(493) **Faktor VII**	[%]				37								37	33	89
Vzorek A4													37	33	89
(1) Koagulační stanovení		38,5	6,6	17	37	0	CVP	38,5	2,7	34%	25,4	51,6	37		
(494) **Faktor X**	[%]				33								33	31	94
Vzorek A4													33	31	94
(1) Koagulační stanovení		12,7	1,4	11	33	0	CVP	12,7	0,59	25%	9,52	15,9	33		