Souhrnná statistika - kvantitativní výsledky

Cyklus EHK: KD1/26 - Glykovaný hemoglobin

Stop termín: 23.1.2026

Nastavení: skupiny - M (princip měření); Slovensko; minimální četnost skupin n = 5

RoM = robustní průměr
SD = směrodatná odchylka
CV = variační koeficient
N_{tot} = celkový počet výsledků
N_{out} = počet výsledků vyloučených před výpočtem
AV = vztažná hodnota
CVP = konsenzus všech účastníků
U_{AV} = rozšířená nejistota vztažné hodnoty (k = 2)
D_{max} = přijatelný rozdíl
LL = dolní mez
UL = horní mez
N_{eva} = počet hodnocených výsledků
N_{suc} = počet úspěšných výsledků
S_{rel} = relativní úspěšnost

Zkouška / Vzorek / Skupina	[jednotka]	RoM	SD	CV [%]	N_{tot}	N_{out}	Srovnatelnost	AV	U_{AV}	D_{max}	LL	UL	N_{eva}	N_{suc}	S_{rel} [%]
(220) **Hemoglobin A_{1c}**	[mmol/mol]				24								24	23	96
Vzorek A		46,2	2,8	6,2	24		CVP	45,7	0,43	asym.	41	51	24	23	96
(1) HPLC, LC		45,3	2,3	5,2	14	0							14		
(4) Imunochemické metody		47,5	1,6	3,3	9	0							9		
Ostatní					1	0							1		
							1x 99								
Vzorek B		59,5	3,3	5,6	24		CVP	58,6	0,55	asym.	52	65	24	23	96
(1) HPLC, LC		59,3	2,9	4,9	14	0							14		
(4) Imunochemické metody		60	2,2	3,7	9	0							9		
Ostatní					1	0							1		
							1x 99								