Souhrnná statistika - kvantitativní výsledky

Cyklus EHK: KO4/26 - Krevní obraz

Stop termín: 19.6.2026

Nastavení: minimální četnost skupin n = 5

RoM = robustní průměr
SD = směrodatná odchylka
CV = variační koeficient
N_{tot} = celkový počet výsledků
N_{out} = počet výsledků vyloučených před výpočtem
AV = vztažná hodnota
CVP = konsenzus všech účastníků
CVPG = konsenzus skupin účastníků
U_{AV} = rozšířená nejistota vztažné hodnoty (k = 2)
D_{max} = přijatelný rozdíl
LL = dolní mez
UL = horní mez
N_{eva} = počet hodnocených výsledků
N_{suc} = počet úspěšných výsledků
S_{rel} = relativní úspěšnost

Zkouška / Vzorek / Skupina	[jednotka]	RoM	SD	CV [%]	N_{tot}	N_{out}		AV	U_{AV}	D_{max}	LL	UL	N_{eva}	N_{suc}	S_{rel} [%]
(150) **Leukocyty**	[·10⁹/L]				164								164	160	98
Vzorek A													164	162	99
Všechny výsledky		5,03	0,25	5	164	0	CVP	5,03	0,048	15%	4,27	5,79	164		
Vzorek B													164	161	98
Všechny výsledky		5,46	0,24	4,3	164	0	CVP	5,46	0,045	15%	4,64	6,28	164		
(151) **Erytrocyty**	[·10¹²/L]				164								164	164	100
Vzorek A													164	164	100
Všechny výsledky		4,23	0,074	1,7	164	0	CVP	4,23	0,014	7%	3,93	4,53	164		
Vzorek B													164	164	100
Všechny výsledky		3,96	0,071	1,8	164	0	CVP	3,96	0,014	7%	3,68	4,24	164		
(152) **Hemoglobin**	[g/L]				170								170	167	98
Vzorek A													170	169	99
Všechny výsledky		128	1,8	1,4	170	0	CVP	128	0,34	6%	120	136	170		
Vzorek B													170	168	99
Všechny výsledky		119	1,7	1,4	170	0	CVP	119	0,31	6%	111	127	170		
(153) **Hematokrit**	[-]				157								157	152	97
Vzorek A													157	153	97
Všechny výsledky		0,412	0,013	3,1	157	1	CVP	0,412	0,003	10%	0,37	0,454	157		
Vzorek B													157	154	98
Všechny výsledky		0,391	0,015	3,8	157	1	CVP	0,391	0,003	10%	0,351	0,431	157		
(154) **MCV**	[fL]				158								158	158	100
Vzorek A													158	158	100
Všechny výsledky		97,5	3,2	3,2	158	0	CVP	97,5	0,62	10%	87,7	108	158		
Vzorek B													158	158	100
Všechny výsledky		98,9	3,9	4	158	0	CVP	98,9	0,76	10%	89	109	158		
(156) **RDW**	[%]				142								134	132	99
Vzorek A		15,3	0,51	3,3	142								134	133	99
(1) Abbott		13,8	0,89	6,4	5	0	CVPG	13,8	2,5	10%	12,4	15,2	5		
(63) Sysmex		15,2	0,32	2,1	91	0	CVPG	15,2	0,083	10%	13,6	16,8	91		
(177) Mindray		15,7	0,5	3,2	38	0	CVPG	15,7	0,2	10%	14,1	17,3	38		
Ostatní					8	0							0		
							2x 12, 1x 140, 2x 157, 1x 179, 1x 204, 1x 999								
Vzorek B		15,1	0,65	4,3	142								134	132	99
(1) Abbott		14	0,67	4,8	5	0	CVPG	14	1,9	10%	12,6	15,4	5		
(63) Sysmex		14,8	0,29	2	91	0	CVPG	14,8	0,075	10%	13,3	16,3	91		
(177) Mindray		15,8	0,59	3,7	38	0	CVPG	15,8	0,24	10%	14,2	17,4	38		
Ostatní					8	0							0		
							2x 12, 1x 140, 2x 157, 1x 179, 1x 204, 1x 999								
(155) **Trombocyty**	[·10⁹/L]				164								164	160	98
Vzorek A													164	161	98
Všechny výsledky		227	12	5,1	164	0	CVP	227	2,2	18%	186	268	164		
Vzorek B													164	161	98
Všechny výsledky		317	15	4,6	164	0	CVP	317	2,8	18%	259	375	164		
(157) **MPV**	[fL]				141								132	131	99
Vzorek A		11,1	0,36	3,3	141								132	131	99
(63) Sysmex		11	0,29	2,6	92	0	CVPG	11	0,075	18%	9,02	13	92		
(177) Mindray		11,2	0,44	3,9	40	0	CVPG	11,2	0,17	18%	9,18	13,3	40		
Ostatní					9	0							0		
							3x 1, 2x 12, 1x 140, 1x 179, 1x 204, 1x 999								
Vzorek B		11,8	0,59	5	141								132	131	99
(63) Sysmex		11,7	0,5	4,2	92	0	CVPG	11,7	0,13	18%	9,59	13,9	92		
(177) Mindray		12,2	0,61	5	40	0	CVPG	12,2	0,24	18%	10	14,4	40		
Ostatní					9	0							0		
							3x 1, 2x 12, 1x 140, 1x 179, 1x 204, 1x 999								
(129) **Nezralá frakce trombocytů**	[%]				31								30	25	83
Vzorek A		5,85	1,4	24	31								30	29	97
(63) Sysmex		6,4	0,79	12	22	0	CVPG	6,4	0,41	40%	3,84	8,96	22		
(177) Mindray		3,8	1,6	43	8	0	CVPG	3,8	1,2	40%	2,28	5,32	8		
Ostatní					1	0							0		
							1x 1								
Vzorek B		4,06	1,4	34	31								30	25	83
(63) Sysmex		4,6	0,97	21	22	0	CVPG	4,6	0,51	40%	2,76	6,44	22		
(177) Mindray		2,5	1,9	77	8	0	CVPG	2,5	1,5	40%	1,5	3,5	8		

Souhrnná statistika - kvantitativní výsledky

Cyklus EHK: KO4/26 - Krevní obraz

Stop termín: 19.6.2026

Nastavení: minimální četnost skupin n = 5

Zkouška / Vzorek / Skupina	[jednotka]	RoM	SD	CV [%]	N_{tot}	N_{out}	Srovnatelnost	AV	U_{AV}	D_{max}	LL	UL	N_{eva}	N_{suc}	S_{rel} [%]
Ostatní					1	0	1x 1						0		
(158) **PDW [%]**	[%]				1								0		
Vzorek A		66,1			1								0		
Ostatní					1	0	1x 179						0		
Vzorek B		52,6			1								0		
Ostatní					1	0	1x 179						0		
(165) **PDW [fL]**	[fL]				90								90	86	96
Vzorek A													90	89	99
Všechny výsledky		12,8	0,77	6	90	0	CVP	12,8	0,2	15%	10,8	14,8	90		
Vzorek B													90	87	97
Všechny výsledky		14,6	0,96	6,6	90	0	CVP	14,6	0,25	15%	12,4	16,8	90		
(166) **PDW [-]**	[-]				32								32	32	100
Vzorek A													32	32	100
Všechny výsledky		16,5	0,2	1,2	32	0	CVP	16,5	0,088	15%	14	19	32		
Vzorek B													32	32	100
Všechny výsledky		15,8	0,19	1,2	32	0	CVP	15,8	0,08	15%	13,4	18,2	32		
(160) **Neutrofily**	[$\cdot 10^9$/L]				128								121	120	99
Vzorek A		2,68	0,15	5,7	128								121	120	99
Všechny výsledky (bez samostatných skupin)		2,69	0,13	4,9	121	0	CVP	2,69	0,029	25%	2,01	3,37	121		
(1) Nehodnoceno		1,81	0,65	36	7	0	CVPG	1,81	0,63	25%	1,35	2,27	0		
Vzorek B		2,19	0,12	5,3	128								121	120	99
Všechny výsledky (bez samostatných skupin)		2,2	0,11	5	121	0	CVP	2,2	0,024	25%	1,65	2,75	121		
(1) Nehodnoceno		1,97	1,2	62	7	3	CVPG	1,97	1,2	25%	1,47	2,47	0		
(161) **Lymfocyty**	[$\cdot 10^9$/L]				129								119	119	100
Vzorek A		1,94	0,11	5,7	129								119	119	100
Všechny výsledky (bez samostatných skupin)		1,94	0,094	4,9	119	0	CVP	1,94	0,021	25%	1,45	2,43	119		
(1) Nehodnoceno		2,06	1	50	10	0	CVPG	2,06	0,79	25%	1,54	2,58	0		
Vzorek B		2,91	0,14	4,9	129								119	119	100
Všechny výsledky (bez samostatných skupin)		2,92	0,12	4,1	119	0	CVP	2,92	0,027	25%	2,19	3,65	119		
(1) Nehodnoceno		3,31	1,3	41	10	1	CVPG	3,31	1,7	25%	2,48	4,14	0		
(162) **Monocyty**	[$\cdot 10^9$/L]				128								114	113	99
Vzorek A		0,372	0,13	36	128								114	114	100
Všechny výsledky (bez samostatných skupin)		0,382	0,13	34	114	0	CVP	0,382	0,03	asym.	0	0,573	114		
(1) Nehodnoceno		0,296	0,1	34	14	0	CVPG	0,296	0,067	50%	0,148	0,444	0		
Vzorek B		0,273	0,12	42	128								114	113	99
Všechny výsledky (bez samostatných skupin)		0,255	0,1	40	114	0	CVP	0,255	0,023	asym.	0	0,383	114		
(1) Nehodnoceno		0,528	0,11	21	14	1	CVPG	0,528	0,076	50%	0,264	0,792	0		
(163) **Eozinofily**	[$\cdot 10^9$/L]				128								127	127	100
Vzorek A		0,045	0,014	30	128								127	127	100
Všechny výsledky (bez samostatných skupin)		0,045	0,013	30	127	0	CVP	0,045	0,003	asym.	0	0,151	127		
Ostatní					1	0	1x 1						0		
Vzorek B		0,084	0,016	19	128								127	127	100
Všechny výsledky (bez samostatných skupin)		0,084	0,016	19	127	0	CVP	0,084	0,003	asym.	0	0,164	127		
Ostatní					1	0	1x 1						0		
(164) **Bazofily**	[$\cdot 10^9$/L]				128								125	125	100
Vzorek A		0,023	0,014	60	128								125	125	100
Všechny výsledky (bez samostatných skupin)		0,022	0,013	60	125	0	CVP	0,022	0,003	asym.	0	0,151	125		
Ostatní					3	0	3x 1						0		
Vzorek B		0,031	0,017	54	128								125	125	100
Všechny výsledky (bez samostatných skupin)		0,031	0,017	54	125	0	CVP	0,031	0,004	asym.	0	0,164	125		
Ostatní					3	0	3x 1						0		